



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE**

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 17.10.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Wykonanie miesięcznych i rocznych specjalistycznych testów kontroli jakości parametrów fizycznych aparatów znajdujących się w pracowni RTG i TK”

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W umowie par.2 pkt 9 - fizyk medyczny nie musi być wyznaczony do przeprowadzania kontroli jakości. Czy zamawiający dopuści osobę przeszkoloną do wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych?

Odp. Zamawiający informuje, że zapis dot. fizyka zostaje wykreślony z umowy. Nowy wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

2. W umowie par.2 pkt 1 odnośnie cykliczności - kary umowne - co jeżeli sprzęt będzie miał awarie w dniu wykonania testów i nie będzie możliwe wykonania testów? Co jeżeli dzień wykonania testów przypadnie na niedzielę, a świadczeniobiorca nie świadczy usług w niedzielę? Czy też będą naliczane kary umowne?

Odp. Zamawiający zobowiązuje się by na dzień wykonywania testów wszystkie aparaty były sprawne i dostępne. W przypadku awarii tzw. nagłej testy będą przełożone na dogodny dla wykonującego termin/w danym miesiącu wykonywania testów/.

3. W załączniku nr 1 - formularz ofertowy - w pkt 2) nie jest ani winą zamawiającego ani świadczeniobiorcy, że urządzenie ulegnie awarii. Jednak nie jest dobrą praktyką obciążenie kosztami powtórnego przyjazdu na testy nie z winy świadczeniobiorcy. Prosimy o wykreślenie pkt z formularza oferty.

Odp. Zamawiający wykreśla pkt. 2) z formularza oferty.

4. Wzór umowy narzuca dodatkowe obowiązki aniżeli zapytanie ofertowe. Prosimy o zmianę zapytania ofertowego lub zmianę umowy na wykonywanie tylko testów podstawowych i specjalistycznych.

Odp. Zamawiający informuje, że Formularz ofertowy oraz asortymentowo-cenowy zostaje zmodyfikowany w zakresie testów podstawowych i specjalistycznych Wykonawca może składać ofertę na poszczególne zadania. Aktualny Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Aktualny formularz asortymentowo-cenowy stanowi Załącznik nr 3 do pisma.

5. Jestem inspektorem ochrony radiologicznej, bez akredytacji PCA - czy wykonanie testów specjalistycznych mogę zlecić firmie zewnętrznej, posiadającej akredytację?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

6. Dot. paragrafu 2 p.9 - proszę o uchylenie zapisu - do wykonywania testów podstawowych oraz wsparcia merytorycznego nie jest wymagany fizyk medyczny.

Odp. Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące fizyka zostały wykreślone z zapytania ofertowego. Zamawiający nie wymaga fizyka medycznego.

7. Czy jednostka posiada wszystkie fantomy do wykonywania testów mammografu?

Odp. Wykonujący testy zobowiązany jest do posiadania własnych certyfikowanych i skalibrowanych fantomów.

8. Testy mammografu są wykonywane w każdym dniu pracy, co tydzień, oraz 6 miesięcy po testach specjalistycznych - jaki zakres testów ma być wykonywany w zakresie?

Odp. W mammografii testy codzienne i tygodniowe wykonuje użytkownik we własnym zakresie.

9. Testy monitorów są testami "w każdym dniu pracy monitora" - jaki zakres testów ma być wykonywany w zakresie umowy?

Odp. Testy monitorów codziennie wykonuje użytkownik.

10. Czy jest możliwość złożenia ofert częściowych tj. tylko na wykonanie testów specjalistycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na poszczególne zadania, zgodnie z odpowiedzią zawartą w pytaniu 4.

DYREKTOR