

FORMULARZ CENOWY**Pakiet nr 2 Dostawa systemu do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą urządzenia**

Lp.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn.miary / 3 lata	Wielkość opakowania (liczba j. m. w 1 opakowaniu)	Ilość opakowań konieczna do wykonania 3-letniej ilości badań ((4 : 5))	Cena netto 1 opakowania w zł	Wartość netto w skali 3 lat w zł [6 x 7]	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w skali 3 lat w zł	Producent i numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
		Jednostka miary	Ilość jedn.miary / 3 lata			Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	
	Dzierżawa analizatora	miesiąc	36							
Razem (asortyment oraz dzierżawa)										

W formularzu cenowym należy wpisać asortyment (wszystkie odczynniki, materiały zużywalne) co do rodzaju i ilości - wystarczający do wykonania wyszczególnionych rodzaju i liczby badań przy pomocy analizatora. Wykonawca określa ilość jednostek miary na 3 lata wg zaoferowanej technologii, tak by była ona wystarczająca do wykonania wskazanej liczby badań.

	ilość oznaczeń / 3 lata
Receptor Estrogenowy	100
Recetor Progesteronowy	100
HER-2	200
Ki-67	100
p63	100
AMACR (koniecznie system dwubarwny z p63)	100
P16	100
PanCytokeratyna	200
LCA	100
wimentyna	300
DOG1	100
S100	100
CK7	200
CK20	200

GATA 3	100
PAX-8	100
SATB2	100
C-myc	100
Hhv-8	100
Langerin	100
SOX11	100
CD25	100
MLH1	200
PMS2	200
MSH2	200
MSH6	200
HMB45	100
HER2 CISH	200

W niniejszym załączniku **należy uwzględnić** oprócz odczynników kalibratory, kontrole, wszelkiego rodzaju płyny (płyny myjące, płuczające, odbiałczające, detergenty) - przewidziane w danej technologii.

Liczbę fiolek materiału kontrolnego należy tak skalkulować, aby była zgodna z terminem ważności gwarantowanym przez producenta.

Liczba badań podana w zamówieniu nie zawiera liczby oznaczeń przeznaczonych na kontrolę parametrów, należy je doliczyć zgodnie z powyższą specyfiką.

W niniejszym formularzu **nie należy** ujmować materiałów eksploatacyjnych (w tym – do drukarki, z wyłączeniem papieru), części zużywalnych, zamiennych, zestawów serwisowych, itp. - niezbędnych do utrzymania w ruchu analizatorów (te koszty należy uwzględnić w koszcie dzierżawy systemu, podobnie jak materiały eksploatacyjne do drukarek, np. tusze, taśmy, tonery).

Termin ważności dla wszystkich pozycji, dla których określa się termin ważności: minimum 5 miesięcy od daty dostarczenia.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Charakterystyka dzierżawionego urządzenia

System do badań immunohistochemicznych - pakiet nr 2

Nazwa, typ, model:	Podać
Producent:	Podać
Klasa wyrobu medycznego:	Podać
Rok produkcji (nie starszy niż 2017)	Podać

L.p.	Warunki graniczne	Informacja o spełnianiu warunku granicznego - należy wpisać słowo "TAK" lub "NIE"
1	Automatyczny proces barwienia od deparafinizacji do podbarwienia tła na pokładzie jednego aparatu	
2	Wykonywanie barwień metodami immunohistochemicznymi (IHC) oraz hybrydyzacji in situ (ISH)	
3	Liczba miejsc na barwione preparaty-min .22 z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji	
4	Oznaczenie od 1 do 15 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy	
5	Bezksylenowa technika przeprowadzania preparatów	
6	Dozowanie jednolitej ilości odczynnika – 100 µl dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca	
7	Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych	
8	Odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą kodów kreskowych lub chipów	
9	Zabezpieczenie tkanek przed wysychaniem na każdym etapie barwienia, bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka	
10	Opcja zaprogramowania „opóźnionego startu”	
11	Brak konieczności neutralizacji odpadów płynnych	
12	System otwarty, dający możliwość wyboru własnego rodzaju przeciwciał używanych do barwień	
13	Systemy detekcyjne pozwalające na wykonanie oznaczeń dwóch przeciwciał na jednym preparacie	
14	Możliwość dokładania preparatów podczas pracy urządzenia celem wykonania kolejnych oznaczeń	
15	Wyposażenie dodatkowe:	
15.1	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwień	
15.2	Drukarka kodów kreskowych	
15.3	UPS'em podtrzymującym pracę aparatu, w razie awarii prądu	
16	Dopuszczenie do obrotu i używania dla oferowanego analizatora (należy potwierdzić słowem "TAK")	
17	Pełna instrukcja obsługi system w języku polskim - dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CDROM (wymagane dostarczenie wraz z analizatorem).	
18	Pełna instrukcja obsługi systemu oraz opisy odczynników w języku angielskim - dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CDROM (wymagane dostarczenie wraz z analizatorem).	
19	Szkolenie personelu Pracowni Histopatologii w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego	
20	Aparat do wykonywania badań Immunohistochemicznych Wykonawca zainstaluje w pomieszczeniach Pracowni Histopatologii Zamawiającego	

UWAGA:

Wypełnienie załącznika stanowi deklarację wykonawcy, co do treści oferty. Brak jednoznacznych informacji stanowiących o treści oferty lub niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. Deklaracje stanowiące o treści oferty nie podlegają uzupełnieniu.

W przypadku produktów i odczynników do, których wymagane są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty w formie papierowej bądź elektronicznej, do pierwszego zamówienia oraz każdorazowo przy ich aktualizacji

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)