

Konin, dnia 01.09.2021 roku

WSZ-EP-22/694/2021

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn „Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej”, nr sprawy WSZ-EP-22/2021

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 5**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 6 stentów samorozprężalnych do tętnic obwodowych 0,035”, o nieznacznie zmienionych parametrach: - średnice od 5 do 10mm, - długość systemu wprowadzającego: 80 i 135cm - markery nitinolowe i spełniające pozostałe wymagania techniczne?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.