



Znak: AE/ZP-27-67/20

Tarnów, 2020-09-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dzierżawę glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii?
2. **Dotyczy pkt XIV.12 Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej zastrzeżonej w pkt 12 do wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?
3. **Dotyczy pkt XIV.21 Ogólne warunki umowy.** Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru."
4. **Dotyczy pkt XIV.25 c, i Ogólne warunki umowy.** Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 i Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści paski testowe z zakresem pomiarowym wynoszącym 20-600mg/dl? **Dotyczy Pakietu Nr 1 i Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 i Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 i Nr 2.** Prosimy o podanie nazwy producenta i nazwy modelu analizatora biochemicznego stosowanego przez Zamawiającego w celu oceny porównawczej poprawności działania glukometrów i pasków testowych.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowany w **Pakiecie Nr 1** system do monitorowania glukozy był z funkcją Dual Color.

Ad. 2-4 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

Ad. 5 Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ określone dla **Pakietu Nr 1** w pkt 3 Załącznika Nr 5.1 oraz wymagania dla **Pakietu Nr 2** określone w pkt 3 Załącznika Nr 5.1

Ad. 6 Zamawiający wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 1 i 2** paski testowe do glukometrów były wyrobem medyczny dopuszczonym do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 poz. 186 z późniejszymi zmianami), a ponadto spełniały pozostałe wymagania SIWZ.



Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 1 i Nr 2** pasków testowych opisanych w pytaniu

Ad. 8 Zamawiający do oceny porównawczej poprawności działania glukometrów i pasków testowych zaferowanych w **Pakiecie Nr 1 i Nr 2** stosować będzie analizator Cobas 6000 (producent Hitachi High-Technologies Corporation).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

