

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88
bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, 09.12.2024 r.

Wykonawcy*(strona internetowa prowadzonego postępowania)***INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowania na realizację zadania pod nazwą:
**Dostawa wagosuszarek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego**
nr postępowania: BZP.2710.89.2024.KDD

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie 110g?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wartość 110g jest zbyt mała dla przeprowadzanych pomiarów, optymalne obciążenie urządzenia dla pracowni studenckiej ma wynosić co najmniej 120 g.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie 210g?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wartość 210 g jest wartością za dużą jak na urządzenie, które będzie stanowiło wyposażenie pracowni studenckiej.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści powtarzalność pomiaru wilgotności $\pm 0,01$ % (próbka ~ 10 g), $\pm 0,05$ % (próbka ~ 2 g)?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wartość 0.01 % jest dokładniejsza, jednak nie jest wymagana dla urządzeń na pracownię studencką.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (szer. x Wys. x gł.) 206 x 198,6 x 333 mm ?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zaproponowana wysokość 198.6 mm jest zbyt duża.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. Należy przyjąć treść wyjaśnień zawierające późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Katarzyna Danielewska-Drzazga**