

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.59.D.2021

## ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę **Aparatu do znieczulenia**

W związku z realizacją projektu pn. „*Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego*”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie działający w imieniu Województwa Mazowieckiego na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1473/256/21 z dnia 16 września 2021 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty.

### **1. Nabywca:**

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

NIP 113-245-39-40

### **2. Miejsce dostawy:**

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego

w Sochaczewie

ul. Batalionów Chłopskich 3/7

96-500 Sochaczew

### **3. Opis przedmiotu zamówienia:**

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania

### **4. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki:**

- 4.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 4.2. posiadają wiedzę i doświadczenie – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należało wykonać lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia obejmujące dostawę oferowanego sprzętu,
- 4.3. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia,
- 4.4. nie zalegają z opłacaniem podatków i składek ZUS, na potwierdzenie czego do oferty należy załączyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym *załącznik nr 3* do zapytania,
- 4.5. brak powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

**5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:** do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

**6. Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności:**

- a) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, koszt dostawy, opłaty i należne podatki,
- b) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich,
- c) Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

**7. Sposób przygotowania oferty:**

- 1) Na ofertę składają się:
  - a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym *załącznik nr 1* do zapytania ofertowego (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w za- pytaniu ofertowym i wynikające z zawartości formularza oferty),
  - b) Potwierdzony opis przedmiotu zamówienia zgodnie z *załącznikiem nr 2* do zapytania ofertowego,
  - c) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z *załącznikiem nr 3* do zapytania ofertowego,
  - d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

**8. Kryteria oceny ofert:**

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami oceny:  
Kryterium: cena – waga 100 %.

**9. Termin i sposób składania ofert:**

- a) Ofertę składa się w postaci dokumentu elektronicznego będącego kopią treści zapisanej w postaci papierowej (oferta pierwotnie sporządzona w postaci papierowej opatrzona własnoręcznym podpisem, a następnie przekształcona do postaci elektronicznej).  
Oferty w postępowaniu mogą być również składane w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- b) Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną poprzez stronę prowadzonego postępowania:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew>
- c) Termin składania ofert upływa **12.10.2021 r. do godz. 11:00**

**10. Termin związania ofertą:**

- a) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
- b) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty,

**11. Inne informacje:**

- a) Postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cen lub kosztów zawartych w ofertach,
- b) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym *załącznik nr 4* do zapytania ofertowego,
- c) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę,
- d) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- e) Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału

- w postępowaniu (*załącznik nr 3 do zapytania*), oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
- f) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienia postępowania,
  - g) Oferta, która zostanie przekazana po terminie składania ofert, nie weźmie udziału w postępowaniu,
  - h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,
  - i) Oferty, które zostaną przekazane na adres inny niż wskazany w pkt 9 lit. b nie wezmą udziału w postępowaniu,
  - j) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści oferty,
  - k) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
  - l) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści zapytania ofertowego, dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert,
  - m) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
  - n) Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

#### **12. Osoba do kontaktu:**

W zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Barbara Milczarek  
tel. 46 864 95 50, email: [b.milczarek@szpitalsochaczew.pl](mailto:b.milczarek@szpitalsochaczew.pl)

W zakresie procedury udzielenia zamówienia: Pani Joanna Nawłątyna  
tel. 46 864 95 21, e-mail: [dor@szpitalsochaczew.pl](mailto:dor@szpitalsochaczew.pl)

#### **13. Załączniki do zapytania ofertowego**

13.1. załącznik nr 1 - formularz oferty

13.2. załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

13.3. załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

13.4. załącznik nr 4 - wzór umowy

Sochaczew, 04.10.2021 roku

Dyrektor

.....

Nr sprawy:

Załącznik nr 1  
do Zapytania ofertowego

### Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy:	..... .....		
Adres (siedziba) wykonawcy:	ul. ....		Nr .....
	Kod pocztowy: __-__-__		Miejscowość: .....
	Adres e-mail:.....		
	tel.....		
Cena oferty brutto:	..... zł		

**W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję:**

- 1) oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
- 2) zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
- 3) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO \* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2  
do Zapytania ofertowego

**APARAT DO ZNIECZULENIA – 1 sztuka**

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametr oferowany / opisać	
<b>Wymagania podstawowe</b>				
1.	Aparat do znieczulania ogólnego	TAK		
2.	Producent	(podać)		
3.	Kraj producenta	(podać)		
4.	Model / typ	(podać)		
5.	Aparat fabrycznie nowy	TAK		
6.	Rok produkcji 2021 rok	TAK		
7.	Deklaracja Zgodności	TAK (przy dostawie)		
<b>Cechy ogólne Aparatu do znieczulania</b>				
8.	Aparat na podstawie jezdnej z blokadami na wszystkich kołach lub z blokadą centralną dla wszystkich kół	TAK		
9.	masa (kg)	(podać)		
10.	wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (cm)	(podać)		
11.	Zasilanie 230 V, 50 Hz	TAK		
12.	Awaryjne zasilanie elektryczne podtrzymujące pracę przez minimum 80 min.	TAK		
13.	Błat do pisania	TAK		
14.	Zasilanie gazowe (N <sub>2</sub> O, O <sub>2</sub> , powietrze) z sieci centralnej, <b>dotatkowo na wyposażeniu z aparatem uchwyt do mocowania butli</b>	TAK		
15.	Ssak z regulacją siły ssania i zbiornikiem minimum 1 litr na wydzielinę	TAK		
16.	Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza	TAK		
17.	Wyświetlanie przepływów gazów na ekranie aparatu	TAK		
18.	Czujniki przepływu, wewnętrzne, nie podatne na uszkodzenia – pomiar ultradźwiękowy	TAK/NIE		
19.	Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami	TAK		
20.	Minimalny przepływ świeżych gazów na poziomie 300ml/min lub niższym	TAK		
21.	Przepływ wdechowy o zakresie osiągalnym min. 170 l/min	TAK		
22.	Przepływ wdechowy o dużym zakresie powyżej 190 l/min	TAK/NIE		
23.	Wbudowany awaryjny zapasowy mechaniczny przepływomierz tlenowy z przepływem tlenu minimum do 10l/min.	TAK		
24.	Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z przepływem minimum do 15l/min.	TAK		
25.	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w	TAK		

	mieszanie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%			
26.	System aktywnego i wielostopniowego, automatycznego zwiększania przepływu świeżych gazów oraz stężenia tlenu w przypadku zagrożenia hipoksją	TAK		
27.	Automatyczny układ bezpieczeństwa podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta	TAK		
28.	Mieszalnik sterowany elektronicznie	TAK		
29.	Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL z odczytem wartości cyfrowej na monitorze	TAK/NIE		
30.	W pełni elektroniczny system sterowania parownikiem (nie dopuszcza się regulacji mechanicznej/ręcznej)	TAK		
31.	Elektronicznie sterowany system podający świeży gaz na wyższym poziomie w fazie wdychu i na niższym poziomie w fazie wydechu, pozwalając na zmniejszanie zużycia środków anestetycznych	TAK/NIE		
<b>Układ oddechowy</b>				
32.	Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dzieci i dorosłych	TAK		
33.	Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5l. (nie licząc worka i rur oddechowych)	TAK		
34.	Kompensacja podatności układu oddechowego	TAK		
35.	Reflektor objętości będący zbiornikiem oddechu zwrotnego działający jako sztywny zasobnik bez elementów ruchomych, pozwalający na podaż wysokich objętości oddechowych do min. 2000 ml oraz stosowanie niskich przepływów świeżych gazów	TAK/NIE		
36.	Obejście tlenowe o wydajności minimum 50 l/min.	TAK		
37.	Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych	TAK		
38.	Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną	TAK		
39.	Respirator wbudowany w aparat	TAK		
<b>Tryby wentylacji</b>				
40.	Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu przy pomocy dwustopniowej dźwigni mechanicznej z wentylacji mechanicznej	TAK		
41.	Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny	TAK		
42.	Tryb wentylacji objętościowo zmienny	TAK		
43.	SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym	TAK		
44.	Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z ręczną regulacją czułości	TAK		
45.	Precyzyjny wyzwalacz ciśnieniowy z ręczną regulacją czułości	TAK		
46.	Szeroki zakres regulacji wyzwalacza ciśnieniowego min. od -1 do -20 cmH2O	TAK/NIE		
47.	Tryb wentylacji typu PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu,	TAK		
48.	Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną (docelową) objętością PRVC lub AutoFlow	TAK		
49.	Możliwość włączenia przez użytkownika opcji pracy w krążeniu pozaustrojowym HLM	TAK		
50.	Przyciski szybkiego dostępu zmiany przepływów i stężen tlenu, sterowanie z ekranu dotykowego lub przyciskiem	TAK		

51.	Zakres PEEP minimum od 0 do 40 cm H <sub>2</sub> O	TAK		
52.	Szeroki zakres regulacji ciśnienia PEEP minimum od 0 do 50 cmH <sub>2</sub> O	TAK/NIE		
53.	Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 4:1 do 1:9	TAK		
54.	Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min - wentylacja objętościowa i ciśnieniowa	TAK		
55.	Zakres regulacji objętości oddechowej minimum od 20 do 2000 ml	TAK		
56.	Regulacja ciśnienia wdechu minimum: od 0 do 80 cmH <sub>2</sub> O	TAK		
57.	Regulacja ciśnienia wdechu w szerokim zakresie minimum: od 0 do 100 cmH <sub>2</sub> O	TAK/NIE		
58.	Regulacja wspomaganie ciśnieniowego minimum: od 0 do 80 cmH <sub>2</sub> O	TAK		
59.	Regulacja wspomaganie ciśnieniowego w szerokim zakresie minimum: od 0 do 100 cmH <sub>2</sub> O	TAK/NIE		
<b>Alarmy</b>				
60.	Niskiej pojemności minutowej MV i częstości oddechowej z regulowanymi progami	TAK		
61.	Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego	TAK		
62.	Alarm braku zasilania w energię elektryczną	TAK		
63.	Alarm braku zasilania w gazy	TAK		
64.	Alarm Apnea	TAK		
<b>POMIAR I OBRAZOWANIE</b>				
65.	Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych mierzony za pomocą czujnika paramagnetycznego	TAK		
66.	Pomiar objętości oddechowej TV	TAK		
67.	Pomiar pojemności minutowej MV	TAK		
68.	Pomiar częstotliwości oddechowej f	TAK		
69.	Pomiar ciśnienia szczytowego	TAK		
70.	Pomiar ciśnienia Plateau	TAK		
71.	Pomiar ciśnienia średniego	TAK		
72.	Pomiar ciśnienia PEEP	TAK		
73.	Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania	TAK		
74.	Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania	TAK		
75.	Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum: ciśnienie – objętość przepływ – objętość	TAK		



76.	Pomiar z wyświetlaniem podatności dynamicznej	TAK		
77.	Pomiar z wyświetlaniem podatności statycznej	TAK		
78.	Pomiar z wyświetlaniem elastancji	TAK/NIE		
79.	Pomiar z wyświetlaniem stałej czasowej	TAK		
80.	Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych, o przekątnej min. 15 cali, umieszczony na ruchomym wysięgniku/ramieniu z możliwością zmiany położenia ramienia oraz ekranu w celu łatwiejszej obserwacji wyświetlanych parametrów (nie dopuszcza się ekranu wbudowanego w aparat)	TAK		
81.	Możliwość płynnego obrotu ekranu o min. 200 stopni pozwalającego zachować ergonomię pracy	TAK		
82.	Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO <sub>2</sub> wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia	TAK		
83.	Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia	TAK		
84.	Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia	TAK		
85.	Trendy obejmujące minimum 12 godz. zapisu	TAK		
86.	Możliwość podłączenia wyłącznie elektronicznie sterowanych parownika/kasety/modułu do sevofluranu, isofluranu i desfluranu (nie dopuszcza się parowników mechanicznie/ręcznie sterowanych)	TAK		
87.	Współpracujące z aparatem parowniki/kasety/moduły elektronicznie sterowane z poziomu ekranu, z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka, oraz alarmem zbyt niskiego poziomu środka wziewnego, z możliwością napełniania podczas znieczulania bez potrzeby dekompresji parownika/kasety/modułu	TAK/NIE		
	<b>Monitor funkcji życiowych pacjenta - montowany na aparacie</b>			
88.	Monitor modułowy lub kompaktowy. Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 12"	TAK		
89.	Prezentacja min. 4 krzywych dynamicznych na ekranie.	TAK		
90.	Monitor przystosowany do pracy w sieci.	TAK		
91.	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim	TAK		
92.	Bezpieczne i stabilne mocowanie monitora do aparatu.	TAK		
	<b>EKG</b>			
93.	Monitorowanie przy użyciu 3 i 5 elektrod. Na wyposażeniu przewody EKG 3-odprowadzeniowe	TAK		
94.	Zakres pomiaru częstości akcji serca minimum 30-250/ min	TAK		
	<b>Pomiar oddechu</b>			
95.	Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu	TAK		
96.	Zakres pomiaru częstości oddechów w zakresie min 5-100/min	TAK		
	<b>Pomiar saturacji</b>			
97.	Wyświetlane wartości liczbowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna	TAK		



98	W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec dla noworodków, dzieci i dorosłych	TAK		
	<b>Nieinwazyjny pomiar ciśnienia</b>			
99	Wyzwalanie pomiaru ręczne i automatyczne	TAK		
100	Zakres pomiarowy w zakresie minimum 25-250 mm Hg	TAK		
101	Na wyposażeniu min. 1 wielorazowy mankiet dla dużych dorosłych, dorosłych, większych dzieci, małych dzieci, noworodków	TAK		
	<b>Inwazyjny pomiar ciśnienia</b>			
102	Min. 1 kanał pomiarowy	TAK		
103	Zakres pomiaru min od - 30 do + 300 mm Hg	TAK		
104	W zestawie przewód do pomiaru ciśnienia	TAK		
	<b>Pomiar NMT</b>			
105	Wbudowany moduł lub urządzenie zewnętrzne do pomiaru NMT	TAK		
106	W zestawie odpowiednie do modułu akcesoria do NMT – przewód główny i jednorazowe elektrody lub mankiet	TAK		
	<b>Pomiar temperatury</b>			
107	Zakres pomiaru min 10-45 C	TAK		
108	W komplecie wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy i temperatury głębokiej	TAK		
	<b>Alarmy</b>			
109	Alarmy o różnych poziomach ważności	TAK		
110	Ustawienie granic alarmowych ręcznie i automatycznie	TAK		
	<b>Inne</b>			
111	Uchwyt do mocowania monitora parametrów życiowych pacjenta	TAK		
112	Możliwość wymiany danych poprzez port USB	TAK		
113	Możliwość kopiowania trendów i dzienników przypadków na pamięć USB każdego typu, bez specjalnych zabezpieczeń producenta aparatu	TAK/NIE		
114	Komunikacja z aparatem w języku polskim	TAK		
115	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	TAK		
116	Okres gwarancji min. 36 miesięcy	TAK		
117	Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy	TAK		
118	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy	TAK		
119	Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego	TAK Podać częstotliwość przeglądów.		
120	Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny.	TAK		
121	Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat	TAK		
122	Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze)	TAK Podać		
123	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax.	TAK Podać		
124	Max. czas trwania naprawy 5 dni	TAK		

.				
125	Przeszkolenie użytkowników w zakresie użytkowania w cenie dostawy	TAK		
126	Termin dostawy: max. do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy	TAK		

**Oświadczenie Wykonawcy:**

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Nr sprawy:

Załącznik nr 3  
do Zapytania ofertowego

## O Ś W I A D C Z E N I E

### o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 4 Zapytania ofertowego.

.....

Miejscowość, data

.....

podpis Wykonawcy albo osoby lub osób  
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do  
zapytania ofertowego –  
Projekt umowy

Umowa nr W/UMWM-UF/UM/NW/ /2021

zawarta w Warszawie w dniu \_\_\_\_\_, zwana dalej „Umową” pomiędzy: **Województwem Mazowieckim**, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, zwanym w dalszej części Umowy „Kupującym”, reprezentowanym przez

\_\_\_\_\_ – (nazwa pełnomocnika) \_\_\_\_\_ mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr ..... Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia \_\_\_\_\_ 2021 r. w sprawie ...

a

\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_ ul. \_\_\_\_\_ zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla \_\_\_\_\_ Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem \_\_\_\_\_, kapitał zakładowy: \_\_\_\_\_, NIP: \_\_\_\_\_, REGON: \_\_\_\_\_, zwanym/ą w dalszej części umowy „Sprzedawcą” ,reprezentowaną przez:

zwanych łącznie „Stronami”.

Strony zawierają umowę z uwzględnieniem art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

## § 1.

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Sprzedawcę na Kupującego własności \_\_\_\_\_, szczegółowego określonego w załączniku nr .... do Umowy, dalej zwanego „Przedmiotem Umowy” i jego wydanie Kupującemu, który zobowiązuje się go odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę na warunkach wskazanych w dalszej części Umowy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia i wydania Przedmiotu Umowy własnym transportem bezpośrednio do \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_, zwanego w dalszej części Umowy „Miejscem dostawy”.

3. Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz praw osób trzecich oraz spełnia wszystkie określone prawem i Umową wymagania.
4. Sprzedawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i umiejętności techniczne niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.

## § 2.

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia i wydania Kupującemu Przedmiotu Umowy, a także przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w terminie \_\_\_\_\_
2. Sprzedawca ponosi koszty i pełną odpowiedzialność za transport Przedmiotu Umowy do Miejsca dostawy, jego załadunek i rozładunek, a także instalację, konfigurację systemu, uruchomienie, sprawdzenie prawidłowości działania oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_.

## § 3.

1. Obiór Przedmiotu Umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru w Miejscu dostawy.
2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kupującego oraz Sprzedawcy.
3. Do czasu podpisania protokołu odbioru za dostarczony Przedmiot Umowy odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.
4. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji i kontaktu:

Kupujący: (adres pełnomocnika) \_\_\_\_\_;

Sprzedawca: \_\_\_\_\_

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu do korespondencji i kontaktu, o którym mowa w ust 4. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
6. Zaniechanie obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany ust. 4 uznaje się za doręczone.

## § 4.

1. Całkowite wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (wartość Umowy) zostało ustalone na łączną kwotę brutto (z VAT) \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_).
2. Kupujący dokona zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Podstawą do wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT jest podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Za datę dokonania płatności, Strony będą uważały datę przekazania przez Kupującego polecenia zapłaty do banku prowadzącego jego rachunek.
5. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
6. Sprzedawca wystawi fakturę VAT w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru i dostarczy ją Kupującemu pod adres: (adres pełnomocnika) \_\_\_\_\_;
7. Fakturę VAT należy wystawić ze wskazaniem następujących danych:

Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40;

Odbiorca Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;

Numer Umowy: W/UMWM-UF/UM/NW/\_\_\_\_\_/2021

## § 5.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu, najpóźniej w dniu odbioru Przedmiotu Umowy, Instrukcji obsługi dostarczonego Przedmiotu Umowy w języku polskim w formie drukowanej oraz dokumentacji serwisowej i instrukcji mycia i dezynfekcji.
2. Sprzedawca udziela ..... miesięcznej gwarancji dla dostarczonego Przedmiotu Umowy.
3. W okresie gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt do naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego Przedmiotu Umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych lub materiałowych.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane niestosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi, dokonywaniem samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby oraz wynikających z przyczyn losowych (np. pożar, powódź, dewastacja).
5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad utajnionych konstrukcyjnych lub jakościowych w okresie obowiązywania gwarancji, o wykryciu wady Kupujący powiadomi na piśmie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.
6. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Kupujący, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Sprzedawcę.
7. Sprzedawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
8. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu gwarancji.
9. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności Przedmiotu Umowy.
10. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania serwisu na warunkach wskazanych w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

## § 6.

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1.
2. Łączna wysokość kar umownych naliczanych przez Kupującego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.
3. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w przypadku odstąpienia przez Kupującego lub Sprzedawcę od Umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
4. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości \_\_\_\_\_ % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego przez Kupującego do usunięcia wad w okresie trwania gwarancji.
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ww. kar umownych na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego.
6. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze wszystkich swoich wierzytelności względem Kupującego, w tym z należnego mu wynagrodzenia. Potrącenie przez

- Kupującego należnych kar umownych nie wymaga uprzedniego wezwania Sprzedawcy do zapłaty kar umownych.
7. W przypadku jeśli potrącenie, o którym mowa w ust. 5 nie jest możliwe, Kupujący wezwie Sprzedawcę do zapłaty kary umownej wyznaczając termin dokonania zapłaty na 14 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty.
  8. Niezależnie od sposobu rozliczania kar umownych, Kupujący wystawi Sprzedawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.

## § 7.

1. Strony postanawiają, że Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
  1. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy lub majątku za pomocą, którego Sprzedawca wykonuje Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu;
  2. Sprzedawca dopuszcza się zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy trwającej dłużej niż 7 dni;
  3. Sprzedawca naruszy zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;
  4. Sprzedawca naruszy zobowiązanie, o którym mowa w § 11 ust. 6;
  5. Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1
2. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa wygasa z upływem \_\_\_\_\_ r. jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Kupującemu całości przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1
3. Postanowienia ust. 1 nie ograniczają prawa Kupującego do odstąpienia od Umowy w innych przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności postanowieniach Kodeksu cywilnego.
4. Kupujący ma prawo skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

## § 8.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony w Umowie wszelkich informacji uzyskanych od Kupującego w związku z realizacją Umowy, z wyjątkiem:
  1. informacji publicznie dostępnych;
  2. informacji, w których posiadanie Sprzedawca wszedł, bez naruszenia prawa, z innych źródeł;
  3. informacji, co do których Kupujący pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu.
2. Sprzedawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony w Umowie informacji, o których mowa w ust 1.
3. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do żądania udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 i 2, Kupujący może odstąpić od Umowy.



## § 9.

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Sprzedawcę oraz osób wskazanych przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: [urząd\\_marszalkowski@mazovia.pl](mailto:urząd_marszalkowski@mazovia.pl), ePUAP: /umwm/esp.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: [iod@mazovia.pl](mailto:iod@mazovia.pl).
3. Dane osobowe:
  1. osób reprezentujących Sprzedawcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z późn. zm. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)*, wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania, w celu właściwej reprezentacji Sprzedawcy dla zapewnienia ważności umowy oraz jej realizacji. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy;
  2. osób wskazanych przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)*, w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez Sprzedawcę w ramach zawieranej Umowy.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Ponadto osobom wskazanym przez Sprzedawcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.
7. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1.

## § 10.

1. Województwo informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 – System Zarządzania Jakością, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, PN-EN ISO 14001:2015-09 – System Zarządzania Środowiskowego, PN-ISO 45001:2018-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO 37001:2017-05 – System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000 – System Społecznej Odpowiedzialności w związku z tym, przy wydatkowaniu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego należy dokładać należytej staranności w zakresie przestrzegania zasad mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ochronę środowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeciwdziałanie korupcji.

## § 11.

1. Sprawy nieuregulowane Umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych dla realizacji Przedmiotu Umowy obowiązujących aktów prawnych.
2. Sprzedawca oświadcza, że wiadome mu jest, iż treść Umowy jest informacją publiczną, która podlega udostępnieniu na warunkach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej, (Dz. U z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.), na co niniejszym Sprzedawca wyraża zgodę.
3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy sądem miejscowo właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.
5. Sprzedawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje Przedmiot Umowy, jak za własne działania i zaniechania.
6. Sprzedawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności zobowiązań finansowych, na rzecz osoby trzeciej.
7. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:
  - 1) Załącznik nr 1 Formularz oferty
  - 2) Załącznik nr 2 Wzór protokołu odbioru
8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Kupującego, a jeden dla Sprzedawcy i została podpisana przez każdą ze Stron podpisem własnoręcznym.
9. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron.

**Kupujący**

**Sprzedawca**

## PROTOKÓŁ ODBIORU

dotyczy Umowy nr .....

Z DNIA .....

Miejsce odbioru: .....

Data odbioru ..... 2021 r.

### Kupujący:

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40.

Przedstawiciel Kupującego – odbierający:

.....  
.....

### Sprzedający:

..... z siedzibą w .....(adres .....), NIP: .....

Przedstawiciel Sprzedającego:

.....  
.....

**Część A**

Lp.	Przedmiot odbioru	Ilość	Numer seryjny (jeżeli dotyczy)
1.			

Przedstawiciel Kupującego potwierdza odbiór ww. przedmiotu umowy.

**Część B**

Opisane w części A przedmioty odbioru **wymagały/nie wymagały**<sup>1</sup> dokonania szkolenia personelu.

Sprzedawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi przedmiotów odbioru opisanego w części A.

Lp.	Przedmiot odbioru	Liczba przeszkolonych osób
1.		

Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kupującego i Sprzedającego.

**Przedstawiciel Kupującego Przedstawiciel Sprzedającego**

.....

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić