




**SZPITAL KLINICZNY**  
**IM. KAROLA JONSCHERA**  
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego  
W POZNANIU



ZP 01/24

Poznań, dnia 15.01.2024 roku

### Szanowni Wykonawcy !

„Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań elektroforezy białek surowicy wraz z dzierżawą aparatury, zakup materiałów do diagnostyki cytometrii na aparacie BD FACS Lyric, zestawów do diagnostyki izotopowej oraz pojemniki do histopatologii na okres 12 miesięcy do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu – 11 pakietów.”

#### I. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 wprowadza zmianę do Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej:

##### 1. Zmiana SWZ

###### **Rozdział VI - Okres obowiązywania umowy i termin wykonania zamówienia**

Umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie strony **przez okres 12 miesięcy**.

Termin dostawy analizatora – do 4 tygodni

Termin dostawy odczynników – **do 10 dni roboczych**, a dla pakietu nr 10 zgodnie z harmonogramem jodowań

**Zmiana na:**

###### **Rozdział VI - Okres obowiązywania umowy i termin wykonania zamówienia**

Umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie strony **przez okres 12 miesięcy**.

Termin dostawy analizatora – do 4 tygodni

Termin dostawy odczynników – **do 21 dni roboczych**, a dla pakietu nr 10 zgodnie z harmonogramem jodowań

##### 2. Zmiana załącznika nr 2 – formularza ofertowego

###### **Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:**

Umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie strony **przez okres 12 miesięcy**.

Termin dostawy analizatora – do 4 tygodni

Termin dostawy odczynników – **do 10 dni roboczych**, a dla pakietu nr 10 zgodnie z harmonogramem jodowań

**Zmiana na:**

###### **Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:**

Umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie strony **przez okres 12 miesięcy**.

Termin dostawy analizatora – do 4 tygodni

Termin dostawy odczynników – **do 21 dni roboczych**, a dla pakietu nr 10 zgodnie z harmonogramem jodowań

##### 3. Zmiana umowy dostawy

###### **§2 Realizacja Przedmiotu Umowy – warunki dostawy pkt. 5**

(...)

Przedmiot umowy należy dostarczyć do Zespołu d/s Odczynników Laboratoryjnych w terminie **do 10 dni roboczych (max do 10 dni roboczych)**, licząc od dnia otrzymania zamówienia (w formie pisemnej lub

elektronicznej – wiadomość email lub innej formie ustalonej przez strony) od Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy (niedziele i święta) dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym .

**Zmienia się na:**

(...)

Przedmiot umowy należy dostarczyć do Zespołu d/s Odczynników Laboratoryjnych w terminie **do 21 dni (max do 21 dni roboczych)**, licząc od dnia otrzymania zamówienia (w formie pisemnej lub elektronicznej – wiadomość email lub innej formie ustalonej przez strony) od Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy (niedziele i święta) dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym.

#### 4. Zmiana załącznik nr 1 pakiet nr 1 tabela nr 2 pkt 3

3.	Zaoferowane żele agarozowe umożliwiają jednoczesne nakładanie maksymalnie do 15 próbek	podać ilość próbek, które można nałożyć jednocześnie na zaoferowane żele	Podać .....		≤15 –15 pkt 25-30 – 0pkt
----	--	--	-------------	--	-----------------------------

**Zmiana na**

3.	Zaoferowane żele agarozowe umożliwiają jednoczesne nakładanie maksymalnie do 24 próbek	podać ilość próbek, które można nałożyć jednocześnie na zaoferowane żele	Podać .....		żele z możliwością nakładania próbek: ≤15 –15 pkt 16-24 – 0 pkt
----	--	--	-------------	--	---

#### 5. Zmiana załącznika nr 1 pakiet nr 2 zapis pod tabelą nr 1

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zapewni bezpłatne szkolenia (maksymalny czas trwania szkoleń - 36 godzin) dotyczące interpretacji wyników uzyskiwanych przy pracy z materiałami w wymienionym pakiecie nr 2 w trakcie trwania całej umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.

**Zmiana na**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zapewni bezpłatne szkolenia (maksymalny czas trwania szkoleń - 6 godzin) dotyczące interpretacji wyników uzyskiwanych przy pracy z materiałami w wymienionym pakiecie nr 2 w trakcie trwania całej umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.



**II. Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:**

**1. Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje, aby pojemniki tworzyły system zamknięty rozumiany jako brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno postaci lotnej jak i ciekłej, a biopłat jest umieszczany w pustym pojemniku?

**Odpowiedź:**

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tabeli nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych / granicznych do pakietu nr 11. Wymagany jest **system zamknięty**, czyli taki gdzie, zgodnie z założeniem, **brak** jest kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej jak i ciekłej, a biopłat jest umieszczany w pustym pojemniku czyli taki, gdzie brak jest kontaktu z 4% formaldehydem w roztworze wodnym (10% roztworze formaliny). Formalina zamknięta w nakrętce a po przebicciu zalewa próbkę biopsyjną.

**2. Pytanie nr 2**

Czy w Zamawiający oczekuje bezpiecznego pojemnika tworzącego system zamknięty (przez co rozumiany jest brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej jak i ciekłej, a materiał histopatologiczny umieszczany jest w pustym pojemniku) do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika.

Pokrywa zbudowana z elementów :

1. Tłok zakończony nakłuwaczem

2. Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką

3. Filtr zabezpieczający

4. Przycisk uwalniający substancję utrwalającą:

• Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2% metanol. Łączna objętość 20ml/60ml

• pH substancji utrwalającej mieszczące się w zakresie 7.2-7.4- potwierdzone wynikiem analizy, przeprowadzonej w Laboratorium Akredytowanym na terenie Polski.

5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy.

**Odpowiedź:**

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tabeli nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych / granicznych do pakietu nr 11 i wyjaśnieniu w odpowiedzi do pytania nr 1.

**3. Pytanie nr 3**

Czy w Załączniku 7 (Umowa na dostawę) w § 10 ust. 1 pkt. b) Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,15% ?

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**4. Pytanie nr 4**

Wniosek o dopisanie: Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt. 1, 2 i 3 termin dostawy został wydłużony



5. **Pytanie nr 5**

Dotyczy Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga aparat jednomodułowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga aparatu jednomodułowego

6. **Pytanie nr 6**

**Dotyczy wzoru umowy § 2 ust.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1, 2 i 3 termin dostawy został wydłużony.

7. **Pytanie nr 7**

**Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 – dokumenty dopuszczające**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłanie wymaganych prawem dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu i stosowania na terytorium RP wraz z pierwszą dostawą i w trakcie trwania umowy na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i wskazuje, że zgodnie z częścią XI SWZ pkt 8 „Ponadto Wykonawca, dołączy do umowy w dniu jej zawarcia: na e-mail [zol@skp.ump.edu.pl](mailto:zol@skp.ump.edu.pl),

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych

- metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników

- Dane do kontaktu: osoby odpowiedzialnej za realizację umowy oraz osoby odpowiedzialnej za serwis aparatury. Dokumenty ww. nie stanowią treści oferty, będące integralną częścią treści umowy, dlatego należy go sporządzić najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Zalecamy przystąpić do opracowywania ww. dokumentów niezwłocznie po upływie terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.”

8. **Pytanie nr 8**

**Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 – karty charakterystyki**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie i samodzielne pobieranie kart charakterystyki ze strony producenta? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na przesłanie kart charakterystyki mailem na wskazany przez zamawiającego adres e-mail.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ (szczegółowe wyjaśnienia w odpowiedzi do pytania nr 7 )

9. **Pytanie nr 9**

**Dotyczy – załącznik nr 1 dla pakietu nr 6**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na samodzielne pobranie przez użytkownika metodyk /ulotek zawierających wszelkie niezbędne informacje dotyczące odczynników ze strony internetowej producenta? W przypadku wyszczególnionych odczynników metodyka oznaczeń różni się w zależności od materiału na którym wykonywane są badania i od rodzaju analizy. W praktyce wszelkie niezbędne informacje dotyczące zaoferowanych produktów są pobierane przez Użytkowników właśnie ze strony internetowej producenta (w jęz. angielskim).

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie wymaganej dokumentacji drogą elektroniczną (e-mail)

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ (szczegółowe wyjaśnienia w odpowiedzi do pytania nr 7 )



10. **Pytanie nr 10**

**Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 4**

Czy ze względów systemowych Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę na 60-dniowy termin płatności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

11. **Pytanie nr 11**

**Załącznika nr 1 – OPZ Pakiet nr 6 poz. 78 i 79.**

Proszę o sprecyzowanie na jakich fluorochromach mamy zaproponować wskazane przeciwciała.

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje:

Poz. 78 Mouse anti-Human CD10 Clone HI10a (RUO)100 t. 50ug Horizon BV605;

Poz. 79 Mouse Anti-Human CD73 Clone AD2 (RUO) 100t. Horizon BV510

12. **Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści podłączenie systemu do analizy żeli (nie pojedyncze analizatory) do LIS?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza podłączenie systemu do analizy żeli do LIS Eskulap

13. **Pytanie nr 13**

Czy w pkt 1 warunków ocenianych Zamawiający ma na myśli ilość surowicy poddanej rozdzielaniu na żelu?

**Odpowiedź:**

Tak, podana ilość dotyczy surowicy poddanej rozdzielaniu na żelu

14. **Pytanie nr 14**

Czy w pkt 3 warunków ocenianych Zamawiający doprecyzuje ile punktów dostanie Wykonawca w przypadku zaoferowania żeli umożliwiających jednoczesne nałożenie do 24 próbek (zgodnie z tabelą nr 3 Zestawienie parametrów wymaganych – granicznych pkt. 6 – Zamawiający postawił wymóg „Żele agarozowe z możliwością jednoczesnego nakładania maksymalnie do 24 próbek”)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanym parametrze popełnił oczywistą omyłkę pisarską, która zostaje zmieniona zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.4

15. **Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści system z mytymi aplikatorami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza mytych aplikatorów

16. **Pytanie nr 16**

Dotyczy projektu umowy §2, punkt 5, § 7a, punkt 1 i SWZ, Rozdział VI

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy towaru do 21 dni. Jako dystrybutor nie magazynujemy produktów, aby zapewnić maksymalny możliwy termin przydatności do użycia. Produkty są każdorazowo zamawiane u Producenta co wiąże się z koniecznością transportu międzynarodowego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1, 2 i 3 termin dostawy został wydłużony



17. **Pytanie nr 17**

Dotyczy projektu umowy §6, punkt 4

Wnosimy o odstąpienie od wymagania dostarczenia dokumentów w języku polskim, z uwagi na fakt, że dostarczane produkty są przeznaczone do stosowania przez użytkownika profesjonalnego i posiadają pełną dokumentację w języku angielskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

18. **Pytanie nr 18**

dot. pakietu nr 8, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez wykonawcę przeciwciała o pojemności 0,4 ml? Fiolka przeciwciała o takiej pojemności pozwoli na przeprowadzenie takiej samej ilości testów jak produkt, którego w załączniku nr 1 \_OPZ wymaga Zamawiający.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowanego rozwiązania, pod warunkiem, że zaproponowana sumaryczna ilość pozwoli na wykonanie takiej samej ilości badań jak w przypadku pojemności 0,5 ml. Zaproponowaną ilość oszacować do pełnego opakowania.

19. **Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta?.

**Odpowiedź:**

W przypadku braku potwierdzenia danych w karcie wystawionej przez producenta, Zamawiający przyjmie dokumenty wystawione przez autoryzowanego dystrybutora.

20. **Pytanie nr 20**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”

W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

21. **Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 10 projektu umowy – załączniki nr 7 do SWZ w następujący sposób:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w maksymalnej wysokości:

a) 5 % netto niezrealizowanej wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę

b) 0,1 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2 umowy - za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

c) 0,1 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2 umowy – za każdy dzień zwłoki w wydaniu towaru bez wad w miejsce wadliwego towaru,

d) 0,1 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2 umowy - za każdy przypadek nienależytego wykonania zamówienia w sposób inny niż zwłoka tj. za nie wniesienie towaru, nie poinformowania Zamawiającego o możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy, za nie przekazanie dokumentów o których mowa w § 6 umowy na żądanie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ



22. **Pytanie nr 22**

Dotyczy Załącznik nr 1 – OPZ Pakiet nr 6.

Zapis: „Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zapewni bezpłatne szkolenia (maksymalny czas trwania szkoleń - 48 godzin) dotyczące interpretacji wyników uzyskiwanych przy pracy z materiałami w wymienionym pakiecie nr 6 w trakcie trwania całej umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.”

Czy zamawiający ma na myśli szkolenie trwające 2 dni z rzeczywistym czasem trwania szkolenia 2x 8h, czy też 48 godzin szkoleniowych równych 6 dniom szkolenia w wymiarze 8h dziennie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli 48 godzin szkoleniowych równych 6 dniom w wymiarze 8 godzin dziennie.

23. **Pytanie nr 23**

załącznik nr 1 do OPZ, pakiet nr 11, tabela nr 1, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników histopatologicznych o pojemności całkowitej 60 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

24. **Pytanie nr 24**

załącznik nr 1 do OPZ, pakiet nr 11, tabela nr 2, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego -bezpiecznego pojemnika o konstrukcji 2w1. Pojemnik wyposażony w wewnętrzny koszyczek, skutecznie zabezpieczający materiał tkankowy przed przesuszeniem i kontaktem ze ściankami pojemnika w czasie transportu. Użytkownik nie ma kontaktu z formaliną ani jej oparami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

25. **Pytanie nr 25**

**załącznik nr 1 do OPZ, pakiet nr 11, tabela nr 2, pozycja 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego - bezpiecznego pojemnika, którego konstrukcja powoduje, że materiał zostaje uwolniony do formaliny po zdjęciu pierścienia zabezpieczającego i przekręceniu nakrętki. Użytkownik nie ma kontaktu z formaliną ani jej oparami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

26. **Pytanie nr 26**

załącznik nr 1 do OPZ, pakiet nr 11, tabela nr 2, pozycja 4

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników pakowanych po 48 szt. ze stosownym przeliczeniem ilościowym (105 op. x 48 szt.) Zaproponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego. Zamawiający otrzyma o 40 pojemników więcej niż wymaga.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**III. Ponadto, Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ po upływie terminu wynikającego z art. 284 ust. 2, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:**

1. **Pytanie nr 1**

Dotyczy Pakietu 2

Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu „Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zapewni bezpłatne szkolenia (maksymalny czas trwania szkoleń - 36 godzin) dotyczące interpretacji wyników uzyskiwanych przy pracy z materiałami w wymienionym pakiecie nr 2 w trakcie trwania całej umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.”

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

Niestety w takim wyglądzie zapis uniemożliwia nam złożenie oferty, gdyż wartość wsparcia aplikacyjnego w wymiarze 36 godzin jest nieadekwatna do wartości pakietu numer 2.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.5

2. **Pytanie nr 2**

Dotyczy wzoru umowy Paragraf 2 ust 5 - pakiet 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie w/w obowiązków w ramach pakietu nr 8 z 5 dni roboczych na do 21 dni roboczych? Producent wymienionych odczynników gwarantuje dostarczenie odczynników w ciągu 21 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1, 2 i 3 termin dostawy został wydłużony

3. **Pytanie nr 3**

Dotyczy wzoru umowy Paragraf 7a ust 1 - pakiet 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie w/w obowiązków w ramach pakietu nr 8 z 5 dni roboczych na do 24 dni roboczych? Producent wymienionych odczynników gwarantuje dostarczenie odczynników w ciągu 21 dni roboczych. W przypadku reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie słuszności samej reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1, 2 i 3 termin dostawy został wydłużony

4. **Pytanie nr 4**

Dotyczy Pakietu 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu znajdującego się pod tabelą asortymentowo cenową o treści; „W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty: 1. Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE – dla analizatora i odczynników” poprzez dodanie sformułowania: „jeśli dotyczy”. Uzasadnienie: W związku z tym, że jak wskazuje sam Zamawiający w opisie nad tabelą, cytometr „BD FACS Lyric”, jest własnością szpitala co oznacza, że postępowanie nie dotyczy zaoferowania przez wykonawcę tego cytometru nie możemy dostarczyć deklaracji CE dla tego urządzenia. Ponadto w punkcie 3 pakiecie 2 Zamawiający opisuje samodzielnie przeciwciało „CD66c (KOR-SA3544)-RPE, 1ML, ASR” wskazując tym samym, że przeciwciało posiada status ASR i nie posiada deklaracji zgodności CE.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w zapytaniu nie dotyczy przedmiotu zamówienia proszę o złożenia oświadczenia z dopiskiem „nie dotyczy”.

.....  
*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*Z wyrazami szacunku*

.....  
Dyrektor Szpitala

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem