

Konin, 13.06.2023 r.

WSZ-EP-6/671/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-6/2023

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 11

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Pakiet 2: Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J o rozmiarach 4.8 i 6 Ch oraz dł. 26 i 28 cm, otwarty-zamknięty, popychacz o dł. 45 i 75 cm, prowadnica 0.032” i 0.038” oraz dł. 150 cm z giętkim zakończeniem na jednym końcu oraz sztywnym na drugim, średnica pętli 2 cm, otwory rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 1 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę zestawu do szynowania moczowodów typu Double-J o rozmiarach 4.8 i 6 Ch oraz dł. 26 i 28 cm, otwartego-zamkniętego i otwartego-otwartego (do wyboru przez Zamawiającego). W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 7: Cewnik Foley z końcówką Couvelaire’a o następujących parametrach:

- cewnik trójdrożny, przezroczysty z 100% silikonu,
- usztywniona końcówka Couvelaire’a z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach,
- śr. 16, 18, 20, 22, 24 Ch, dł. 42 cm,
- balon o poj.:
- 40 ml dla cewnika o śr. 16 Ch,
- 50 ml dla cewnika o śr. 18 Ch,
- 60 ml dla 20 Ch,
- 70 ml dla 22 Ch i
- 80 ml dla 24 Ch.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 27, poz. 5: Igła wprowadzająca o śr. 18G, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Sporządziła
Elżbieta Marcinowska
Danuta Mudry-Kowalów