

Kamienna Góra, 15.09.2020 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa postępowania: **Dostawa indywidualnych osłon ochrony radiologicznej dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZO/1/09/2020**

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

### Pytanie nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie opisu poz. 1 - „Fartuch dwustronny wykonany z lekkich materiałów typu Xenolite, o ochronności min. 0,5 mm Pb, z wieszakami,„:

- Czy przez „fartuch dwustronny” Zamawiający rozumie:
  - fartuch dwustronny typu PŁASZCZ
  - fartuch dwustronny typu GARSONKA
  - czy fartuch dwustronny typu PONCZO?
- Czy ochronność 0,5mmPb ma być z przodu i z tyłu fartucha?
- Czy Zamawiający może z poniższej tabeli podać przybliżony planowany rozmiar handlowy fartuchów. Różne rozmiary mają różne ceny.

OPIS		ROZMIAR HANDLOWY	Wzrost (cm)	Obwód klatki piersiowej
szerokość	długość			
Mały	Bardzo krótki	SV	do 158	do 96 (cm)
	Krótki	SS	159-170	
	Średni	SM	171-182	
	Długi	SL	183-194	
Średni	Bardzo krótki	MV	do 158	97-108 (cm)
	Krótki	MS	159-170	
	Średni	MM	171-182	
	Długi	ML	183-194	
Duży	Bardzo krótki	LV	do 158	109-120 (cm)
	Krótki	LS	159-170	
	Średni	LM	171-182	
	Długi	LL	183-194	
Wielki	Bardzo krótki	XLV	do 158	pow. 120 (cm)
	Krótki	XLS	159-170	
	Średni	XLM	171-182	
	Długi	XLL	183-194	

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Ad. a) Zamawiający określa rodzaje fartuchów dwustronnych (rozmiary – wg ppkt c):

PŁASZCZ - 3 szt.

GARSONKA - 3 szt.

Ad. b) Ochronność 0,5 mm Pb wymagana jest z przodu fartucha. Ochronność z tyłu fartucha powinna wynosić 0,35 mm Pb.

Ad. c) Zamawiający podaje rozmiary wymaganych fartuchów – wg rozmiarów handlowych z powyższej tabeli:

PŁASZCZ:

- rozmiar LM – 1 szt.

- rozmiar XLM – 2 szt. (obwód brzucha – 130 cm),

GARSONKA:

- rozmiar LM – 3 szt.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o doprecyzowanie opisu poz. 2 - Kołnierz ochronny ze śliniakiem (ochrona tarczycy), 0,5 mm Pb  
Czy kołnierz ma być wykonany z gumy ołowiowej czy lekkiej dwuwarstwowej gumy bezołowiowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Kołnierz powinien być wykonany z lekkiej dwuwarstwowej gumy bezołowiowej.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści poniższy model okularów, posiadający silikonową część nanoskową oraz wymaganą ochronność?

OKULARY OCHRONNE RTG MAXI Typ: OX – modne, wygodne, w sportowym wzornictwie, wyposażone w ultra miękką silikonową nakładkę na nos na wewnętrznej stronie oprawek, dla zapewnienia dodatkowego komfortu.

Specyfikacja techniczna:

- Waga: 63 g.
  - Eq Pb: 0,75 mm przód / 0,5 mmPb bok
  - Kolor: karmazynowy, czarny, srebrny, niebieski
- Materiał: tworzywo

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający dopuszcza model okularów opisanych w pytaniu.

**Pytanie nr 4:**Poz. 1

Prosimy o podanie, czy tył fartuchów ma mieć ochronność 0,25 mmPb?

Prosimy o podanie modelu fartucha dwustronnego jakiego oczekuje Zamawiający (płaszcz / poncho / garsonka)

Ponieważ rozmiar ma wpływ na cenę, prosimy o podanie rozmiarów fartucha, jakiego oczekuje Zamawiający (szerokość: 52, 60, 68 lub 72 cm, długość: 90, 100, 110, 120 cm)

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 5:**Poz. 2

Prosimy o podanie, czy osłony tarczycy również mają być wykonane z materiału bezołowiowego?

Czy Zamawiający oczekuje śliniaka o długości 8 czy 12 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Osłony tarczycy winny być wykonane z materiału bezołowiowego.

Długość – 12 cm.

**Pytanie nr 6:**Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie okularów okalających głowę, ramka wykonana z wytrzymałego tworzywa, zauszniki zakończone miękkimi końcówkami, odpinany wymienny pasek piankowy, zdejmowane noski, boczne osłony przeciwbryzgowe, rozmiar uniwersalny, waga max. 66 g, równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,75mmPb, boki 0,5 mmPb (w zestawie: etui, czyścik), jak na zdjęciu poniżej:



Prosimy o odstąpienie od zaoferowania spray przeciw parowaniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający dopuszcza okulary określone w pytaniu.

Odstępuje się od wymogu, aby do okularów w zestawie dołączony był spray przeciw parowaniu.

**Pytanie nr 7:**

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie parawanu jezdnego o szerokości 90 cm i regulowanej wysokości od 120 do 180 cm

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający pozostawia wysokość 190 cm bez zmian.

**W związku z udzielonymi odpowiedziami, które mogą mieć wpływ na treść (wycenę) oferty, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21.09.2020 r. godz.10:00.**

**Zamawiający informuje, że dopuszcza się modyfikację Załącznika nr 2 (Kalkulacja ceny oferty), tj. wydzielenie i wycenę odrębnych pozycji w zakresie pkt 1 (Fartuch dwustronny).**

**Prezes Zarządu**

**Artur Mazur**