



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 474/09/2023

Chrzanów, 20.09.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na Dostawa inkubatora i stanowiska do resuscytacji dla oddziału neonatologii - sprawa 107/2023

Pakiet nr 1 – inkubator

- PKT.5 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w materacyk przeciwoodleżynowy bez konieczności dokumentowania jego właściwości?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
- PKT 7 Czy Zamawiający oczekuje aby podnoszenie jak i opuszczanie górnej części kopuły inkubatora było w pełni kontrolowane przez wewnętrzne systemy bezpieczeństwa inkubatora z możliwością blokowania jej w dowolnym momencie (reakcja na przeszkody) dla bezpieczeństwa pacjenta jaki i personelu?
Odp.: Tak.
- PKT. 9 Czy Zamawiający dopuści regulację pochylenia materacyka w szerszym zakresie $\pm 13^\circ$?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
- PKT. 9 Czy zgodnie z zasadą „minimal handling” Zamawiający zgodzi się, iż nowoczesny inkubator powinien być wyposażony w regulację nachylenia materacyka bez konieczności otwierania ścianek bocznych, ani też drzwiczek inkubatora? Każda dodatkowa ingerencja we wnętrzu inkubatora prowadzi do stresu noworodka i podniesieniu hałasu wewnątrz inkubatora co zakłóca prawidłowy rozwój noworodka.
Odp.: Tak.
- PKT. 10 Czy Zamawiający oczekuje aby ścianki boczne wyposażone były w mechanizm wolnego opadania celem uniknięcia ich uszkodzenia przy gwałtownym opadaniu?
Odp.: Tak.
- PKT. 11 Czy Zamawiający dopuści materacyk wysuwany obustronnie na odległość 22 cm bez funkcji obrotu jego podstawy? Wraz z otwartą ścianką kopuły oferowane rozwiązania umożliwią optymalny dostęp do pacjenta.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

7. PKT 13 Czy zgodnie z zasadą „minimal handling” Zamawiający zgodzi się, iż nowoczesny inkubator powinien być wyposażony w szufladę na kasety RTG wysuwaną obustronnie bez konieczności otwierania ścianek bocznych inkubatora a co za tym idzie bez konieczności niepotrzebnej ingerencji w przedział noworodka?

Odp.: Tak.

8. PKT 13 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w tracę na kasetę RTG z umieszczonymi wytłoczeniami dla różnych rozmiarów kaset, bez dodatkowych znaczników pozycji kasety?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. PKT 16 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w kurtynę powietrzną uruchamianą w sposób automatyczny przy otwarciu ścianki bocznej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. PKT 17 Czy Zamawiający dopuści głośniki alarmów zintegrowane z panelem sterującym inkubatora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. PKT 18 Prosimy o dopuszczenie inkubatora z poziomem hałasu wewnątrz kopuły na poziomie 41 dB bez nawilżania oraz 44dB z nawilżaniem i podażą tlenu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12. PKT 19 Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem regulacji nawilżania 40-95%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13. PKT 21 Czy Zamawiający dopuści inkubator z alarmem nawilżacza oraz braku wody w nawilżaczu (PKT. 29) bez funkcji wizualizacji poziomu wody w zbiorniku?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14. PKT 26 i 27. Czy ze względu na dość utrudniony dostęp do paneli umieszczonych centralnie, dodatkowo utrudnionych wysokimi nastawami wysokości samego inkubatora, Zamawiający dopuści panel sterujący o przekątnej 8,5 cala mocowany po lewej lub prawej stronie inkubatora na wysięgniku z możliwością jego swobodnej regulacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

15. PKT 30 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji bezdotykowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

16. PKT 34 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji połączeń IT?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

17. PKT 35 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji automatyki ustawień? Nie znane są nam algorytmy i wytyczne regulujące opisane wymaganie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

