

Znak sprawy: TP 21/2023

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na podstawie art. 284 ust. 2 i 3, i 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania i modyfikuje SWZ.

Dotyczy: Dostawa rękawic medycznych nitrylowych, nr sprawy: TP 21/2023

Pakiet 1 pozycja 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu technologii ręcznego pakowania rękawic?

Odp. Zamawiający odstąpi od wymogu technologii ręcznego pakowania rękawic.

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości: na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06 +/- 0,01 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'200 szt. wraz z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na opakowania rękawic a'200 wraz z przeliczeniem zamawianych ilości.

Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane

jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia rękawic zgodnie z opisem w SWZ oraz formularzu

Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości na mankiecie $0,11 \pm 0,01$?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie białek lateksowych poniżej $67 \mu\text{g/g}$?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimalnej 278mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie białek lateksowych max $33 \mu\text{g}$?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania 27.11.2023 r.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.