

Dział Zamówień Publicznych  
Tel. 12/ 614 25 34  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

DZ.271.99.931.2021

Kraków 08.12.2021

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, że wpłynęły pytania do postępowania nr **DZ.271.99.2021 – Dostawa stymulatorów serca, kardiowerterów, elektrod i wyrobów do ablacji.**

#### **PYTANIE 1. Dotyczy Pakietu 5**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek typu peel away od  **europejskiego producenta** o parametrach opisanych poniżej:

- Rozmiary koszulki 6 -12F; długość koszulki 13,5cm
  - Introduktor z rozszerzaczem
  - Prowadnik  $\varnothing$  0,38", długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym.
  - Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.
  - Strzykawka, pojemność 10 ml
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **PYTANIE 2. Dotyczy Pakietu 6 - kardiowerter defibrylator jednojamowy ICD VR, lp. 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora jednojamowego ICD VR bez możliwości zapamiętania ostatniej skutecznej terapii ATP? Wybór najbardziej adekwatnej i skutecznej terapii ATP zapewnia algorytm tworzący ranking terapii antyarytmicznych w zależności od ich skuteczności.

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **PYTANIE 3. Dotyczy Pakietu 6 - Elektroda stymulująca lp.6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod stymulujących bez możliwości dostarczenia elektrody z pierścieniami przedsiolkowymi?

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **PYTANIE 4.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1 :

1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, którego opóźnienie dotyczy

2. W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **PYTANIE 5.**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Dotatkowo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, że na podstawie art. 137 ust. 1 oraz ust. 2 PZP zmienia zapisy SWZ w następującym zakresie:  
Zmiana dotyczy załącznika nr 2 – Umowa

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty z uwzględnieniem treści niniejszego pisma.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

**Termin składania ofert: 20/12/2021 gdz: 09:00**

**Termin otwarcia ofert: 20/12/2021 gdz: 09:30**

#### **Załączniki:**

- umowa po modyfikacji