

Dreżdenko, dnia 16 sierpnia 2022 roku

Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych do iniekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/13/2022, 2022/BZP 00302508/01 z dnia 11.08.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanąj dalej Ustawą*, udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1

pakiet 2 poz.8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 8 dopuści motylek bez latexu a zawierający ftalany.

Odp. do pytania 1

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 2

pakiet nr 6 poz.2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 10 dopuści wycenę z opakowanie a'100sztuk?

Odp. do pytania 2

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pakietu 2 poz. 10 nie stawiał wymagań w zakresie wielkości opakowania handlowego. Zgodnie z pkt. 28 SWZ Wykonawca zobowiązany jest wycenić wg podanej jednostki miary tj.: „szt.”.

Nie będzie stanowiło niezgodności z warunkami zamówienia, jeżeli Wykonawca wyceni oferowany asortyment wg ceny jednostkowej za opakowanie handlowe, pod warunkiem, że ilość zaofertowanych opakowań będzie liczbą naturalną oraz będzie wynikała z prawidłowych wyliczeń w odniesieniu do ilości wymaganych przez Zamawiającego (bez zaokrąglania do pełnych opakowań).

Pytanie 3

pakiet 6 poz.2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 2 dopuści przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych bez zaczepu na dren?

Odp. do pytania 3

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 4

pakiet 6 poz.2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 2 dopuści przyrząd z komorą wykonaną z medycznego PVC?

Odp. do pytania 4

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 5

pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 1 dopuści długość igły 88mm zamiast 90mm?

Odp. do pytania 5

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 10 poz. 1 na igły o długości 88mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 6

pakiet 10, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 2 dopuści długość igły 88mm zamiast 90mm?

Odp. do pytania 6

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 7

Pakiet 10, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 2 dopuści długość igły 40mm zamiast 50mm?

Odp. do pytania 7

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6 Ustawy wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/650300> dnia 16.08.2022 r.