

Konin, 11.12.2020.r.

WSZ-EP-54/1564/2020

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę dializatorów, wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-54/2020

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 1

Pyt. 1 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 1 pozycji 1-2 dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchni 1,4 m², współczynnik ultrafiltracji 21 ml/h x mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji 3 dopuści: dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchni 1,8 m², współczynnik ultrafiltracji 26 ml/h x mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji 4-5 dopuści: dializatory wysokoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchniach:

Poz. 4 - 1,4 m², współczynnik ultrafiltracji 48 ml/h x mmHg?

Poz. 5 - 1,8 m², współczynnik ultrafiltracji 60 ml/h x mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2

Pyt. 1 - Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 1-2 i stworzy z nich oddzielny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1-4 dopuści: dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES), o następujących powierzchniach: 1,4 m², 1,6m², 1,8m², 2,0m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 5-6 dopuści: dializatory wysokoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES), o następujących powierzchniach: 1,6m², 1,8m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.