



DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Hemodynamiki**”

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaprośzenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 17

Pakiet nr 13

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 przewodniki naczyniowe hydrofilne o parametrach jak niżej:

- przewodnik nitinolowy z pokryciem hydrofilnym,
- dostępna długość 180 cm,
- dostępna średnica 0.035" ,
- długość elastycznej końcówki 30 mm,
- dostępne przewodniki proste, zagięte i kształtowalne,
- końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia Dyrektora
Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Gineła w Grajewie

mgr Halina Próchniak