

Gdańsk, 09 września 2020 r.

D10.251.59.M.2020

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

**Dostawę aparatu USG w ramach projektu
„Doposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Centrum Onkologii”**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZESTAW I

Aparat USG

Pytanie nr 1, dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu 255 dB oraz płynną regulacją dynamiki od 50 do 255 dB który to zakres wyświetlany jest na ekranie ultrasonografu ?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 2, dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z nowoczesnym monitorem LCD o przekątnej powyżej 22 cali i rozdzielczości Full HD 1920x1080 pikseli oraz panel dotykowy o przekątnej powyżej 10 cali ?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 3, dot. pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z pamięciom CINE dla trybu B-mode z min. 12 700 obrazów?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 4, dot. pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium z zakresem regulacji wielkości bramki dopplerowskiej w trybie Doppler Pulsacyjny 0,5 - 15 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 5, dot. pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania

Zamawiającego z głowicą convex wykonaną w technologii **Single Cristal** do badań brzusznych z zakresem częstotliwości pracy od 1 do 7 MHz, liczbie elementów 160, kącie skanowania wynoszącym 70 stopni oraz możliwością podłączenia przystawki biopsyjnej?
Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 6 dot. pkt. 36, 37, 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego wyposażony w głowicę liniową o zakresie pracy 3-12 MHz oraz dodatkową głowicę współpracującą z posiadanym przez Zamawiającego aparatem GE Voluson E6 z 24 miesięczną gwarancją?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

ZESTAW II

1. Dotyczy załącznika nr 1 B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Czy Zamawiający dopuści aparat demonstracyjny z najnowszym oprogramowaniem wyprodukowany w 2019 roku z zachowaniem wymaganej 24 m gwarancji?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy załącznika nr 1 B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pkt. 40 i 41. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający pod pojęciem integracji i konfiguracji dostarczonego echokardiografu ze szpitalnym PACsem i RISem rozumie licencje DICOM w aparacie Echo i ewentualnie dyspozycyjność inż. serwisowego do współpracy np. IT szpitalnym.

W przypadku gdyby w kosztach oferty Zamawiający wymagał, licencji do podłączenia ze Szpitalnym systemem PACS i RIS, prosimy o podanie tych kosztów netto przez Zamawiającego w celu stworzenia równych warunków dla wszystkich oferentów. Prosimy o podanie nazw firm, które dostarczyły do Szpitala systemy PACS i RIS oraz kontaktu do osób odpowiedzialnych w celu uzgodnienia procesu i warunków wymaganej integracji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

ZESTAW III

Pytanie 1

Dot. pkt.8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy ultrasonograf klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z monitorem wysokiej rozdzielczości wykonany w technologii LCD ?

Odpowiedź: Zgodnie OPZ.

Pytanie 2

Dot. pkt.8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy ultrasonograf klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z monitorem wysokiej rozdzielczości o przekątnej ekranu 21,5"?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 3

Dot. pkt.15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy ultrasonograf klasy

premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z szybką pamięcią CINE dla B-mode typu RAM o pojemności 960 MB z możliwością nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop): 10 000 obrazów ?

Odpowiedź: OPZ pozostaje bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 4

Dot. pkt.27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy ultrasonograf klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z obrazowaniem przepływów za pomocą wysokoczułej techniki 3D z wolnej ręki?

Odpowiedź: OPZ pozostaje bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 5

Dot. pkt.35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy ultrasonograf klasy premium z głowicą liniową wykonaną w technologii multicystal równoważnej do głowic matrycowych z zakresem częstotliwości pracy od 4.2 do 14 MHz, FOV głowicy 58 mm, liczbie elementów 1700, pracą w trybie II harmonicznej oraz regulacją uchylenia pola Dopplera kolorowego +/-30 stopni?

Odpowiedź: OPZ pozostaje bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 6

Dot. pkt.36

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch zestawów głowic liniowych w zestawie po dwie głowice, czy tylko dwóch głowic liniowych o zakres częstotliwości min. 4-12 MHz, szerokość skanowania min. 35 mm, min. 190 elementów w jednej linii ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednego zestawu składającego się z 2 szt. głowic.

Pytanie 7

Dot. pkt.36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy ultrasonograf klasy premium z głowicą liniową wykonaną w technologii multicystal równoważnej do głowic matrycowych z zakresem częstotliwości pracy od 3 do 11 MHz, FOV głowicy 45 mm, liczbie elementów 1100 ?

Odpowiedź: OPZ pozostaje bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 8

Dot. pkt.37

Prosimy o umożliwienie złożenia oferty również innym producentom poprzez wykreślenie zapisu przedmiotu zamówienia punktu 37.

Odpowiedź: OPZ pozostaje bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 9

Dot. pkt.37

Zamawiający wymaga: zaoferowane 2 szt. Głowic liniowych min. 4-12 MHz w pełni współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego aparatem USG Voluson E6 ns D58412. Prosimy o umożliwienie złożenia oferty poprzez możliwość zaoferowania dwóch dodatkowych głowic liniowych współpracujących z aparatem USG Voluson E6 ns D58412

nienależnie od zaferowanych głowic liniowych z punktu 36.
Odpowiedź: OPZ pozostaje bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 10

Dot. Zapisów SIWZ, załącznik nr 6 do SIWZ – Umowa, § 6 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pytanie 11

Dot. Zapisów SIWZ, załącznik nr 6 do SIWZ – Umowa, § 6 ust. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że ze względu na specyfikację sprzętu, duży koszt oraz fakt, że produkowany jest pod konkretne zamówienie wpływa na cenę aparatu. Odstąpienie od w/w wymogu pozwoli nam na skalkulowanie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pytanie 12

Dot. Zapisów SIWZ, załącznik nr 6 do SIWZ – Umowa, § 8

Uprzejmie prosimy o zastąpienie w/w paragrafie terminu „opóźnienie” terminem „zwłoka”.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym projektem umowy.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. Jednocześnie Zamawiający załącza aktualną treść zmodyfikowanych załączników do SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert tj. **28.09.2020 r.** do godz. **10:00**. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. **11:00**.

Z poważaniem


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Załączniki:

- zał. 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) po zmianach
- zał. 1 C do SIWZ (projekt umowy)
- zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu

Sporządził Sekretarz komisji
Marta Muszyńska- Orciuch