

ZP/12/23

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. **„Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników i materiałów kontrolnych z dzierżawą analizatorów do Laboratorium Analitycznego Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy, Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Część nr 1: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych, pkt 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatora oraz w ilości zabezpieczającej wykonanie kontroli na 3 poziomach codziennie przez cały okres trwania umowy?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

2. Część nr 1: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych, pkt 21: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga, aby moduł kontroli jakości był integralną częścią wewnętrznego oprogramowania oferowanego analizatora, bez konieczności oferowania zewnętrznego dodatkowego oprogramowania zarządzającego?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

3. Część nr 5 Zał. nr 5 do SWZ, pkt. 10 wymagane parametry Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału do kontroli wewnątrz pochodzącego od innego producenta niż producent pasków i kalibratora, kompatybilnego z oferowanym czytnikiem?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze wyjaśnienia wiążą z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu