



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Warszawa, 01.06.21 r.



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 1843.1002/21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w celu zawarcia umowy ramowej na: **Dostawy alkomatów ustnikowych dowodowych**, nr ref.: **WZP-1002/21/51/Z**.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, uprzejmie informuje **o treści wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.**

Pytanie nr 1:

Prosimy i o informację czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania w którym drukarka nie jest wbudowana w analizator.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ, a tym samym nie wyraża zgody na zastosowanie rozwiązania proponowanego przez Wykonawcę w pytaniu. Zamawiający informuje, że dopuszczenie takiego rozwiązania sprawiłoby że zakupywane urządzenie nie byłoby wystarczająco kompaktowe jak zakładał Zamawiający.

Wyjaśnienia Zamawiającego do treści SWZ są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Robert BURASIŃSKI