

Wejherowo, dnia 03.06.2022 r.

D.25C/250/423/2022

wg rozdzielnika

I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEC ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”** znak: D25C/251/N/14-22rj/22, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 1 pkt. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu o naliczaniu kar umownych od ceny brutto przedmiotu umowy ? I zgodzi się na wprowadzenie zmiany zapisu na naliczanie kar umownych od ceny zamówienia brutto ?

Proponowany przez Wykonawcę zapis :

„w wysokości 0,3 % ceny zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego;”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**2. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 1 pkt. 2**

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu o naliczaniu kar umownych od ceny brutto przedmiotu umowy ? I zgodzi się na wprowadzenie zmiany zapisu na naliczanie kar umownych od ceny zamówienia brutto ?

Proponowany przez Wykonawcę zapis : „w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki;”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**3. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podoląć tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje takich zapisów. Umowa zawarta będzie na okres znacznie krótszy niż 12 miesięcy, w związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania ww zapisów do Umowy.

znak: D25C/251/N/14-22rj/22



#### 4. Zapytanie Wykonawcy:

##### Zadanie 9 - Aparat do pomiaru ACT w ilości 3 szt

Jaki proces związany z przetwarzaniem danych osobowych w imieniu administratora Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy? Czy przed terminem składania ofert Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje szczegółowe na temat przewidzianego charakteru przetwarzania?

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje przetwarzania wrażliwych danych osobowych zdefiniowanych w ustawie o ochronie danych osobowych.

#### 5. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w pakiecie 8 zgodzi się na zaoferowanie pompy do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej :

- Jednostką napędową zintegrowaną z podstawą jezdnią bez konieczności demontażu do transportu, posiadającą własny mechanizm jezdny ( kółka)
- Monitorem 13" z szybko dostępnym dotykowym ekranem z opcją blokady
- Możliwością precyzyjnego wypełnienia balonu zgodnie z zadaną objętością, prezentacja stanu napełnienia butli z helem i akumulatora
- Z trybami : automatyczny, ręczny z opcją ustawień pośrednich
- Zakresy częstotliwości pracy pompy pozwalający na skuteczną kontrapulsację w zakresie 40 do 200bpm
- Prędkości wydruku wbudowanej drukarki termicznej 25 i 50mm/s oraz wyświetlanych danych na monitorze 25mm/s
- Pracującej na jednorazowej butli z helem 500 PSI, wystarczającej na min 3 tygodnie ciągłej pracy
- Ze zbiornikiem na kondensat - z możliwością kontrolowania ewakuacji płynu biologicznego
- Bez dołączonego aparatu dopplera
- Z akumulatorami SLA montowanymi zaciskowo.

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### 6. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 4 wyrazi zgodę na realizację zamówienia do 6 miesięcy z możliwością wydłużenia do 9?

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### 7. Zapytanie Wykonawcy:

##### Umowa par. 7

Czy Zamawiający dopuszcza również otrzymywanie faktur w postaci pliku pdf?

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

#### 8. Zapytanie Wykonawcy:

##### Umowa par. 7

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis , że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawienie i przesłanie faktur , duplikatów faktur oraz ich korekt , a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail.

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust. 5 Projektu Umowy (Załącznik nr 5 do SWZ), poprzez dodanie kolejnego zdania o następującym brzmieniu:

*„Wykonawca, który nie będzie wysyłał faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, przesyła faktury elektroniczne na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na adres: faktury@szpitalepomorskie.eu.”*

#### 9. Zapytanie Wykonawcy:

##### Umowa - kary – par 9.

Prosimy o naliczanie kar od wartości niedostarczonego/ nienaprawionego sprzętu.

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

znak: D25C/251/N/14-22rj/22



Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie nr 1 i nr 2 zmodyfikował zapisy § 9 ust. 1 i ust. 2 w nn zakresie.

**10. Zapytanie Wykonawcy:**

**Umowa - kary – par 9.**

Prosimy o obniżenie wartości kar maksymalnych z 70 % do 20 %.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wartości kar maksymalnych z 70 % do 50 %.

**11. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3**

**ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla części nr 3 do 16 tygodni od złożenia zamówienia?

Przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie a sprzęt którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla zadania nr 3 do 16 tygodni od złożenia zamówienia.

**12. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3**

**ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Dotyczy wymaganego okresu gwarancji min. 24 m-cy. Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotu zamówienia producent nie udziela tak długich gwarancji prosimy o rozważenie zmiany minimalnego okresu gwarancji na 12 miesięcy dla pakietu nr 3. Zapewnienie tak długiego, min. 24 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze znacznym podwyższeniem kosztu instrumentów, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**13. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3**

**ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Czy z uwagi na fakt, że nie będąc producentem mamy ograniczony wpływ na zdolność zapewnienia produkcji czy sprzedaży części zamiennych przez okres minimum 10 lat, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie tego okresu dla części nr 3 na 5 lat ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**14. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3**

**ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza.

**15. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3**

**ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej z tytułu nieterminowej naprawy, w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy i uruchomi sprzęt zastępczy o tych samych funkcjonalnościach?

znak: D25C/251/N/14-22rj/22





**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 10 Projektu Umowy (załącznik nr 5 do SWZ): „W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy. Zastępczy element przedmiotu umowy musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak element naprawiany. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zastępczego elementu przedmiotu umowy o parametrach lepszych od pierwotnie oferowanych z zastrzeżeniem, że Wykonawca przeprowadzi odpowiednie szkolenie personelu w zakresie obsługi i użytkowania. Przy spełnieniu powyższego Zamawiający odstąpi od naliczenia kary określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2) umowy.”

**16. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3**

**ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii dla części nr 3 w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**17. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3**

**ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**18. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3**

**ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Czy strony dopuszczają możliwość zmiany sprzętu medycznego, jeżeli w trakcie realizacji umowy, okaże się, że zaproponowany model nie jest już dostępny na rynku (został wycofany z produkcji), pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje model o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie oraz w takiej samej cenie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w § 10 ust. 1 Projektu Umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) szczegółowo określił możliwość oraz warunki takiej zmiany.

**19. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

W związku z wymogiem Zamawiającego zaoferowania zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym klasa I (pkt. 57 i pkt 99) – Zamawiający wymaga również aby urządzenia typu: procesor, źródło światła oraz insuflator - posiadały stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ CF (odporność na defibrylację)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie precyzuje wymagań i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

**20. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wstępnie opisanego w punktach od 3 do 57 - **Procesor kamery Full HDTV zintegrowany ze źródłem światła LED, procesora o poniższych parametrach:**

<b>Sterownik kamery FULL HD - 1 kpl.</b>
Sterownik kamery pracujący w systemie FULL HD, wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo do podłączenia monitora operacyjnego : 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 1 x 3G-SDI (Full HD 1920 x 1080p)
Gniazda DVI-D umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym
Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości jednoczesnego podłączenia dwóch kamer w celu wykonywania operacji łączonych np. laparoskopowo - jelitowych

znak: D25C/251/N/14-22rj/22

Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia: - giętkich wideoendoskopów z przetwornikiem obrazowym umieszczonym w końcu dystalnym takich jak: wideokolonoskopy, wideogastroskopy
Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia: - wideolaparoskopu sztywnego 3D
4 gniazda USB zintegrowane w sterowniku kamery umożliwiające podłączenie m.in. zewnętrznej klawiatury, pamięci typu Pen Drive, przełącznika nożnego. W tym 2 gniazda umieszczone na panelu przednim sterownika kamery
Dostępne dwa tryby sterowania źródłem światła przez kamerę: - automatyczny - manualny
Obsługa funkcji kamery poprzez przyciski na głowicy kamery i menu operacyjne kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego wzdłuż lewej krawędzi ekranu w postaci małych ikon graficzno - tekstowych informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji
Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, tj. możliwość usunięcia z menu wybranych ikon
Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień kamery (profilu użytkowników) dla 20 użytkowników
Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci PenDrive
Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia. Możliwość zapamiętania danych dla 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery
Możliwość stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie
Zoom optyczny 2x Parfocal oraz cyfrowy z 5 stopniową regulacją
Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery; sterowanie zapisem poprzez: - przyciski głowicy kamery, - klawiaturę podłączoną do sterownika kamery
Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie
Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie
Tryb cyfrowego obrazowania z selektywnym wycięciem koloru tj. wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtra w źródle światła.
Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów tej samej wielkości na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
W zestawie: - klawiatura USB do obsługi kamery poza sterylą strefą - pamięć PenDrive 32GB - przewód łączący monitor ze sterownikiem kamery DVI-D / DVI-D

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania w ramach ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO FULL HD procesora o dopuszczonych parametrach Wykonawca w Załączniku nr 8 do SWZ w tabeli dla Zadania 3 wypełnia punkty od 3a do 24a, natomiast punkty od 3 do 57 pozostawia niewypełnione.

**21. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Czy oferowany procesor obrazu ma posiadać funkcję nagrywania filmów wideo i archiwizacji na bezpośrednio podłączonej pamięci typu pendrive?

znak: D25C/251/N/14-22rj/22



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie precyzuje wymagań i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie

**22. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wstępnie opisanego w punktach od 58 do 66 - **Monitor 32" 4K UHD (3840x2160)**, monitora o nieco innych parametrach wymienionych poniżej:

Przekątna ekranu: 31,5 cala
Sygnal wejściowy video: HDMIx1 2.0, Display Port x1-1.2(SST), Display Port x1- 1.2(MST), DVI-D x1
Liczba kolorów: 1,07 miliarda
Kontrast 1500:1
Wymiary: 761.5(W) x 442(H) x 70.6(D) mm
Rozdzielczość: 4096 x 2160 pixeli
Kąty patrzenia: lewo/prawo 178 stopni, góra/dół 178 stopni
Mocowanie VESA100 i VESA 200

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaferowania w ramach ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO FULL HD monitora o dopuszczonych parametrach Wykonawca w Załączniku nr 8 do SWZ w tabeli dla Zadania 3 wypełnia punkty od 58a do 65a, natomiast punkty od 58 do 66 pozostawia niewypełnione.

**23. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wstępnie opisanego w punktach od 67 do 74 - **Wideolaparoskop FullHD, 10 mm, kąt patrzenia 30°** – wysokiej klasy optyk laparoskopowych o poniższych parametrach:

Optyka laparoskopowa z systemem wałeczkowym typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, długość 31 cm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptory do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 2 szt.
---

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaferowania w ramach ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO FULL HD optyki laparoskopowej o dopuszczonych parametrach Wykonawca w Załączniku nr 8 do SWZ w tabeli dla Zadania 3 wypełnia punkt 67a, natomiast punkty od 67 do 74 pozostawia niewypełnione.

**24. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wstępnie opisanego w punktach od 75 do 81 - **Wideolaparoskop FullHD, 10 mm, kąt patrzenia 0°** – wysokiej klasy optyk laparoskopowych o poniższych parametrach:

Optyka laparoskopowa z systemem wałeczkowym typu Hopkins, kąt patrzenia 0°, śr. 10 mm, długość 31 cm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptory do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 2 szt.
--

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaferowania w ramach ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO FULL HD optyki laparoskopowej o dopuszczonych parametrach Wykonawca w Załączniku nr 8 do SWZ w tabeli dla Zadania 3 wypełnia punkt 75a, natomiast punkty od 75 do 81 pozostawia niewypełnione.

**25. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

znak: D25C/251/N/14-22rj/22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wstępnie opisanej w punktach od 82 do 91 -Głowica kamery endoskopowej Full HD, głowicy o poniższych parametrach:

<b>Głowica kamery FULL HD - 1 szt.</b>
Praca głowicy w standardzie FULL HD 1080p
Wyposażona w przetworniki obrazu: 3 x CCD
Klasa ochrony I, typ CF
Zintegrowany na stałe obiektyw zapewniający zoom optycznym 2 x typu Parfocal
Zintegrowane 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie)
Zakres obrazowania głowicy kamery umożliwiający rejestrację efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)
Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery
Waga głowicy: 249,5 g
Możliwość sterylizacji głowicy kamery w STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1, EtO

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania w ramach ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO FULL HD głowicy o dopuszczonych parametrach Wykonawca w Załączniku nr 8 do SWZ w tabeli dla Zadania 3 wypełnia punkty od 82a do 90a, natomiast punkty od 82 do 91 pozostawia niewypełnione.

**26. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wstępnie opisanego w punktach od 92 do 99 - Źródło światła wraz z optykami do obrazowania fluorescencyjnego IR, źródła światła LED o poniższych parametrach :

<b>Źródło światła LED - 1 zestaw</b>
Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery
Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery
Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG
Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym
Tryb mapy intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji
Stopień ochrony CF
Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 0°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłączy światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1 szt.
Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłączy światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania w ramach ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO FULL HD źródła światła o dopuszczonych parametrach Wykonawca w Załączniku nr 8 do SWZ w tabeli dla Zadania 3 wypełnia punkty od 92a do 99a, natomiast punkty od 92 do 101 pozostawia niewypełnione.

znak: D25C/251/N/14-22rj/22



**27. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wstępnie opisanej w punktach od 102 do 106 - **Optyka laparoskopowa 30°** - optyki o poniższych parametrach:

Optyka laparoskopowa z systemem wałeczkowym typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, długość 31 cm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłączy światłowodowe wyposażone w adaptory do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 1 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania w ramach ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO FULL HD optyki laparoskopowej 30° o dopuszczonych parametrach Wykonawca w Załączniku nr 8 do SWZ w tabeli dla Zadania 3 wypełnia punkt 102a, natomiast punkty od 102 do 106 pozostawia niewypełnione.

**28. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wstępnie opisanej w punktach od 102 do 106 - **Optyka laparoskopowa 0°** - optyki o poniższych parametrach:

Optyka laparoskopowa z systemem wałeczkowym typu Hopkins, kąt patrzenia 0°, śr. 10 mm, długość 31 cm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłączy światłowodowe wyposażone w adaptory do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 1 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania w ramach ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO FULL HD optyki laparoskopowej 0° o dopuszczonych parametrach Wykonawca w Załączniku nr 8 do SWZ w tabeli dla Zadania 3 wypełnia punkt 107a, natomiast punkty od 107 do 111 pozostawia niewypełnione.

**29. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wstępnie opisanych w punktach od 112 do 113 - **Światłowod we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie** – światłowodów o poniższych parametrach:

Światłowod, osłona wzmocniona, nieprzezroczysta, długość 250 cm, średnica 4,8 mm - 4 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania w ramach ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO FULL HD światłowodu o dopuszczonych parametrach Wykonawca w Załączniku nr 8 do SWZ w tabeli dla Zadania 3 wypełnia punkt 112a, natomiast punkty od 112 do 113 pozostawia niewypełnione.

**30. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wstępnie opisanego w punktach od 114 do 128 - **Insuflator wysokoprzepływowy** – insuflatora charakteryzującego się poniższymi parametrami:

<b>Insuflator z podgrzewaniem gazu – 1 zestaw</b>
Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" z oprogramowaniem w języku polskim
Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym
Maksymalny przepływ gazu do 50 l/min
Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg
Insuflator wyposażony w 2 tryby pracy
Tryb pracy wysokoprzepływowy:
- regulacja przepływu w zakresie 1 - 50 l/min,
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg

znak: D25C/251/N/14-22rj/22



Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg
Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienie, przepływ CO <sub>2</sub> , tryb pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania 20 profili użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą
Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO <sub>2</sub>
Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO <sub>2</sub>
Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO <sub>2</sub> do pacjenta
Graficzny wskaźnik ciśnienia CO <sub>2</sub> w butli
Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO <sub>2</sub> o objętości 1 litra
Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO <sub>2</sub> bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania w ramach ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO FULL HD insuflatora o dopuszczonych parametrach Wykonawca w Załączniku nr 8 do SWZ w tabeli dla Zadania 3 wypełnia punkty od 114a do 127a, natomiast punkty od 114 do 127 pozostawia niewypełnione.

**31. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 3 ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce wstępnie opisanego w punktach od 129 do 134 – **Pozostałe wyposażenie** – następującego asortymentu zgodnego z swz o poniższych parametrach:

Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji optyk - 8 szt.
Przewód do podłączenia CO <sub>2</sub> – 1 szt.
Dren silikonowy do insuflacji, autoklawowalny – 3 szt.
Filtr dymu do zastosowania podczas laparoskopii – 10 szt.
Filtr do insuflatora – 50 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania w ramach ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO FULL HD wyposażenia o dopuszczonych parametrach Wykonawca w Załączniku nr 8 do SWZ w tabeli dla Zadania 3 wypełnia punkty od 129a do 133a, natomiast punkty od 129 do 134 pozostawia niewypełnione.

**32. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 2 i 3:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2 i 3 drobnego wyposażenia, które nie jest wyrobem medycznym - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa we wzorze umowy, paragraf 4, ustęp 7, podpunkt 3?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

**33. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania 2 i 3:**

Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza asortymentowo-cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

znak: D25C/251/N/14-22rj/22



Zgodnie z zapisami Formularza Asortymentowo-Cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ): „W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.”

**34. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 8, ustęp 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu reakcji serwisu do 48 godzin (liczone w dniach roboczych)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**35. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 8, ustęp 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu o którym mowa w ustępie 10 do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**36. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 8, ustęp 17:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zagwarantowanie 8 letniego dostęp do wszystkich części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**37. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 9, ustęp 1, podpunkt 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 20%?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wartości kar maksymalnych z 70 % do 50 %.

**38. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):**

**Zadanie 2 - ZESTAW LAPAROSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM 4K – 4 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany system wizyjny 4K posiadał możliwość obrazowania w rozdzielczości Full 4K - 4096x2160 a nie tylko w rozdzielczości UHD – 3840x2160 i aby oferowany monitor obsługiwał rozdzielczość Full 4K – 4096x2160 ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**39. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):**

**Zadanie 2 - ZESTAW LAPAROSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM 4K – 4 szt.**

**Parametry – Procesor kamery Full 4K – 4 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby funkcjonalność systemu wizyjnego była obsługiwana z poziomu panelu dotykowego procesora bez konieczności dodatkowej klawiatury lub wykorzystania funkcji menu w monitorze?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**40. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):**

**Zadanie 2 - ZESTAW LAPAROSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM 4K – 4 szt.**

**Parametry – Procesor kamery Full 4K – 4 szt.**

Czy Zamawiający w pozycji 4 wymaga poparcia badaniami klinicznymi o wysokiej próbie (np. metaanaliza) skuteczność stosowania technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego

znak: D25C/251/N/14-22rj/22

celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej ( wykrywanie tkanek nowotworowych) ?  
Obrazowanie w wąskim paśmie światła od wielu lat skutecznie wykorzystywane jest w diagnostyce endoskopowej zmian nowotworowych na pęcherzu moczowym, w górnym odcinku przewodu pokarmowego np. przełyk w procedurach laryngologicznych jak również w ginekologii.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga poparcia badaniami klinicznymi.

**41. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):

**Zadanie 2 - ZESTAW LAPAROSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM 4K – 4 szt.**

**Parametry - Optyka laparoskopowa 30° z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED) – 4 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane optyki zbudowane były z soczewek ze szkła ED które zapewniają ultra niską rozpraszalność światła poprzez system optyczny dedykowany do rozdzielczości Full 4K? Optyki 4K z soczewkami o ultra niskiej dyspersji dają mniejszą aberrację chromatyczną co znacząco wpływa na ostrość i jakość obrazu. Optyki 4K zapewniają wysoki kontrast przy wysokich częstotliwościach przestrzennych, szersze pole widzenia o 20% w porównaniu z konwencjonalnymi endoskopami HD, jasność dzięki której łatwiej zidentyfikować miejsce krwawienia, konieczność równomiernego doświetlenia całej powierzchni matrycy światłoczułej dzięki czemu można uzyskać ostry obraz i odwzorowanie kolorów na maksymalnej powierzchni ekranu przy pracy w oddaleniu lub przybliżeniu (zoom). Optyki 4K są bardzo znaczącym elementem jak procesor czy przetworniki obrazu które w pełni zapewniają rozdzielczość Full 4K.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**42. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):

**Zadanie 2 - ZESTAW LAPAROSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM 4K – 4 szt.**

**Parametry - Optyka laparoskopowa 0° z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED) – 4 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane optyki zbudowane były z soczewek ze szkła ED które zapewniają ultra niską rozpraszalność światła poprzez system optyczny dedykowany do rozdzielczości Full 4K? Optyki 4K z soczewkami o ultra niskiej dyspersji dają mniejszą aberrację chromatyczną co znacząco wpływa na ostrość i jakość obrazu. Optyki 4K zapewniają wysoki kontrast przy wysokich częstotliwościach przestrzennych, szersze pole widzenia o 20% w porównaniu z konwencjonalnymi endoskopami HD, jasność dzięki której łatwiej zidentyfikować miejsce krwawienia, konieczność równomiernego doświetlenia całej powierzchni matrycy światłoczułej dzięki czemu można uzyskać ostry obraz i odwzorowanie kolorów na maksymalnej powierzchni ekranu przy pracy w oddaleniu lub przybliżeniu (zoom). Optyki 4K są bardzo znaczącym elementem jak procesor czy przetworniki obrazu które w pełni zapewniają rozdzielczość Full 4K.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**43. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):

**Zadanie 2 - ZESTAW LAPAROSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM 4K – 4 szt.**

**Insuflator wysokoprzepływowo kompatybilny z funkcją automatycznego oddymiania – 4 szt.**

Czy Zamawiający opisując funkcję automatycznego oddymiania wymaga aby w połączeniu isufлятора z diatermią tego samego producenta oddymianie z pola operacyjnego odbywało się automatycznie po aplikacji energii z diatermii bez dodatkowych włączników nożnych lub innych akcesoriów służących do uruchomienia funkcji oddymiania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie połączenia insufлятора z diatermią tego samego producenta.

**44. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):

**Zadanie 3 -Zestaw laparoskopowy Full HD**

**Parametry – Procesor kamery Full HDTV zintegrowany ze źródłem światła LED – 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby procesor kamery był zintegrowany ze źródłem światła co znacząco ograniczy wielkość miejsca potrzebnego do usytuowania elementów toru wizyjnego na kolumnie chirurgicznej?

znak: D25C/251/N/14-22rj/22



***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 20 dokonał modyfikacji dopuszczając rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę zadającego pytanie. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaproponowanego powyżej rozwiązania.

**45. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):**

**Zadanie 3 -Zestaw laparoskopowy Full HD**

**Parametry – Procesor kamery Full HDTV zintegrowany ze źródłem światła LED – 1 szt.**

Czy Zamawiający w pozycji 9 wymaga poparcia badaniami klinicznymi o wysokiej próbie (np. metaanaliza) skuteczność stosowania technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej ( wykrywanie tkanek nowotworowych) ? Obrazowanie w wąskim paśmie światła od wielu lat skutecznie wykorzystywane jest w diagnostyce endoskopowej zmian nowotworowych na pęcherzu moczowym, w górnym odcinku przewodu pokarmowego np. przelyk w procedurach laryngologicznych jak również w ginekologii.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający nie wymaga.

**46. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):**

**Zadanie 3 -Zestaw laparoskopowy Full HD**

**Parametry – Procesor kamery Full HDTV zintegrowany ze źródłem światła LED – 1 szt.**

Czy Zamawiający w pozycji 11 wymaga aby możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej, wideolaparoskopów, wideocystoskopów, wideoureterorenoskopów i endoskopów laryngologicznych odbywało się bez potrzeby rozbudowy o kolejne moduły obsługujące wyżej wymienione endoskopy co znacząco ograniczy wielkość miejsca ma kolumnie chirurgicznej sufitowej ?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający nie precyzuje wymagań i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

**47. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):**

**Zadanie 3 -Zestaw laparoskopowy Full HD**

**Parametry – Procesor kamery Full HDTV zintegrowany ze źródłem światła LED – 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby funkcjonalność systemu wizyjnego była obsługiwana z poziomu panelu dotykowego procesora bez konieczności dodatkowej klawiatury lub wykorzystania funkcji menu w monitorze?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający opisał funkcjonalność obsługi systemu wizyjnego w punkcie 4 do zadania 3 oraz w dokonanej modyfikacji w wyniku odpowiedzi na zapytanie nr 20.

**48. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):**

**Zadanie 3 -Zestaw laparoskopowy Full HD**

**Wideolaparoskop FullHD, 10 mm, kąt patrzenia 30°, długość robocza 330 mm, autoklawowalny – 2 szt**

Czy Zamawiający wymaga aby wideolaparoskop Full HD o kącie patrzenia 30°, obrazował tylko w technice 2D które zapewnią najwyższej jakości obraz w rozdzielczości Full HD?

Z uwagi iż wideolaparoskopy 3D które posiadają dwa przetworniki obrazu na końcu endoskopu by mogły obrazować w technice 2D muszą jeden z tych przetworników wyłączyć co znacząco wpływa to na jakość obrazu. Obraz jest niewyraźny co wpływa na jakość wykonywanej procedury chirurgicznej w szczególności w operacjach onkologicznych gdzie bardzo ważna jest precyzja zachowania czystości onkologicznej.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający nie precyzuje wymagań i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

**49. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):**

**Zadanie 3 -Zestaw laparoskopowy Full HD**

**Wideolaparoskop FullHD, 10mm, kąt patrzenia 0°, długość robocza 325 mm, autoklawowalny – 2 szt.**

znak: D25C/251/N/14-22rj/22

Czy Zamawiający wymaga aby wideolaparoskop Full HD o kącie patrzenia 0°, obrazował tylko w technice 2D które zapewnią najwyższej jakości obraz w rozdzielczości Full HD?

Z uwagi iż widelaparoskopy 3D które posiadają dwa przetworniki obrazu na końcu endoskopu by mogły obrazować w technice 2D muszą jeden z tych przetworników wyłączyć co znacząco wpływa to na jakość obrazu. Obraz jest niewyraźny co wpływa na jakość wykonywanej procedury chirurgicznej w szczególności w operacjach onkologicznych gdzie bardzo ważna jest precyzja zachowania czystości onkologicznej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie precyzuje wymagań i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

**50. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy załącznika nr 8 (parametr techniczne):**

**Zadanie 3 -Zestaw laparoskopowy Full HD**

**Insuflator wysokoprzepływowo z funkcją automatycznego oddymiania – 1 szt.**

Czy Zamawiający opisując funkcję automatycznego oddymiania wymaga aby w połączeniu isufлятора z diatermią tego samego producenta oddymianie z pola operacyjnego odbywało się automatycznie po aplikacji energii z diatermii bez dodatkowych włączników nożnych lub innych akcesoriów służących do uruchomienia funkcji oddymiania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie precyzuje wymagań i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

II. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ uwzględniający wszystkie ww zmiany - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego [www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie..](http://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie..)

III. Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, w związku z odpowiedzią na zapytanie nr 11, na podstawie treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w Zadaniu 3, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

**Ponadto zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:**

**Było:**

**V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie w terminie **do 12 tygodni** od dnia podpisania umowy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”.

**Jest:**

**V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie w terminie **do 12 tygodni dla zadań: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz do 16 tygodni dla zadania 3** od dnia podpisania umowy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”.

**Było:**

**XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany **przez okres 90 dni to jest do dnia 03.09.2022 r.**  
(...)

**Jest:**

**XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany **przez okres 90 dni to jest do dnia 07.09.2022 r.**  
(...)

**Było:**

**XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT**

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia znak: D25C/251/N/14-22rj/22



06.06.2022 r. do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.


Jest:

- XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT
1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia **10.06.2022 r.** do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

  
Marzena Magulska

