



DTG/125/19

Krosno, dnia 3 czerwca 2019 r.

**Odpowiedzi na pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z wpływaniem kolejnych zapytań dotyczących treści SIWZ przetargu znak: **DTG/106/ZP-4/19 pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów uczelni przy ul. Żwirki i Wigury 9a w Krośnie.”** zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. 2017 z 1579 późn. zm.) oraz rozdziałem XIII SIWZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

W Załączniku nr 5 Część IV Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – specyfikacja techniczna w sekcji dotyczącej:

Zestaw młotków modalnych – 1 szt.

Zamawiający wymaga dostarczenie trójosiowego czujnika przyspieszenia o częstotliwości rezonansowej $\geq 40\text{kHz}$.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie trójosiowego czujnika przyspieszenia o częstotliwości rezonansowej $\geq 25\text{kHz}$?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający w zestawie młotków modalnych, dopuszcza zaoferowanie trójosiowego czujnika przyspieszenia o częstotliwości rezonansowej $\geq 25\text{kHz}$.

KANCLERZ

mgr Franciszek Tereszkiwicz

