

Otwock, dnia 05.05.2023 r.

EZP.270.32.2023

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 2 z dnia 05.05.2023 r.

Dotyczy postępowania: Dostawa urządzenia do analitycznej wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem spektrofotometrycznym (UV-VIS) i radiometrycznym

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) poniżej przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 3:

Czy można prosić o doprecyzowanie.

Przy detektorze UV zamawiający używając terminu dokładność długości fali korzystał z terminu : waveleght accurancy czy wavelenght precision.

Odpowiedź:

Dokładność długości fali powinna być rozumiana jako waveleght accurancy