

COZL/DZP/AS/3411/PN-133/22

Lublin, dnia 12.12.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym na :

„Dostawa różnego asortymentu medycznego (worki endoskopowe, matryce do przeszczepu skóry, elektroda igłowa, elektroda resekcyjna igłowa) na potrzeby COZL”

(znak postępowania: COZL/DZP/AS/3411/PN- 133/22)

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 pkt. 1:

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:

- a) za zwłokę w dostawie partii (części) towarów w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii (części) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danej części dostawy;**
- b) za zwłokę w dostawie zareklamowanej partii (części) towarów w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanej partii (części) za każdy dzień zwłoki w dostawie wykonywanej w ramach reklamacji, tj. liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa zareklamowana do dnia dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanej partii (części);**
- c) w przypadku 3 (trzy) krotnej zwłoki w dostawach, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymują zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w części 1 poz. 1 dopuści worek endoskopowy, którego objętość wynosi 190ml, o długości trzonu 29,5cm. Worek do wprowadzenia przez trokar 10mm, do zabiegów operacyjnych przeprowadzonych metodą laparoskopową. Opakowanie zbiorcze zawierające 6szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Części 1 dopuści worek o pojemności 225 ml w opakowaniu niepodzielnym 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, o ile pozostałe parametry pozostają zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w części 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta Teleflex / Rusch zgodnie z opisem: Worki endoskopowe typu Endobag, worek ekstrakcyjny o objętości roboczej 200ml, minimalna objętość magazynowa, do wprowadzenia przez trokar 10mm do zabiegów operacyjnych przeprowadzonych metodą laparoskopową. Opakowanie niepodzielne 5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.