

Postępowanie nr 5210.291.1.10.2021.ER

Gdańsk, dnia 23.06.2021 r.

L.dz. 5200.433.2021.ER

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**  
**zestaw nr 2**

**Dotyczy: postępowania nr 5210.291.1.10.2021.ER prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG w częściach:**

**część I: Materiały zużywalne: końcówki pipet, sterylne pipety serologiczne, pipety Pasteura;**

**część II: Materiały zużywalne do hodowli komórkowej;**

**część III: Materiały zużywalne do biologii molekularnej.**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Pytanie do CZĘŚCI II: Czy Zamawiający w części II wyrazi zgodę na wydzielenie następujących pozycji: 6-16, 20 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych i wybór najkorzystniejszej z nich?	Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Proponowane przez Państwa wyłączenie pozycji 6-16 oraz 20 do osobnego pakietu powoduje wprowadzenie do użytku podstawowych plastików laboratoryjnych (butelki, płytki, szalki) do prowadzenia hodowli komórkowych od różnych dostawców/producentów. Taka różnorodność może mieć wpływ na sposób prowadzenia hodowli komórkowych oraz uzyskiwanie niejednorodnych wyników. Wymieniony pakiet zawiera min. butelki oraz płytki do prowadzenia hodowli adherentnych. Każdy producent ma swój patent oraz metodykę uzyskiwania tego rodzaju plastików laboratoryjnych. Ta sama linia komórkowa hodowana w butelce od jednego producenta oraz na płytce od drugiego producenta może dawać inny obraz oraz wyniki. Zamawiający mając wybór preferuje plastiki do prowadzenia hodowli komórkowej od jednego producenta/dostawcy, który spełnia przedstawiony opis przedmiotu zamówienia. Niejednokrotnie hodowla komórkowa jest inicjowana w płytkach wielodołkowych, a następnie w miarę zwiększania liczby komórek, kontynuowana w butelkach. Bywa



Postępowanie nr 5210.291.1.10.2021.ER

		również odwrotnie. Mianowicie, komórki namnażane są w butelkach, a następnie przenoszone na płytki w celu przeprowadzenia testów funkcjonalnych. Zmiana rodzaju plastiku podczas przenoszenia komórek z płytki do butelki i odwrotnie, może wypłynąć na wyniki hodowli oraz testów funkcjonalnych. Z tego względu Zamawiający nie może wyłączyć pozycji 6-16 oraz 20 do osobnego pakietu. Zależy nam aby płytki i butelki hodowlane były wykonane z tożsamego plastiku.
2.	Czy Zamawiający w części I w pozycji 1 wyrazi zgodę na pojemność końcówek równą 0,1-10 uL?	Zamawiający dopuści końcówki o pojemności 0,1-10 ul pod warunkiem, że będą one pasować do pipet automatycznych o pojemności w zakresie 0.1-2.5ul.
3.	Czy Zamawiający w części I w pozycji 2 wyrazi zgodę na pojemność końcówek równą 1-20 uL?	Zamawiający dopuści końcówki o pojemności 1-20 ul pod warunkiem, że będą one pasować do pipet automatycznych o pojemności w zakresie 2-20ul.
4.	Czy Zamawiający w części I w pozycji 3 wyrazi zgodę na pojemność końcówek równą 1-200 uL?	Zamawiający dopuści końcówki o pojemności 1-200 ul pod warunkiem, że będą one pasować do pipet automatycznych o pojemności w zakresie 20-200ul.
5.	Czy Zamawiający w części I wyrazi zgodę na wydzielenie następujących pozycji: 1-6 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych i wybór najkorzystniejszej z nich?	Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-6 do osobnego pakietu. Podział zamówienia na części opisane w załączniku 1a jest wynikiem dokładnej analizy i zbadania rynku przez Zamawiającego.
6.	Czy Zamawiający w części I w pozycji 9 i 10 wyrazi zgodę na inny sposób konfekcjonowania: 200 sztuk w opakowaniu zbiorczym, w przypadku odpowiedzi pozytywnej czy wyrazi dodatkowo zgodę na wydzielenie pozycji 8-10 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych i wybór najkorzystniejszej z nich?	Zamawiający wyraża zgodę na opakowania zbiorcze po 200 szt. dla pozycji 9 i 10 z części 1 pod warunkiem, iż zostanie dostarczona deklarowana minimalna ilość podana w tabeli. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 8-10 do osobnego pakietu. Podział zamówienia na części opisane w załączniku 1a jest wynikiem dokładnej analizy i zbadania rynku przez Zamawiającego.
7.	Pytanie do części I dotyczy czasu dostawy, pozycje 1-7 Siedziba producenta artykułów, które zamierza zaproponować Wykonawca znajduje się w Niemczech. W związku z obecną sytuacją epidemiczną ruch graniczny jest w ostatnim czasie utrudniony. Dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na materiały zużywalne spowodowane wzmożonymi pracami laboratoryjnymi w czasie pandemii prowadzi do wydłużenia terminów dostaw. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 6 tygodni	Zamawiający nie wyraża zgody.
8.	Pytanie do części I dotyczy pozycji 1-7	Zamawiający nie wyraża zgody.



Postępowanie nr 5210.291.1.10.2021.ER

	Uprzejmie proszę o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1-7 i włączenie ich do oddzielnej części postępowania. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert poprzez możliwość wystartowania większej liczby firm posiadających w swojej ofercie opisane produkty.	Podział zamówienia na części opisane w załącznikach 1a jest wynikiem dokładnej analizy i zbadania rynku przez Zamawiającego.
9.	Pytanie do części I dotyczy pozycji 5 Czy Zamawiający dopuści sposób pakowania końcówek na tackach (po 96 szt.) pasujących do pudełek typu Eppendorff? (1 op. Zawiera 10 tacek = 960 końcówek).	Zamawiający nie dopuszcza pakowania końcówek na tackach (po 96szt) pasujących do pudełek typu Eppendorff. Zamawiający nie posiada takich pudełek.
10.	Pytanie do części I dotyczy pozycji 6 Czy Zamawiający dopuści sposób pakowania w workach po 300 szt.?	Zamawiający dopuszcza sposób pakowania w workach po 300 szt pod warunkiem, iż zostanie dostarczona deklarowana minimalna ilość tipsów podana w tabelce.
11.	Pytanie do części I dotyczy pozycji 7 Czy Zamawiający może potwierdzić, że chodzi o końcówki do 200 ul, a nie do 20ul? Najczęściej używanymi końcówkami typu GELoader są końcówki o zakresie 0,5 – 20 µL do pipet na mikroobjętości (oznaczane standardowo kolorem szarym).	Zamawiający potwierdza, iż końcówki mają być w zakresie od 1ul do 200ul.

**Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. zamówień publicznych

  
Ewa Rola