



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 09.08.2022r.

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

EZP 308/2022

dot. przetargu nieograniczonego nr M-44/2022 Dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz dostaw systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający na podst. art.284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia:

Pytanie 1

pytanie do pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycje nr 20-25 (wymazówki) i utworzenie dla nich osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 20, 1op.=50szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 21, 1op.=100szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 25, 1op.=1000szt?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 8 z pakietu 2 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy EASYLANCE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7

Dot. pakietu nr 2

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści końcówki o długości 150mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8

Dot. pakietu nr 2

Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności całkowitej 150ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 9

Dot. pakietu nr 2

Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści próbówki o pojemności użytkowej 10ml w rozmiarze 16x100mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10

Dot. pakietu nr 2

Czy w pozycji 13 Zamawiający dopuści próbówki o pojemności 5ml w rozmiarze 12x75mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11

Dot. pakietu nr 2

Czy w pozycji 14 Zamawiający dopuści próbówki o pojemności całkowitej 10ml w rozmiarze 16x100mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 12

Dot. pakietu nr 2

Czy w pozycji 22 Zamawiający dopuści system zawierający wymazówki z wacikiem wiskozowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.


Pytanie 13


Dot. pakietu nr 2

Czy w pozycji 25 Zamawiający dopuści patyczki drewniane z bawełnianym wacikiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 14

Dot. pakietu nr 2

Czy w pozycji 26 Zamawiający dopuści próbki w rozmiarze 16x100mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 15

Dot. pakietu nr 2

Czy w pozycji 27 Zamawiający dopuści próbki o pojemności całkowitej 20ml w rozmiarze 16x150mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 16

Dot. pakietu nr 2

Czy w pozycji 29 nie nastąpiła pomyłka w rozmiarze próbki i zamiast 6mm/75mm powinno być 12mm/75mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 17

Dot. pakietu nr 2

Czy w pozycji 33 Zamawiający dopuści końcówki 1-200ul?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 18

Dotyczy SIWZ pkt 3.4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość przedłożenia 3 referencji o łącznej kwocie 120 000,00 zł brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ceny poszczególnych pozycji były podane do trzech miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20

Poz 14) Czy zamawiający dopuści próbki stożkowe o wymiarach 16x100mm?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 21

Poz18) Czy zamawiający dopuści jałowe pojemniki do badań mikrobiologicznych z łopatką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



Handwritten signature or mark.



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 22

Poz 23) Czy zamawiający dopuści zestaw do wymazów bez podłoża klasy I ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 23

Poz 26) Czy zamawiający dopuści sterylne probówki o wymiarach 16x100?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 24

Poz 27) Czy zamawiający dopuści sterylne probówki o wymiarach 17x120?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 25

Poz 29) Czy zamawiający dopuści probówki sterylne o wymiarach 75x75mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 26

Poz 33) Czy zamawiający dopuści końcówki do pipet automatycznych sterylne pakowane w raki po 192szt?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 27

Czy zamawiający nie popełni błędu w opisie jednostek miar?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawy jednostek miar w następujący sposób:

poz. 31: 10 μ l

poz. 32: 1 μ l

poz. 33: 1-200 μ l

poz. 34: 100-1000 μ l.

Pytanie 28

Poz 34) Czy zamawiający dopuści końcówki do pipet automatycznych sterylne pakowane w raki po 192szt?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.


Pytanie 29

dot. Zadanie nr I poz. 10

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka do gazometrii była z nałożonym filtrem odpowietrzającym i całość pakowana indywidualnie, sterylnie w blisterze?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 30

dot. Zadanie nr I poz. 11

Zważywszy na fakt, że probówko-strzykawki do OB. i pipety do OB. są pakowane oddzielnie, w różnych ilościach (probówko-strzykawki po 50 szt., pipety po 100 szt.) i występują na fakturze jako oddzielne pozycje, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie wyceny probówko-strzykawek i pipet oddzielnie, w jednym wierszu lub o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego i wydzielenie pipet do OB. do oddzielnej pozycji. Dzięki temu nie będzie wątpliwości co do oferowanej ceny jednostkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyceny probówko-strzykawek i pipet oddzielnie, w jednym wierszu.

Pytanie 31

dot. Zadanie nr I poz. 27

Czy Zamawiający dopuści próbkę do mikrometody na morfologię z możliwością poboru krwi kapilarą lub brzegiem naczynia, z EDTA, na 250 ul, pakowaną po 50 sztuk, z możliwością do zastosowania w podajnikach analizatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 32

Dotyczy zadania nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy liczony w dniach roboczych – tj. 3 dni robocze ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

