



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP

10/01/2023

Chrzanów, 09.01.2024 r.

## Wykonawcy

### **Dotyczy: odpowiedzi do zapytania ofertowego na dostawę pasków do pomiaru stężenia glukozy, płynów kontrolnych i glukometrów – sprawa nr 01/2024**

Pytanie 1. Czy z uwagi na fakt, że glukometr nie jest urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnej oceny glikemii *postmortem*, a stężenie glukozy spadające poniżej 50 mg/dl już stanowi zagrożenie życia pacjenta wymagające natychmiastowej interwencji medycznej, Zamawiający dopuści paski testowe z zakresem poziomu pomiaru wynoszącym 20-600mg/dl? Stężenie glukozy <20mg/dl oznacza utratę przytomności pacjenta, a stężenie 10mg/dl nie występuje u nikogo. W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne wyjaśnienie, gdyż żaden glukometr nie jest w stanie precyzyjnie określić czy rzeczywiste stężenie glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy też 20 mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od błędu pomiarowego glukometru.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2. Prosimy o odstąpienie od konieczności zawierania umowy użyczenia glukometrów i o możliwość zaoferowania glukometrów nieodpłatnie jako materiałów zużywalnych, kompatybilnych z zaoferowanymi paskami testowymi. Tak użyczone glukometry pod zwróceniu przez Zamawiającego nie będą się nadawały do dalszego użytku ze względu na zużycie/zniszczenie materiału i/lub ze względów epidemiologicznych.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.**

Pytanie 3. Czy Zamawiający jest świadomy faktu, że nie istnieje możliwość wykonywania kontroli zewnątrzlaboratoryjnej za darmo oraz że koszt wykonania kontroli 70 glukometrów, jakiej przeprowadzenia wymaga Zamawiający w SIWZ, zostanie wliczony w cenę oferty, podnosząc finalną cenę pasków testowych minimum o 30%?

**Odp. Tak. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 4. Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe zaoferowane w Pakiecie 1 były wyrobem medycznym refundowanym (figurującym w wykazie wyrobów medycznych refundowanych przez MZ w dniu złożenia oferty)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 5. Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu i w instrukcji pasków testowych zaoferowanych w Pakiecie 1 znajdowała się identyczna informacja dotycząca dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, określając niezależnie od miejsca przechowywania pasków pełen zakres temperatur przechowywania, a nie tylko ich górną granicę?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

*Z poważaniem*



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892