



Olsztyn, dn. 04.08.2020 r.

L.dz...1263.../2020/DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 8

Dotyczy: postępowania nr 211/2020/PN/DZP Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury naukowo – dydaktycznej oraz pomocy dydaktycznych służących praktycznemu kształceniu w ramach projektu pt. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Dot. Część nr 13 – Wyposażenie Laboratorium Elektrochemii Stosowanej i Elektrochemicznego Laboratorium Dyplomowego

Pytanie nr 1

9. Łaźnia wodna

1. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o wymiarach: 530 x 328 x 300mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie parametry urządzenia.

Pytanie nr 2

10. Łaźnia wodna z wytrząsaniem

1. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o mocy grzania 1200W?

2. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o wymiarach: 320 x 390 x 200 mm?

3. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o wadze do 18 kg?

4. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem z pokrywą ze stali nierdzewnej na zawiasach?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie parametry urządzenia, zawarte w pkt. 1-4.

Pytanie nr 3

11. Mieszadło magnetyczne z grzaniem

1. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z grzaniem o wymiarach: 215 x 360 x 112mm?

2. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z grzaniem o wadze: 4,3 kg?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie parametry urządzenia, zawarte w pkt. 1-2.




Pytanie nr 4

19. Szkło specjalistyczne (cela elektrochemiczna) wraz z wyposażeniem

1. W celu prawidłowej wyceny niniejszej pozycji prosimy o sporządzenie schematu obrazującego wygląd i skład celi elektrochemicznej.

Odpowiedź:

Cela elektrochemiczna powinna być wykonana według poniższego schematu. Do wykonania takiej celi elektrochemicznej dostarczony zostanie egzemplarz wzorcowy (szkło Pyrex).



Pytanie nr 5

20. Mieszadło mechaniczne

1. Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne z wyświetlaczem LED bez blokady parametrów pracy?

2. Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne z wyświetlaczem bez wskaźnika zmian lepkości w czasie rzeczywistym?

3. Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne z zakresem obrotów 50-2200 rpm?

4. Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne z RS232?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie parametry urządzenia, zawarte w pkt. 1-4.

Pytanie nr 6

21. Mieszadło magnetyczne

1. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z zakresem prędkości: 150-2500 rpm?

2. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z poborem mocy 6W?

3. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o wadze 1,1 kg?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie parametry urządzenia, zawarte w pkt. 1-3.

Pytanie nr 7

23. Łaźnia wodna z chłodzeniem



1. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z chłodzeniem z cyfrowym wyświetlaczem LCD?
2. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z chłodzeniem z zakresem temperatur pracy: -35 do +150°C?
3. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z chłodzeniem ze stabilnością temperatury 0,05°C?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie parametry urządzenia, zawarte w pkt. 1-3.

Dot. Część nr 14 – Wyposażenie Laboratorium Chemii Organicznej

Pytanie nr 8

17. Wyrząsarka laboratoryjna

1. Czy Zamawiający dopuści wyrząsarkę z prędkością obrotową: 150-1200 rpm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o takich parametrach i podtrzymuje parametry urządzenia zawarte w SWIZ.

Pytanie nr 9

28. Wyparka obrotowa

1. Czy Zamawiający dopuści wyparkę z zakresem obrotów 20-280 rpm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o takich parametrach i podtrzymuje parametry zawarte w SWIZ.

2. Czy Zamawiający dopuści wyparkę o mocy grzejnej łaźni 1400W?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie o mocy grzejnej łaźni 1400W ?

3. Czy Zamawiający dopuści wyparkę o wymiarach: 585 x 457 x 465 mm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o takich parametrach i podtrzymuje parametry określone w SWIZ.

Pytanie nr 10

30. Mieszadło mechaniczne

1. Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne bez wyświetlania kodów błędów?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne o max. lepkości 50 000 mPas?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne z zakresem prędkości 50-2200 rpm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

4. Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne z max. momentem obrotowym: 60 Ncm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.



Dot. Część nr 15 – Wyposażenie Laboratorium Chemii Analitycznej i Laboratorium Analizy Instrumentalnej I

Pytanie nr 11

5. Wytrząsarka Vortex

1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę vortex z amplitudą: 4 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza taki parametr urządzenia.

2. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę vortex z zakresem prędkości do 2500 rpm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania i podtrzymuje parametry urządzenia opisane w SWIZ.

Dot. Część nr 16 – Wyposażenie Laboratorium Chemii Ogólnej i Nieorganicznej.

Pytanie nr 12

15. Suszarka laboratoryjna

1. Czy Zamawiający dopuści suszarkę o pojemności komory 30l?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza taki parametr urządzenia.

2. Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wymiarach wewnętrznych: 310 x 310 x 310 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie parametry urządzenia.

3. Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wymiarach zewnętrznych: 460 x 510 x 595 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie parametry urządzenia.

4. Czy Zamawiający dopuści suszarkę z wnętrzem komory wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dot. Część nr 17 – Wyposażenie Laboratorium Chemii Fizycznej

Pytanie nr 13

12. Wytrząsarka

1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z prędkością obrotową: 150-1200 rpm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie parametry rozwiązania.

Pytanie nr 14

21. Wytrząsarka Vortex

5. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę vortex z amplitudą: 4 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

6. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę vortex z zakresem prędkości do 2500 rpm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania i podtrzymuje parametry zawarte w SWIZ.

Z poważaniem

PROREKTOR

dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Sporządził: Marek Jastrzębski, dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM

M