



Słupsk, dnia 10.04.2024r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: Dostawa sprzętu medycznego - nr postępowania 34/TP/2024**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający dopuści mikroskop posiadający powiększenie płynne 4,55-27,3x oraz pole widzenia 7,2-43,4mm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający dopuści ramiona mikroskopu bez obrotu 360 stopni, łączny zakres ramienia 1100mm

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Część II SWZ – Wzór umowy dla części nr 1 poz. 1; § 6 ust. 1 – 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2,5% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 4:**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzorów umów poniższego zapisu:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

**Odp. Zamawiającego: W przypadku wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego w części nr 1 poz. 2 ( dostawa zestawów do operacji zaćmy) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnego poziomu zamówienia wskazanego w §3 ust. 2 projektu umowy do 80%. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do wzoru umowy w części nr 1 poz. 1, części nr 2 i 3 ( dostawa sprzętu medycznego) ponieważ Zamawiający nie ogranicza zakresu zamówienia.**

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY dla części nr 1 poz. 2, § 7 ust. 1-4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2,5% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust. 1 pkt 1) zwłoki w dostawie.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część nr 1 Aparat do operacji zaćmy  
Czy Zamawiający dopuści w Części 1 aparat do fakoemulsyfikacji o poniższej konfiguracji:

- Lp. Opis parametrów technicznych
1. Rodzaj pompy roboczej wbudowanej w aparat - centryczna (odśrodkowa)
  2. Regulacja szybkości narastania podciśnienia (min. 5 poziomów),
  3. Częstotliwość pracy głowicy 29 (kHz)
  4. Głowica z 6 kryształami piezoelektrycznymi
  5. Możliwość włączenia funkcji modulacji fali ultradźwiękowej (sinusoidalny kształt fali ultradźwiękowej)
  6. Głowica fako pracująca w trybie ultradźwięków wzdłużnych (o kierunku: przód-tył)
  7. Stroke Length (długość skokowa wyrzutu) igły do fakoemulsyfikacji wynoszący min. 140 µm, podać
  8. Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym przynajmniej 250 pulsów / sek., podać
  9. Możliwość pracy w trybie „burst” z kontrolą czasu trwania i stałą mocą ultradźwięków
  10. Możliwość pracy w trybie „multiple burst”- bursty wielosekwencyjne z kontrolą czasu trwania i cyklu pracy oraz stałą mocą ultradźwięków
  11. Tryb „Burst” fakoemulsyfikacji min. 80-600ms
  12. Tryb „multiburst” fakoemulsyfikacji min. 2-600ms
  13. Dynamiczna kompensacja infuzji – stały automatyczny monitoring podciśnienia powiązany ze zmieniającą się stale wartością infuzji w każdym momencie zabiegu.
  14. Możliwość regulacji podciśnienia w zakresie min. 0-660 mmHg, podać
  15. Możliwość pracy w trybie fako coaxialnym przy cięciach: 2.4mm, 2.2mm, 1.8 mm
  16. Możliwość podwójnej liniowej kontroli parametrów pracy - równoczesna liniowa kontrola mocy ultradźwięków oraz liniowa kontrola podciśnienia za pomocą sterownika nożnego w dwóch różnych płaszczyznach (tryb dual linear)

17. Możliwość przełączania irygacji z grawitacyjnej (cmH<sub>2</sub>O) na wymuszoną ciśnieniem powietrza – infuzję ciśnieniową (mmHg)
18. Ciągła irygacja w trybie fakoemulsyfikacji - uruchamiana z poziomu ekranu i sterownika nożnego.
19. Maksymalne ciśnienie infuzji wymuszonej 150 (mmHg),
20. Pneumatyczny napęd noża
21. Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego
22. Zakres prędkości pracy noża 2500 (cięć/min),
23. Zakres wytwarzanego podciśnienia 600 (mmHg),
24. Możliwość pracy z nożem przy witrektomii przedniej w rozmiarze: 20, 23, 25 Ga
25. Możliwość zastosowania noża do witrektomii podwójnie tnącego (cięcia w dwóch kierunkach: przód i tył)
26. Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego
27. Reflux zwrotny
28. Możliwość zaprogramowania min. 3 różnych rodzajów refluxu zwrotnego (w tym reflux inny niż grawitacyjny),
29. Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 19 cali
30. Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków
31. Możliwość zmiany parametrów oraz faz operacji za pomocą bezprzewodowego pilota (inny niż sterownik nożny)
32. Ilość pozycji sterownika nożnego: minimum 3.
33. Komunikaty, sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe w języku polskim
34. Jednorazowe, sztywne (bez worka) kasety na płyn biologiczny o pojemności min. 300ml,
35. Sensor poziomu płynu w kasecie – sygnalizowany dźwiękiem i wizualnie na ekranie
36. Blokada kół podstawy jezdnej.
37. Możliwość współpracy aparatu z zewnętrznym urządzeniem video do zapisu parametrów zabiegów.
38. Min. 2 porty USB
39. Zasilanie 100-240V/50-60Hz
40. Klasa ochronności I
41. Rok produkcji całego aparatu wraz z podstawą jezdną nie wcześniejszy niż 2023
42. Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE.
43. Dopuszczenie wyrobu, stanowiącego przedmiot najmu, do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującym prawem.
44. Aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy
45. Okres gwarancji: 24 miesiące
46. Obsługa serwisowa przez dostawcę sprzętu; w tym przeglądy, konserwacja, naprawy i aktualizacja oprogramowania; w ramach czynszu dzierżawnego.
47. Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku.
48. Usunięcie awarii lub wstawienie urządzenia zastępczego przez serwis Wynajmującego w czasie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze oraz 72 godzin w niedziele i święta; od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego.
49. Konsola aparatu zintegrowana z wysięgnikiem kroplówki
50. Głowica do fakoemulsyfikacji 4 szt
51. Wielorazowy klucz do tipów
52. Zestaw bimanualny I/A, wielorazowy, sterylizowalny 4 kpl
53. Przewód do diatermii, wielorazowy, sterylizowalny 1 szt
54. Penseta do diatermii, wielorazowa, sterylizowalna 1 szt
55. Penseta do diatermii, punktowa, wielorazowa, sterylizowalna
56. Sterownik nożny (bezprzewodowy) z baterią i ładowarką
57. Pilot zdalnego sterowania
58. Instrukcja obsługi w języku polskim
59. Pokrowiec na aparat

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część nr 1 - Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowanych zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1 poz. 1 pak operacyjny o poniższym składzie:

- Obłożenie na stolik, wymiary 150 cm x 160 cm 1 szt.
- Obłożenie na pacjenta, wymiary 160 cm x 160 cm, folia do nacięcia z workiem 1 szt.
- Fartuch XL 1 szt.
- Fartuch L 1 szt.
- Ręczniki 2 szt.
- Osłonka na oko (plastikowa) 1 szt.
- Kubeczek 60 ml 2 szt.
- Opatrunek na oko 5 ±1 cm x 7 cm 1 szt.
- Strzykawka 5ml Luer-Lock 3-częściowa 1 szt.
- Strzykawka 3ml Luer-Lock 3-częściowa 2 szt.
- Strzykawka 1 ml (insulinówka) 1 szt.
- Spongostany 10 szt.
- Pean zaciskowy 1 szt.
- Gazy 7,5 x 7,5 cm 5 szt.
- Osłony na podłokietniki na fotel operatora długość 80 cm, szerokość 35 cm 2 szt.
- Kaniula wisco 27G x 1 szt.,
- Kaniula wisco 27G x 3 szt.
- Kaniula hydrodyssekcja 25G x 1 szt.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część nr 1 - Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowanych zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w Części 1 poz. 1 pak operacyjny z dołożoną w oddzielnym sterylnym blisterze kasetą kompatybilną z oferowanym aparatem o n poniższym składzie?

- kasetę z drenami do irygacji/aspiracji kompatybilną z oferowanym aparatem 1 szt.,
- komora testowa 1szt.,
- tip do fakoemulsyfikacji MICS 1 szt;
- rękaw irygacyjny 1 szt.
- zatyczka do kasety 1 szt.,
- pokrowiec na ekran 1 szt.,
- pokrowiec na tacę (stolik) 1 szt,
- pokrowiec na pilota 1 szt.,
- klucz do igieł 1 szt.,

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część nr 1 - - Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowanych zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy poz. 1:

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 1 dopuści wyłączenie z paku operacyjnego do oddzielnej pozycji noże (nóż do portów bocznych 1,2 mm oraz nóż typu slit 2,4 mm)?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 12:**

Pytanie 1 dotyczy . Część 1 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości złożenia oferty oraz dostawy zestawów operacyjnych opisanych w części 1 poz. 2 = z terminem ważności nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności (tj. z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy).

Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy w przypadku zestawów, dla których nominalny termin ważności (od momentu zakończenia sterylizacji do końca okresu ważności zestawu) wynosi 12 miesięcy nie jest możliwe do realizacji. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia produkowane są poza granicami kraju i z uwagi na transport oraz inne względy logistyczne spełnienie powyższego wymogu nie możliwe. Dlatego bardzo proszę jak we wstępie.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zamiana w powyższym zakresie została wprowadzona do wzoru umowy w części nr 1 poz. 2 ( dostawa zestawów do operacji zaćmy) oraz do wzoru formularza ofertowego.**

**Pytanie nr 13:**

Pytanie 2, dot. opis przedmiotu zamówienia część 1, dostawa aparatu, warunki gwarancji: Czy Zamawiający zgodzi się na: Możliwość zgłaszania awarii faxem/ mail'em przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz przez kontakt telefoniczny w godzinach roboczych przez 5 dni w tygodniu (zamiast: Dostępność serwisu – ciągła, przez cały czas trwania umowy -możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ).

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 14:**

Istotne postanowienia umowy dostawy (cz. nr 1 poz.1, cz. Nr 2 i 3)

Czy Zamawiający może doprecyzować §2 ust. 11 umowy poprzez wskazanie, ile maksymalnie osób ma zostać przeszkolonych?

Uzasadnienie:

Umowa powinna jak najdokładniej określać obowiązki Wykonawcy, który powinien wiedzieć, jaki zakres szkoleń jest przedmiotem umowy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że planuje szkolenie dla maksymalnie 7 osób.**

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §6 ust. 6 umowy w następującym brzmieniu: „łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości umowy, a dla danej zwłoki 10% wartości części zamówienia pozostającej w zwłoce z dostawą.”?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy górny limit naliczania kar umownych powinien być ustanowiony dodatkowo osobno dla każdego uchybienia. W przeciwnym wypadku jedno dłuższe uchybienie po stronie Wykonawcy mogłoby skutkować naliczeniem kary umownej przekraczającej wartość danego pojedynczego świadczenia.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 6 ust. 10 umowy w następującym brzmieniu: „Za niewykonanie umowy strony uważają powstałe z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu na jego dostarczenie nie krótszego niż 7 dni, dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi podpisanie protokołu odbioru bez uwag lub w niekompletnym stanie pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad nie krótszego niż 7 dni.”?

Uzasadnienie:

Za niewykonanie umowy można uznać zawinione przez Wykonawcę niedostarczenie przedmiotu umowy lub też dostarczenie wadliwego przedmiotu umowy i niesunięcie uchybień pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu na podjęcie działań naprawczych.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §7 ust. 3 pkt 2) umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Aktualna stawka VAT będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług aktualna stawka będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 18:**

Istotne postanowienia umowy dostawy  
(część nr 1 poz. 2)

Czy Zamawiający zgodzi się podnieść minimalny poziom zamówień wskazany w §3 ust. 2 projektu umowy do 80%?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o podniesienie gwarantowanego poziomu zamówień do 80%. Niższa wielkość stawia pod znakiem zapytania opłacalność przedsięwzięcia i uniemożliwia Wykonawcy rzetelną ocenę ryzyka oraz skalkulowanie oferty jak najkorzystniejszej dla obu stron.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnego poziomu zamówienia wskazanego w §3 ust. 2 projektu umowy (część nr 1 poz. 2) do 80%.***

**Pytanie nr 19:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 5 ust. 5-6 umowy w następującym brzmieniu: „5. Jeżeli podczas odbioru lub pierwszego użycia okaże się, że towar jest wadliwy to odpowiednio, wadliwe części dostawy lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia doręczenia reklamowanego wyrobu do Wykonawcy.

6. Jeżeli Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego wyrobu nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia mu reklamowanych towarów. Ponadto Wykonawca uważa, że dostarczenie reklamowanych towarów powinno być obowiązkiem Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §7 ust. 5 umowy w następującym brzmieniu: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości umowy, a dla danej zwłoki 10% wartości części zamówienia pozostającej w zwłoce z dostawą.”?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy górny limit naliczania kar umownych powinien być ustanowiony dodatkowo osobno dla każdego uchybienia. W przeciwnym wypadku jedno dłuższe uchybienie po stronie Wykonawcy mogłoby skutkować naliczeniem kary umownej przekraczającej wartość danego pojedynczego świadczenia

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 21:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 9 umowy w następującym brzmieniu: „Za niewykonanie umowy strony uważają trzykrotne, powstałe z powodu okoliczności leżących

po stronie Wykonawcy, niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, trzykrotne dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi prawidłowe użytkowanie lub w niekompletnym stanie.”?

Uzasadnienie:

Za niewykonanie umowy nie powinno być uważane już pierwsze uchybienie polegające na zwłoce w dostawie lub dostarczeniu wyrobów wadliwych. Wykonawca uważa, że należy dopuścić po dwa uchybienia każdego rodzaju, a dopiero trzecie może być uważane za niewykonanie umowy wraz z wszelkimi tego konsekwencjami.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 22:**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §8 ust. 3 pkt 2) umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Aktualna stawka VAT będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług aktualna stawka będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 23:**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §8 ust. 3 pkt 5) i 7) umowy w ten sposób, że:

- 1) Obniżenie wynagrodzenia nie nastąpi poniżej ceny ofertowej;
- 2) Limit zmiany wynagrodzenia zostanie podniesiony z 5% do 15%?

Uzasadnienie:

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę uwzględnia ewentualne prognozowane zmniejszenia kosztów wykonania umowy, dlatego wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia powinien dotyczyć tylko wzrostów ceny wykonania umowy;

- Próg waloryzacji powinien wynosić 15% wynagrodzenia z uwagi na brak możliwości jednoznacznego przewidzenia zmiany kosztów w łańcuchu dostaw i wysokości inflacji;

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 24:**

Czy Zamawiający w Punkcie 10 dopuści mikroskop z zakresem powiększeń 4,0- 25,5x?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25:**

Czy Zamawiający w Punkcie 11 dopuści mikroskop z zakresem pola widzenia  $\emptyset$  52,6- 8,3?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26:**

Czy Zamawiający w Punkcie 12 dopuści mikroskop z przesuwem XY 40x40 mm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27:**

Czy Zamawiający w Punkcie 13 dopuści mikroskop z źródłem światła LED o niskiej mocy i wysokiej jasności?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 28:**

Czy Zamawiający w Punkcie 14 dopuści mikroskop z źródłem światła LED niewymagającym filtrów IR, UV gdyż nie emitują takiej długości fali?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29:**

Punkt 5.10 w części I SWZ oraz punkt 2.4) formularza ofertowego Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ramach części nr 3 (zgrzewarka do jałowego łączenia drenów) urządzenia, które nie stanowi wyrobu medycznego?

Większość zgrzewarek dostępnych na rynku nie jest wprowadzana do obrotu jako wyrób medyczny – dołączone do takich zgrzewarek deklaracje zgodności CE potwierdzają spełnianie innych odnoszących się do nich wymogów warunkujących ich wprowadzenie do obrotu. Oferowane przez nas zgrzewarki są od lat z powodzeniem używane przez wielu Zamawiających na terenie Polski.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ramach części nr 3 (zgrzewarka do jałowego łączenia drenów) urządzenia, które nie stanowi wyrobu medycznego.***

**Pytanie nr 30:**

Część III SWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkty 6-8 w zakresie dotyczącym części nr 3 (zgrzewarka do jałowego łączenia drenów) – warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by naprawy zgrzewarek i przeglądy okresowe co 20 tys. zgrzewów wykonywane były w siedzibie serwisu poza Polską (na terenie Unii Europejskiej)? Wyjaśniamy, że naprawy oferowanych przez nas zgrzewarek i zalecane przez producenta przeglądy co 20 tys. zgrzewów wykonywane są w centralnym serwisie poza Polską (na terenie UE). Pozostałe przeglądy wykonywane są przez serwis w Polsce. Ponadto serwis w Polsce przeprowadza wstępną diagnostykę oraz organizuje naprawę w serwisie zagranicznym.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.***

**Pytanie nr 31:**

Część III SWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkty 7-8 w zakresie dotyczącym części nr 3 (zgrzewarka do jałowego łączenia drenów) - warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy zgrzewarki do 30 dni roboczych (we wszystkich przypadkach wskazanych w tych postanowieniach)?

Wszystkie naprawy oferowanych przez nas zgrzewarek odbywają się w centralnym serwisie na terenie Unii Europejskiej (poza Polską). W konsekwencji, nie jest możliwe naprawienie urządzenia w terminach wskazanych w tych postanowieniach.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zaoferowania na czas naprawy urządzenia zastępczego.***

**Pytanie nr 32:**

Część III SWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 9 w zakresie dotyczącym części nr 3 (zgrzewarka do jałowego łączenia drenów) - warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia w ten sposób, że okres gwarancji będzie przedłużany o czas napraw trwających dłużej niż 30 dni roboczych?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.***

**Pytanie nr 33:**

Część III SWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 11 w zakresie dotyczącym części nr 3 (zgrzewarka do jałowego łączenia drenów) - warunki gwarancji i serwisu - warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentów wymienionych w tiret piąte, szóste, siódme i ósme, jeżeli instrukcja obsługi zawiera wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentów wymienionych w tiret piąte, szóste, siódme i ósme, jeżeli instrukcja obsługi zawiera wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.***



**Pytanie nr 34:**

Część III SWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 4 w zakresie dotyczącym części nr 3 (zgrzewarka do jałowego łączenia drenów) - warunki gwarancji i serwisu Czy wymóg uwzględnienia w cenie 1 przeglądu w okresie gwarancji oznacza, że Zamawiający pokryje koszty pozostałych przeglądów w okresie gwarancji?

***Odp. Zamawiającego: Koszty przeglądów w okresie gwarancji leżą po stronie Wykonawcy.***

**Pytanie nr 35:**

Część III SWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 3 w zakresie dotyczącym części nr 3 (zgrzewarka do jałowego łączenia drenów) - warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie zapewnianego terminu dostępności części zamiennych do 5 lat?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie nr 36:**

Część III SWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 6 w zakresie dotyczącym części nr 3 (zgrzewarka do jałowego łączenia drenów) - warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin liczonych w dni robocze?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.***

**Pytanie nr 37:**

Część III SWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 6 w zakresie dotyczącym części nr 3 (zgrzewarka do jałowego łączenia drenów) - warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przy zdalnej reakcji serwisu?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.***

**Pytanie nr 38:**

§ 3 ust. 3 w związku z § 2 ust. 7 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia w ten sposób, że Zamawiający przystąpi do odbioru zgrzewarki niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez wykonawcę?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w powyższym zakresie do wzoru umowy (dostawa sprzętu medycznego) w części nr 3.***

**Pytanie nr 39:**

§ 2 ust. 7 w związku z § 2 ust. 10 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie protokołu potwierdzającego samą dostawę i instalację urządzenia, jeżeli Strony uzgodnią, że szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie niż dostawa urządzenia? Protokół potwierdzający odbycie szkolenia zostałby podpisany po jego przeprowadzeniu i razem z protokołem dostawy stanowiłby podstawę wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie nr 40:**

§ 4 ust. 4 -6 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by określone tam terminy były liczone w dniach roboczych?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w powyższym zakresie do wzoru umowy (dostawa sprzętu medycznego) w części nr 3.***

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 3 PZP przedłuża termin składania ofert na dzień 17.04.2024 roku do godz. 09:00, a termin otwarcia ofert na dzień 17.04.2024 roku o godz. 10:00.

Zmianie ulega pkt 18 i 19 Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega pkt 13.1 Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą. Było 11.05.2024 r., jest 16.05.2024 r.

Załączniki

Część II SWZ\_ Wzór Umowy - dostawa sprzętu\_zmiana

Część II SWZ\_ Wzór Umowy - dostawa zestawów do operacji zaćmy\_zmiana

Załącznik nr 1 do IDW\_ Wzór Formularza Oferty\_zmiana

  
KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak