



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

wsplkielce@gmail.com

tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

Kielce, 17.02.2022r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/2/2022/WSPL** na zakup **AUTOKLAWU** dla
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

PYTANIE NR 6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy maksymalnej wynoszącej 2400 W ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o mocy maksymalnej wynoszącej 2400 W.

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach

mgr Konrad Hęcki