

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr: RPWP.09.01.01-30-0001/19.

Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

L. dz. DZP-634/22

Poznań, dnia 02.09.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
- platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-74/22** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **dostawa urządzeń medycznych i mikroskopu do Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatricznej w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 4 części.**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Zapytanie 1:**

**Dotyczy:** Opisu przedmiotu zamówienia: Mieszalnik do sporządzania leków w tym cytotoksycznych Pkt. 16 określony jako: „Obsługa WiFi, Bluetooth, pełna integracja z systemem komputerowym szpitala”.

**Prosimy o doprecyzowanie:**

Czy pod pojęciem pełnej integracji z systemem komputerowym szpitala Zamawiający rozumie, że urządzenie daje możliwość zintegrowania urządzenia z wybraną siecią szpitalną?

Urządzenie zezwala na połączenie WiFi, więc urządzenie może być zintegrowane z systemem komputerowym danego szpitala. Przeprowadzenie takiej integracji może odbyć się w razie potrzeby z pomocą działu serwisowego dostawcy.

W rozumieniu pkt. 16 nie jest zawarta integracja dwukierunkowej komunikacji między systemami Informatyczny Szpitala a dostarczonym sprzętem ze względu na fakt, że tego typu integracja nie jest przedmiotem ww. postępowania i postępowanie to nie zawiera wyspecyfikowanych wszystkich niezbędnych usług oraz ich zakresu do realizacji takiego zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby urządzenie dawało możliwość zintegrowania go z siecią szpitalną - czyli posiadało WiFi; Bluetooth

**Zapytanie 2:**

Dotyczy Części nr 2: Prosimy o odstąpienie wymogu przeprowadzenia szkolenia, montażu/instalacji i uruchomienia w zakresie w/w pozycji. Dołączenie do przedmiotu Zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe użytkowanie, uruchomienie oraz obsługę oferowanego przez nas sprzętu w w/w zakresie (laryngoskopy). Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej, biorąc także pod uwagę, że dostarczony przez nas sprzęt jest gotowy do użycia w momencie dostawy, bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – wymaga szkolenia z dostawy sprzętu z części 2.

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.**