

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
ul. Św. Józefa 53-59,
87-100 Toruń
tel. (56) 679 40 11, faks (56) 679 36 82

adres strony internetowej: **www.platformazakupowa.pl/wszz_torun**
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)
e-mail: **zamow_publ@wszz.torun.pl**

W.Sz.Z: TZ-280-18/21

Toruń, dnia 02-04-2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej **powyżej 214.000 EURO**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**
zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

**dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania
badań diagnostycznych, różnych materiałów laboratoryjnych oraz dzierżawa
analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego**

Kody CPV:

33.69.65.00-0 (Odczynniki laboratoryjne)
38.43.00.00-8 (Aparatura do wykrywania i analizy)
33.19.25.00-7 (Probówki)
38.43.71.00-8 (Pipety)
38.43.71.10-1 (Końcówki pipet)
33.14.16.20-2 (Zestawy medyczne)
33.14.13.00-3 (Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi)
30.19.28.00-9 (Etykiety samoprzylepne)
38.43.70.00-7 (Pipety i akcesoria laboratoryjne)

I. Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu. **Inne informacje ogólne.**

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie **ofert** przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun-w_zakladce_„POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
4. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia **o wartości równej lub przekraczającej progi unijne** ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, **w formie elektronicznej** (art. 63 ust. 1 Pzp).
6. Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane **elektronicznie** muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu¹ (*opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl*) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez **oryginał** należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8. Oferta musi być:
 - 8.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - 8.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - 8.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione.
9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
 - 11.1. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

¹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

12. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert **zmienić** lub **wycofać ofertę**. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko **jedną ofertę**. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzuceniu oferty.
14. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentualne rabaty), jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
15. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę sporządzone muszą być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć **tłumaczenie na język polski**.
16. Opatrzanie dokumentu elektronicznego w rozumieniu *art. 3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.
17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi **150 MB** natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie **500 MB**.
18. **Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny** być zgodne z *Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych*.
19. **Zalecenia** dotyczące formatu składanych plików:
- 19.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: **pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)** ze szczególnym wskazaniem na **.pdf**
- 19.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
- a) **.zip**
b) **.7Z**
- 19.3. Wśród formatów powszechnych, a **nie występujących** w rozporządzeniu występują: **.rar .gif .bmp .numbers .pages**. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
- 19.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
- 19.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format **.pdf** i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
- 19.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- 19.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
- 19.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
- 19.9. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza **“Wyślij wiadomość do zamawiającego”**, nie za pośrednictwem adresu email.
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/wszel_torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.
- 19.10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
- 19.11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
- 19.12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- 19.13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 19.14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 19.15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

20. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

- 20.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz.U. 2020, poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zakresie i w sposób określony w przepisach *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz.U.2020, poz. 2452) - dalej jako „**rozporządzenie**”.
- 20.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (**§ 2 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (**§ 2 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.4. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 *ustawy Pzp* (**§ 3 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (**§ 4 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z **tłumaczeniem na język polski**. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (**§ 5 rozporządzenia**).
- 20.7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (**§ 6 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się **cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu** opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 6 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczania **zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej**, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:

- a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 20.10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.11. Przez **cyfrowe odwzorowanie**, o którym mowa w rozporządzeniu, **należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej**, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (**§ 6 ust. 5 rozporządzenia**).
- 20.12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia)**.
- 20.13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 7 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.14. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
- a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 - b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) pełnomocnictwa - mocodawca.
- 20.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.16. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym (**§ 8 rozporządzenia**).
- 20.17. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
- a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
 - b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
 - c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
 - d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

21. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 21.1. Oferta musi być sporządzona **w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

- 21.2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SWZ);
 - załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i wymagane są w SWZ na etapie składania oferty, np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia (jeśli występuje specyfikacja na dostawy okresowe - wymagane jest także załączenie pliku w formacie .xls), specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia;*
 - pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), *o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;*
 - przedmiotowych środków dowodowych, *o ile są wymagane w postępowaniu;*
 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia;
 - dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium we właściwej wysokości, *o ile jest wymagane w postępowaniu. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VII SWZ.*
- 21.3. Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.
- 21.4. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 21.5. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy:
- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
 - wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
 - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
 - przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 - przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
 - w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
- 21.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
- W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

II. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. **W.Sz.Z: TZ-280-18/21**.
 - 2.1. Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są:
 - Anna Wutrych – Krajewska, Jolanta Winowska - w zakresie procedury postępowania,
 - Anna Szczepańska - w zakresie przedmiotu zamówienia.
3. Wymaga się, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun (w części dot. danego postępowania) i formularza „**Wyślij wiadomość do Zamawiającego**”.
 - 3.1. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „**Wyślij wiadomość do Zamawiającego**” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „**Komunikaty**”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie*, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (*np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”*). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, gdyż nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.

9. Zamawiający informuje, że **instrukcje** korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Zamawiający **nie dopuszcza** niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
 - za pośrednictwem postańca,
 - poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.
11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
- 11.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 11.2. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w w/w terminach, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
- 11.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
- 11.4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w w/w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- 11.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun.
- 11.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun
12. **Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób** niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.
Nie dotyczy.

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert.

- 1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **12-05-2021 r.**, do godziny **09:00**
- 1.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
- 1.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 1.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 Pzp.
- 1.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 1.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

2. Termin otwarcia ofert.

- 2.1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu **12-05-2021** r., o godzinie **10:00**
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
- 2.2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 2.3. Zamawiający, najpóźniej **przed otwarciem ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 2.4. Zamawiający, niezwłocznie **po otwarciu ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na www.platformazakupowa.pl/wszc_torun (w części dot. danego postępowania) w sekcji „Komunikaty”.

IV. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1.1. nie podlegają wykluczeniu;
 - 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ.
2. W niniejszym postępowaniu - na podstawie art. 139 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - tzw. „*procedura odwrócona*”.

W tej sytuacji, Wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) - oświadczenie to wymagane będzie wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyższej oceniona.

Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz.

UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej.

W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu sekcji α.

4. Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- **art. 108 ust. 1 ustawy (przesłanki obligatoryjne),**
- **art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy (przesłanki fakultatywne).**

4.1. Zgodnie z art. 108. ust.1 Pzp „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

4.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,*
- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,*
- c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,*
- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,*
- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,*
- f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,*
- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,*
- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;*

4.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

4.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- 4.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 4.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.

4.2. Zgodnie z art. 109. ust. 1 pkt 4, 7-10 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę:

- 4.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 4.2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 4.2.3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- 4.2.4. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 4.2.5. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.3. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy Pzp Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty **nieproporcjonalne**, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).

4.4. Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.

4.5. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie **braku podstaw do wykluczenia** w zakresie, o którym mowa w **art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10** ustawy Pzp.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia** w formie **jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 8** do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych**, którymi są:

- 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
- 2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 6 do SWZ.

- 3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 - e) art. 109 ust. 1 pkt 7–10 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7 do SWZ.

- 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 4.6.** Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4.7.** Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7–10 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 4.7.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 4.7.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub

zamawiającym;

4.7.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
- b) zreorganizował personel,
- c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
- d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
- e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4.8. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

4.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania **poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...*

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...*, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

4.11. Zapisy art. 126 ust. 2 i 3, 127 i 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

5.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia** w formie **jednolitego dokumentu (JEDZ)** - **Zał. Nr 8** do SWZ, z *uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp*, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnego na dzień złożenia **środka dowodowego** w zakresie niniejszego warunku, tj.:

a) wykazu minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie odczynników lub testów lub materiałów laboratoryjnych o wartości minimum:

Zadanie Nr 1 – 4.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 2 – 349.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 3 – 18.800,00 zł brutto,

Zadanie Nr 4 – 50.400,00 zł brutto,

Zadanie Nr 5 – 22.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 6 – 23.000,00 zł brutto

Zadanie Nr 7 – 960.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 8 – 94.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 9 – 73.200,00 zł brutto,

Zadanie Nr 10 – 62.000,00 zł brutto

każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem **dowodów** określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
7. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, **jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:**
 - 1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 7.1. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
- 7.2. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
- 7.3. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
 - 8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 8.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 - 8.4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
9. **Udostępnienie zasobów.**
 - 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 - 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- 9.3. **Zamawiający** ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także **badają, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy - nie dotyczy to jednak oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**
- 9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 9.5. **Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.**
- 9.6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, **Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.**

10. Podwykonawstwo.

- 10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 10.2. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
- 10.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wyluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
- 10.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
- 10.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

V. Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań diagnostycznych, różnych materiałów laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego, tj.:**

Zadanie Nr 1 – dostawa odczynników, kontroli i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania 10.000 oznaczeń elektrolitów: Na+, K+, Li+

wraz z dzierżawą analizatora.

Zadanie Nr 2 – dostawa odczynników w formie kaset, kontroli i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania 70.400 oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów.

Zadanie Nr 3 - dostawa probówek, pojemników, korków do probówek, końcówek do pipet, pipet, statywów.

Zadanie Nr 4 - dostawa nakłuwaczy do pobrań krwi włósniczkowej.

Zadanie Nr 5 – dostawa kodów i etykiet samoprzylepnych na probówki.

Zadanie Nr 6 – dostawa saszetek do transportu materiału biologicznego.

Zadanie Nr 7 – dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (wirówek: ID-Centrifuge 24SI, ID-Centrifuge 12SII, ID-Centrifuge 6S, inkubatorów: ID-Incubator 37SII i ID-Incubator 37SI; pipetorów: ID-FP4) wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów.

Zadanie Nr 8 – dostawa materiałów kontrolnych w ramach wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla parametrów biochemicznych, immunochemicznych i koagulologicznych wraz z programem porównań międzylaboratoryjnych.

Zadanie Nr 9 – dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i kontrolnych potrzebnych do wykonania 40.000 oznaczeń wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do analizy parametrów fizyko-chemicznych i elementów upostaciowianych moczu oraz analizatora zapasowego.

Zadanie Nr 10 - dostawa multiparametrowego testu do diagnostyki alergii (in vitro) z równoczesnym pomiarem IgE całkowitego u 200 pacjentów wraz z dzierżawą czytnika z niezbędnym oprogramowaniem.

- 1.2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz w przypadku Zadań Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/10 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
- 1.3. Specyfikacje cenowe za dzierżawę w przypadku Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 7, Nr 9 i Nr 10 stanowią Załączniki Nr 2/1a, Nr 2/2a, Nr 2/7a, Nr 2/9a i Nr 2/10a do SWZ, które Wykonawca jest zobowiązany wypełnić i załączyć do oferty.
- 1.4. Specyfikacje techniczne (z wymaganymi i punktowanymi parametrami techniczno-użytkowymi przedmiotu zamówienia) w przypadku Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10 określają Załączniki Nr 2/1b, Nr 2/2b, Nr 2/7b, Nr 2/8b, Nr 2/9b i Nr 2/10b do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
- 1.5. Wzory naklejek z kodami kreskowymi dot. Zadania Nr 5 określa Załącznik Nr 2/5a do SWZ.
2. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp), tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 50% asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej części zastrzega sobie prawo opcji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na **10 zadań**.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych** (art. 105-107 ustawy Pzp).
- 6.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi, cechami, lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający **wymaga** złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
- 6.2. **Przedmiotowe środki dowodowe**, jeżeli Zamawiający wymaga ich złożenia, **Wykonawca składa wraz z ofertą.**
- 6.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 6.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
- 6.5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
- 6.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących **przedmiotowych środków dowodowych:**
- a. Oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz możliwości ich dostarczenia w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.
- b. W zakresie *Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 7, Nr 9 i Nr 10*: katalogi/prospekty zawierające opis parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu dzierżawy.
7. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, **w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.** Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 7.1. Zamawiający poprawia w ofercie:
- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 7.2. W przypadku, o którym mowa w art. 223 pkt 7.1 ppkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

VI. Termin wykonywania zamówienia.

1. **Termin obowiązywania umowy:**
W zakresie Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9 i Nr 10: 24 miesiące.
W zakresie Zadania Nr 7: 36 miesięcy.
2. **Termin dostawy:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie krócej jednak niż w ciągu **1 pełnego dnia roboczego** i nie dłużej niż w ciągu **3 pełnych dni roboczych** – **nie dotyczy przedmiotu dzierżawy,**

licząc od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa do Zamawiającego w godzinach od 7:00 – 14:00.

Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w **formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SWZ)**.

- 2.1 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot dzierżawy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w **terminie 10 dni**, licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy.
3. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynów zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) odpowiednio przy ul. Św. Józefa 53-59, przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 i przy ul. Krasieńskiego 4/4a.

VII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Zadanie Nr 1 – 200,00 zł,
Zadanie Nr 2 – 17.450,00 zł,
Zadanie Nr 3 – 940,00 zł,
Zadanie Nr 4 – 2.520,00 zł,
Zadanie Nr 5 – 1.100,00 zł,
Zadanie Nr 6 – 1.150,00 zł,
Zadanie Nr 7 – 48.000,00 zł,
Zadanie Nr 8 – 4.700,00 zł,
Zadanie Nr 9 – 3.660,00 zł,
Zadanie Nr 10 – 3.100,00 zł.

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i utrzymywane do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - pieniądzu,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- 2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń
Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: **dotyczy przetargu nieograniczonego dla W.Sz.Z w Toruniu - Nr W.Sz.Z: TZ-280-18/21.**

- 2.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie **gwarancji lub poręczenia**, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, **w postaci elektronicznej**. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane, czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium w pieniądzu dla konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum; wadium w postaci gwarancji lub poręczenia (z uwagi na istniejące wątpliwości interpretacyjne) wymaga objęcia treścią gwarancji/poręczenia wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum.

3. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.**
4. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczony formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
 - 5.1. upływu terminu związania ofertą;
 - 5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
 - 6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 6.2. którego oferta została odrzucona;
 - 6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - 6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi **oświadczenia** o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający **zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
 - 9.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 - 9.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

VIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni **od dnia upływu terminu składania ofert**, tj. do dnia **09-08-2021 r.**, przy czym **pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.**
2. **W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą**, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,

następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty dostawy do Zamawiającego.
 - 1.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - *cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.*
 - 1.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wzór specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej **stanowiącej Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/10 do SWZ** oraz podaje cenę ryczałtową za dzierżawę sprzętu zgodnie z **Załącznikami Nr 2/1a, Nr 2/2a, Nr 2/7a, Nr 2/9a i Nr 2/10a do SWZ**. Cenę netto i brutto zamówienia ogółem Wykonawca określa także w formularzu „Oferta“ - **Załącznik Nr 1 do SWZ**.
 - 1.3. **Zamawiający wymaga przesłania wraz z ofertą formularzy asortymentowo-ilościowo-cenowych (Załączniki Nr 2/1 – Nr 2/10) w formacie Exel (do edycji) tożsamych z Załącznikami podpisanymi kwalifikowanym podpisem elektronicznym będącymi częścią oferty.**
2. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia – **30 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
 - 3.1. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
 - a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

dot. Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10:

| Kryterium | Ranga |
|----------------------|--------------|
| Cena | 60 % |
| Parametry techniczne | 35 % |
| Termin dostawy | 5 % |

dot. Zadań Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6:

| Kryterium | Ranga |
|------------------|--------------|
| Cena | 95 % |
| Termin dostawy | 5 % |

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 3** do SWZ.
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
 - 5.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
 - 5.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).
 - 6.1. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
 - 6.2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje **równocześnie** wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1.1. **wyborze najkorzystniejszej oferty**, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. **wykonawcach, których oferty zostały odrzucone** – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 1.3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
 - 1.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.
 - 3.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 256-257 ustawy Pzp.
 - 3.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp (zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania), w terminie nie krótszym niż **10 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- 5.1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 264 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp).

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie projektowane postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określają Załączniki Nr 5 i Nr 5/1 (wzór umowy) do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający nie przewiduje **aukcji elektronicznej**.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie **umowy ramowej**.
3. Zamawiający nie przewiduje **zwrotu kosztów udziału w postępowaniu**.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:
 - 7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.
12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;**
 - kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl**²;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z **niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać

² informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych³;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁴; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe przedmiotu zamówienia – **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/10 (ODRĘBNY PLIK).**
3. Specyfikacje cenowe za dzierżawę – **Załączniki Nr 2/1a, Nr 2/2a, Nr 2/7a, Nr 2/9a i Nr 2/10a.**
4. Specyfikacje techniczne – **Załączniki Nr 2/1b, Nr 2/2b, Nr 2/7b, Nr 2/8b, Nr 2/9b i Nr 2/10b.**
5. Wzory naklejek z kodami kreskowymi dot. Zadania Nr 5 - **Załącznik Nr 2/5a.**
6. Sposób oceny kryteriów – **Załącznik Nr 3.**
7. Wykaz wykonanych dostaw – **Załącznik Nr 4.**
8. Wzór umowy dostawy – **Załącznik Nr 5.**
9. Wzór umowy dzierżawy - **Załącznik Nr 5/1.**
10. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 6.**
11. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ – **Załącznik Nr 7.**
12. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – **Załącznik Nr 8. (ODRĘBNY PLIK).**

.....
(zatwierdził kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

³ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁴ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

(pieczęćka firmowa)

.....

dnia

O f e r t a

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
2. Adres (siedziba).....
.....
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
3. Adres do korespondencji.....
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Telefon.....
5. Fax.....
6. E-mail.....
7. NIP.....
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)
9. REGON.....
10. BDO:

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na **dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań diagnostycznych, różnych materiałów laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego**, opublikowanego w Dz.U. U.E Nr

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium:
2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu:

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr 1

1. **Za dostawę odczynników, kontroli i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania 10.000 oznaczeń elektrolitów: Na+, K+, Li+.**

cena netto ogółem: słownie:.....
wartość VAT: słownie:
cena brutto ogółem: słownie:

2. **Cena ryczałtowa za dzierżawę analizatora.**

cena netto ogółem: słownie:.....
wartość VAT: słownie:
cena brutto ogółem: słownie:

RAZEM: zł netto + VAT =zł brutto

Zadanie Nr 2

1. **Za dostawę odczynników w formie kaset, kontroli i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania 70.400 oznaczeń parametrów krytycznych.**

cena netto ogółem: słownie:.....
wartość VAT: słownie:
cena brutto ogółem: słownie:

2. **Cena ryczałtowa za dzierżawę analizatorów.**

cena netto ogółem: słownie:.....
wartość VAT: słownie:
cena brutto ogółem: słownie:

RAZEM: zł netto + VAT =zł brutto

Zadanie Nr 3

Za dostawę probówek, pojemników, korków do probówek, końcówek do pipet, pipet, statywów.

cena netto ogółem: słownie:.....
wartość VAT: słownie:
cena brutto ogółem: słownie:

Zadanie Nr 4

Za dostawę nakluwaczy do pobrań kwi włóścikowej.

cena netto ogółem: słownie:.....
wartość VAT: słownie:
cena brutto ogółem: słownie:

Zadanie Nr 5

Za dostawę kodów i etykiet samoprzylepnych na probówki.

cena netto ogółem: słownie:.....
wartość VAT: słownie:
cena brutto ogółem: słownie:

Zadanie Nr 6

Za dostawę saszetek do transportu materiału biologicznego.

cena netto ogółem: słownie:.....
wartość VAT: słownie:
cena brutto ogółem: słownie:

Zadanie Nr 7

1. **Za dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (wirówek: ID-Centrifuge 24SI, ID-Centrifuge 12SII, ID-Centrifuge 6S, inkubatorów: ID-Incubator 37SII i ID-Incubator 37SI; pipetorów: ID-FP4).**

cena netto ogółem: słownie:.....
wartość VAT: słownie:
cena brutto ogółem: słownie:

2. **Cena ryczałtowa za dzierżawę dwóch automatycznych analizatorów.**

cena netto ogółem: słownie:.....
wartość VAT: słownie:
cena brutto ogółem: słownie:

RAZEM: zł netto + VAT =zł brutto

Zadanie Nr 8

Za dostawę materiałów kontrolnych w ramach wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla parametrów biochemicznych, immunochemicznych i koagulologicznych wraz z programem porównań międzylaboratoryjnych.

cena netto ogółem: słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

Zadanie Nr 9

1. Za dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych i kontrolnych potrzebnych do wykonania 40.000 oznaczeń.

cena netto ogółem: słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

2. Cena ryczałtowa za dzierżawę zautomatyzowanego systemu do analizy parametrów fizykochemicznych i elementów upostaciowanych moczu oraz analizatora zapasowego.

cena netto ogółem: słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

RAZEM: zł netto + VAT =zł brutto

Zadanie Nr 10

1. Za dostawę multiparametrowego testu do diagnostyki alergii (in vitro) z równoczesnym pomiarem IgE całkowitego.

cena netto ogółem: słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

2. Cena ryczałtowa za dzierżawę czytnika z niezbędnym oprogramowaniem.

cena netto ogółem: słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

RAZEM: zł netto + VAT =zł brutto

V. Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia (nie dotyczy sprzętu stanowiącego przedmiot dzierżawy) w ciągu:..... dni roboczych* (określić ilość pełnych dni roboczych*, nie krócej niż 1 dzień roboczy, nie dłużej jednak niż 3 dni robocze)

licząc od momentu złożenia pisemnego zamówienia na koszt własny do magazynów zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Św. Józefa 53-59, przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 i przy ul. Krasieńskiego 4/4a.

Jeśli Wykonawca określi jeden termin dostawy (bez różnicowania na poszczególne zadania) przyjmie się, że dotyczy on wszystkich zadań. Termin dostawy analizatorów rozdział VI pkt 2 ppkt 2.1.

VI. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VII. Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 i Nr 5/1 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- VIII.** Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas **90** dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia wskazanego w treści SWZ.
- IX.** Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.
- X.** Termin obowiązywania umowy:
W zakresie Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 , Nr 9 i Nr 10: 24 miesiące.
W zakresie Zadania Nr 7: 36 miesięcy.
- XI.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- XII.** Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie* /nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: + % VAT.

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- XIII.** Wykonawca jest⁵ *?
- mikroprzedsiębiorstwem,
- małym przedsiębiorstwem,
- średnim przedsiębiorstwem,
- dużym przedsiębiorstwem (przepisy prawne nie wskazują bezpośrednio na definicję dużego przedsiębiorstwa. Jednak na podstawie definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorcy można stwierdzić, że dużym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub zatrudniał mniej niż 250 pracowników, ale roczny obrót netto przekracza równowartość w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów bilansu przekracza równowartość 43 milionów euro).
- XIV.** Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy):

.....

XV. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁶ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁷

- XVI.** W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

⁵ Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

⁶ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁷ W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

XVII. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.....
(wymienić załączniki)

XVIII. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
(*wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*).

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

** niepotrzebne skreślić*

***przez określenie „godziny”, „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty.*

Specyfikacja cenowa dzierżawy - Zadanie Nr 1

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Producent/model/ rok produkcji (podać) | Ryczałt netto za 1 miesiąc | Stawka VAT | Ryczałt brutto za 1 miesiąc | Ryczałt netto za 24 miesiące | Ryczałt brutto za 24 miesiące |
|---------------|--|---|---------------------------------------|-------------------|--|---|--|
| 1. | Analizator do oznaczeń elektrolitów: Na+, K+, Li+ | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | |

Słownie ryczałt brutto dzierżawy ogółem:

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 1
analizatora do oznaczeń elektrolitów: Na+, K+, Li+

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać):

Producent (podać):

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.):

| L.p | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametry wymagane/ punktacja | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| I. Analizator | | | |
| 1. | Data produkcji aparatu nie wcześniej niż 2019 rok | TAK | |
| 2. | Automatyczny analizator elektrolitów: Na+, K+, Li+. | TAK | |
| 3. | Metoda potencjometrii bezpośredniej. | TAK | |
| 4. | Elektrody jonoselektywne ISE (Na+, K+, Li+). | TAK | |
| 5. | Analizator posiadający możliwość wykonania badania we krwi pełnej, osoczu, surowicy, moczu, dializatach. | TAK | |
| 6. | Możliwość podawania próbki z probówek, kapilar, strzykawek. | TAK | |
| 7. | Kalibracja w pełni automatyczna. | TAK | |
| 8. | Analizator, odczynniki, materiały kontrolne – pochodzą od jednego producenta. | TAK | |
| 9. | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim. | TAK | |
| II. Serwis i warunki gwarancji | | | |
| 1. | Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy. | TAK | |
| 2. | Okres gwarancji przez okres trwania umowy. | TAK | |
| 3. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK | |
| 4. | Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz. | TAK | |
| 5. | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. | TAK | |
| 6. | Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. | TAK | |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| 7. | Wartość analizatora brutto (podać). | podać | |
| 8. | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | podać nr telefonu | |
| III. Parametry oceniane | | | |
| 1. | Objętość pobieranej próby | do 95 µl – 10 pkt. powyżej 95 µl – 0 pkt. | |
| 2. | Kalibracja 1-punktowa automatycznie podczas każdego pomiaru. | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. | |
| 3. | Kalibracja 2-punktowa przeprowadzana automatycznie. | 6 razy na dobę i częściej – 10 pkt. Rzadziej niż 6 razy na dobę – 0 pkt. | |

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że oferowany aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja cenowa dzierżawy - Zadanie Nr 2

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Producent/model/ rok produkcji (podać) | Ryczałt netto za 1 miesiąc | Stawka VAT | Ryczałt brutto za 1 miesiąc | Ryczałt netto za 24 miesiące | Ryczałt brutto za 24 miesiące |
|---------------|--|--|-------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Analizator I lokalizacja ul. Krasieńskiego 4/4a | | | | | | |
| 2. | Analizator II lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59 | | | | | | |
| 3. | Analizator III lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59 | | | | | | |
| 4. | Analizator IV lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59 | | | | | | |
| 5. | Analizator V lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42 | | | | | | |
| 6. | Analizator VI lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42 | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | |

Słownie ryczałt brutto dzierżawy ogółem:

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 2
analizatorów parametrów krytycznych

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać):

Producent (podać):

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.):

| L.p | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametry wymagane/ punktacja | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE |
|--|---|-------------------------------------|--|
| A. Charakterystyka sześciu analizatorów | | | |
| A.1 | Automatyczne analizatory parametrów krytycznych pracujące w systemie ciągłym, umożliwiające jednoczesne oznaczenie następujących parametrów: pH, pCO ₂ , pO ₂ , ctHb, MetHb, O ₂ Hb, HHb, COHb, HbF, sO ₂ , cNa ⁺ , K ⁺ , cCa ⁺⁺ (zakres pomiarowy cCa ⁺⁺ od 0.1 mmol/L), cCl ⁻ , glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 30 mg/dl) | TAK | |
| A.2 | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz | TAK | |
| A.3 | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego. | TAK | |
| A.4 | Analizatory pracujące w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości. | TAK | |
| A.5 | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna). | | |
| A.6 | System kaset dający możliwość doboru wielkości kasety w zależności od natężenia wykonywanych oznaczeń. | TAK | |
| A.7 | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych według potrzeb użytkownika. | TAK | |
| A.8 | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 70µl dla pełnego panelu. | TAK | |
| A.9 | Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 1 minuta. | TAK | |
| A.10 | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. | TAK | |
| A.11 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. | TAK | |
| A.12 | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni. | TAK | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| A.13 | Skonfigurowanie analizatorów do poprawnej współpracy z aktualnym systemem informatycznym Zamawiającego, oraz włączenie do szpitalnej sieci informatycznej (HIS). | TAK | |
| A.14 | Wymagany system informatyczny do nadzorowania analizatorów (poza laboratorium) ze stacją roboczą zlokalizowaną w laboratorium. | TAK | |
| A.15 | Zewnętrzne czytniki kodów umożliwiające rejestrację próbek – szt. 6 | TAK | |
| A.16 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną. | TAK | |
| A.17 | Możliwość oznaczenia do 40 próbek na godzinę. | TAK | |
| A.18 | Czas kalibracji analizatorów w ciągu doby nie dłuższy niż 45 minut. | TAK | |
| A.19 | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. | TAK | |
| A.20 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | |
| A.21 | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim | TAK | |
| A.22 | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski. | TAK | |
| A.23 | Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy. | TAK | |
| A.24 | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby. | TAK | |
| B. Serwis i warunki gwarancji: | | | |
| B.1 | Okres gwarancji przez okres trwania umowy. | TAK | |
| B.2 | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK | |
| B.3 | Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz. | TAK | |
| B.4 | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. | TAK | |
| B.5 | Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. | TAK | |
| B.6 | Wartość analizatorów brutto (podać dla każdego analizatora osobno). | podać | |
| B.7 | Awaryje należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | podać nr telefonu | |
| C. Parametry oceniane | | | |
| C.1 | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. | TAK/NIE TAK- 5 pkt Nie- 0 pkt | |
| C.2 | Automatyczne mieszanie próbki | TAK/NIE TAK-5 pkt Nie- 0 pkt | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| C.3 | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów | TAK/NIE TAK-5 pkt. Nie- 0 pkt | |
| C.4 | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych. | TAK/NIE TAK-5 pkt Nie- 0 pkt | |
| C.5 | Czas oznaczenia próbki z wydrukiem. (wymagane max 1 min.) | ≤45 sek-5 pkt. >45sek. do 1 min. – 0 pkt. | |




























Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że oferowane analizatory są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

WZORY NAKLEJEK Z KODAMI KRESKOWYMI (dotyczy Zadania Nr 5 – Załącznik Nr 2/5 do SWZ poz. 1.1 – 1.6)

| WZÓR Nr 1 | WZÓR Nr 2 | WZÓR Nr 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|----------|--|----------|--|--|---|----------|----------|---|---|----------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">8000 20001 1 </td> <td style="text-align: center;">8000 20001 2 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8000 20001 3 </td> <td style="text-align: center;">8000 20001 4 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8000 20001 5 </td> <td style="text-align: center;">8000 20001 6 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8000 20001</td> <td style="text-align: center;">8000 20001</td> <td style="text-align: center;">8000 20001</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Pacjent:</td> <td style="text-align: center;">Data ur.</td> </tr> </table> | 8000 20001 1  | 8000 20001 2  | 8000 20001 3  | 8000 20001 4  | 8000 20001 5  | 8000 20001 6  | 8000 20001 | 8000 20001 | 8000 20001 | Pacjent: | | Data ur. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">8000 00001 1 </td> <td style="text-align: center;">8000 00001 2 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pacjent:</td> <td style="text-align: center;">Data ur.</td> </tr> </table> | 8000 00001 1  | 8000 00001 2  | Pacjent: | Data ur. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">8000 00001 1 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pacjent:</td> </tr> </table> | 8000 00001 1  | Pacjent: |
| 8000 20001 1  | 8000 20001 2  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8000 20001 3  | 8000 20001 4  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8000 20001 5  | 8000 20001 6  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8000 20001 | 8000 20001 | 8000 20001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pacjent: | | Data ur. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8000 00001 1  | 8000 00001 2  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pacjent: | Data ur. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8000 00001 1  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pacjent: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Między naklejkami mogą być odstępy.

Specyfikacja cenowa dzierżawy - Zadanie Nr 7

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Producent/model/ rok produkcji (podać) | Ryczałt netto za 1 miesiąc | Stawka VAT | Ryczałt brutto za 1 miesiąc | Ryczałt netto za 36 miesięcy | Ryczałt brutto za 36 miesięcy |
|--|---|--|-------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ZDL - lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59 | | | | | | | |
| 1. | Analizator automatyczny | | | | | | |
| 2. | Kompletny system zastępczy /backup przeznaczony do wykonania badań, w skład którego wchodzi: wirówki – 2 szt. z możliwością wirowania jednocześnie min. 36 kart razem dla 2 wirówek, inkubator/inkubatory – dla min. 36 kart razem, pipetory/pipety – 2 szt. (w przypadku oferowania innego systemu niż posiada Zamawiający) | | | | | | |
| ZDL - lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42 | | | | | | | |
| 1. | Analizator automatyczny | | | | | | |
| 2. | Kompletny system przeznaczony do wykonania badań, w skład którego wchodzi: wirówki – 2 szt. , w tym jedna min. 12 miejsc., inkubator – 1 szt. , min. 24 miejsc., | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | pipetory/pipety – 2 szt. (w przypadku oferowania innego systemu niż posiada Zamawiający) | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | |

Słownie ryczał brutto dzierżawy ogółem:

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 7

analizatorów, odczynników do badań immunotransfuzjologicznych oraz kompletnych manualnych systemów zastępczych (w przypadku oferowania analizatorów niekompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem)

I. ZDL, lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59

Nazwa i typ/model analizatora:
 Producent (pełna nazwa i adres):
 Numer fabryczny:.....
 Rok produkcji:

II. ZDL, lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42

Nazwa i typ/model analizatora:
 Producent (pełna nazwa i adres):
 Numer fabryczny:
 Rok produkcji:

| Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE podać/opisać | Parametry oceniwane - punktacja |
|---|--|-----------------------|---|---------------------------------------|
| I. Parametry wymagane – analizator dla ZDL przy ul. Św. Józefa 53-59 | | | | |
| 1. | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające 6 kolumn wypełnionych podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu, bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań. | TAK | | |
| 7. | Oferowany analizator nowy - rok produkcji min. 2020, zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS. | TAK | | |
| 8. | Wydajność analizatora – min. 50 grup z badaniem przeciwciał odpornościowych na 1 godz. Pojemność analizatora na próbki badane nie mniejsza niż 150, a pojemność magazynu na karty min. 200 kart. | TAK, podać | | |
| 9. | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych STAT bez ingerencji operatora i bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora. | TAK | | |
| 10. | Analizator wolnostojący lub dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczony certyfikatem do pracy w laboratorium medycznym o nośności dostosowanej do wagi | TAK, opisać | | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------|--|--|
| | kompletnego urządzenia). | | | |
| 11. | Zapewnienie kompletnego manualnego systemu zastępczego pracującego na takich samych odczynnikach jak analizator automatyczny (w przypadku oferowania analizatora niekompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem): - wirówki – 2 szt. z możliwością wirowania min.36 kart razem dla 2 wirówek, ze stałym czasem i prędkością wirowania, - inkubator – 1 szt. dla min. 36 kart, min. 3 niezależne pomiary czasów inkubacji, - pipetory/pipety – 2 szt., - dozownik do diluentu, statyw na karty i próbki badane – jeśli potrzebne. | TAK/ NIE | | |
| 12. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): 1. grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-D (<i>dwa różne klony, w tym przynajmniej jeden wykrywający kat. DVI</i>), 2. przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B, 3. badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw) (<i>podać arkusz fenotypowy krwinek wzorcowych</i>) – mikroarty zawierające 6 kolumn, 4. badanie grupy krwi noworodka z BTA (<i>anty-A, anty-B, anty-D dwa różne klony/dwie serie - podać nazwy klonów</i>), 5. kontrola grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-DVI- dla biorców oraz anty-A, anty-B, anty-DVI+ dla dawców - odczynniki fabrycznie naniesione na kolumny przez producenta, 6. badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie. | TAK (podać nazwy klonów) | | |
| 13. | Wszystkie odczynniki, karty, kontrole oraz sprzęt (z wyjątkiem płynów systemowych analizatora, kontroli zewnętrznej oraz nakłuwaczy do drenów, sprzętu komputerowego, wirówki do próbek i klimatyzatora) muszą pochodzić od tego samego producenta. | TAK | | |
| 14. | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 11-16 mm. | TAK | | |
| 15. | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające informacje o numerze serii i dacie ważności. | TAK | | |
| 16. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych – | TAK | | |
| 17. | Wykonawca dostarcza z aparatem: - czytnik kodów kreskowych, | TAK | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|--|--|
| | <p>- drukarkę do etykiet (kodów kreskowych) typu Zebra – 1 szt. z zabezpieczeniem 30 000 szt. etykiet.</p> <p>- wirówkę laboratoryjną stołową z efektywnym systemem wentylacji w komorze wirowania wykonanej ze stali odpornej na rdzę, fabrycznie nową, automatyczne przeliczanie RPM na RCF, możliwość programowania tych wartości z opcją ograniczenia dostępu np. poprzez hasło, rozpoznawanie automatyczne rotora i kontrola jego niewyważenia, automatyczne określanie prędkości maksymalnej dla danego rotora wpisane w pamięć wirówki, silnik nie wymagający konserwacji, indukcyjny, zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania, komora odporna na korozję zapewniająca bezpieczeństwo podczas awarii rotora, możliwość zapisu min. 20 programów Użytkownika, możliwość awaryjnego otwierania wirówki w przypadku awarii urządzenia, możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania, wirnik wychyłowy, metalowy, kompletny, autoklawowalny umożliwiający wirowanie mni. 26 szt. probówek o wymiarach fi 13/16x75/110mm, max. prędkość wirowania dla wymaganego wirnika min 5 100 RPM, skok conajmniej 10 RPM lub lepszy, max. przyspieszenie dla wymaganego wirnika min 4 400 xg, skok conajmniej 10xg lub lepszy. Urządzenie po zakończeniu umowy stanie się własnością Zamawiającego</p> | | | |
| 18. | Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowania analizatora. Analizator zgłaszający stan alarmowy, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. | TAK | | |
| 19. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora: - wirówki: kontrola prędkości wirowania, - inkubator: temperatura inkubacji, - system pipetujący: kontrola objętości pipetowania, - odczynników. | TAK | | |
| 20. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. | TAK | | |
| 21. | Analizator z automatycznym systemem kontroli niezgodności bieżąco uzyskiwanych wyników badań z wynikami przechowywanymi w swoim archiwum. | TAK | | |
| 22. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny z kielichem reakcyjnym) w postaci kolorowych zdjęć z możliwością powiększania pojedynczych mikrokolumn | TAK | | |
| 23. | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu (bez zlecenia) próbki do analizatora bez ingerencji operatora w oprogramowanie. | TAK | | |
| 24. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu | TAK | | |

| | | | | |
|---|---|-------|--|--|
| | automatycznego analizatora. | | | |
| 25. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora, nawet w trakcie trwających badań | TAK | | |
| 26. | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosze na odpady na pokładzie analizatora. | TAK | | |
| 27. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. | TAK | | |
| 28. | Analizator wyposażony w funkcję wykrywania zakorkowanych probówek i skrzepów | TAK | | |
| 29. | Wymiany igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu – analizator wyposażony w automatyczną stację do autokalibracji igieł. | TAK | | |
| 30. | Zabezpieczenie przed kontaminacją – analizator wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki/naczynka z odpowiednią porcją diluentu do zawieszania krwinek. | TAK | | |
| 31. | Analizator posiadający min. 3 niezależne wirówki na pokładzie i 2 niezależne ramiona pipetujące. | TAK | | |
| 32. | Wykonawca pokrywa koszty podłączenia analizatora do obustronnej komunikacji istniejącego systemu laboratoryjnego informatycznego szpitala: <i>Infomedica</i> dla Pracowni Serologii i oprogramowania <i>AMMS</i> dla Banku Krwi – oba oprogramowania firmy Asseco. | TAK | | |
| 33. | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt Wykonawcy, w laboratorium Zamawiającego. | TAK | | |
| 34. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń. | TAK | | |
| 35. | System umieszczania prób badanych w analizatorze ograniczający ryzyko kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem badanym (ruchomy, możliwy do wyjęcia poza pokład analizatora statyw do umieszczania probówek z materiałem badanym). | TAK | | |
| 36. | Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań umożliwiające rejestrację badań wykonanych manualnie. | TAK | | |
| 37. | Wartości analizatora brutto. W przypadku oferowania systemu zastępczego podać także odrębnie cenę sprzętu w ramach tego systemu. | podać | | |
| II. Parametry wymagane – analizator dla ZDL przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 | | | | |
| 38. | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające 6 kolumn wypełnionych podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 | TAK | | |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|--|--|
| | dni w tygodniu, bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań. | | | |
| 39. | Oferowany analizator nowy lub używany nie starszy niż 2018 rok produkcji, zaopatrzone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS. | TAK | | |
| 40. | Wydajność analizatora – min. 30 grup z badaniem przeciwciał odpornościowych na 1 godz. Pojemność analizatora na próbki badane nie mniejsza niż 50, a pojemność magazynu na karty min. 150. | TAK, podać | | |
| 41. | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropieniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych STAT bez ingerencji operatora i bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora. | TAK | | |
| 42. | Analizator wolnostojący lub dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem (załączyć do oferty) do pracy w laboratorium medycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia). | TAK, opisać | | |
| 43. | Zapewnienie kompletnego manualnego systemu zastępczego pracującego na takich samych odczynnikach jak analizator automatyczny (w przypadku oferowania analizatora niekompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem): - wirówki – 2 szt., w tym jedna min. 12 miejsc ze stałym czasem i prędkością wirowania, - inkubator – 1 szt. min. 24 miejsc, - pipetory/pipety – 2 szt., - dozownik do diluentu, statyw na karty i próbki badane – jeśli potrzebne. | TAK/NIE | | |
| 44. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): 1.grupa krwi układu ABO z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-D (dwa różne klony, w tym przynajmniej jeden wykrywający kat. DVI), 2.przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B, 3.badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw) (podać arkusz fenotypowy krwinek wzorcowych), 4.badanie grupy krwi noworodka z BTA (anty-A, anty- | TAK (podać nazwy klonów) | | |

| | | | | |
|-----|---|-----|--|--|
| | <p><i>B, anty-D dwa różne klony/dwie serie - podać nazwy klonów),</i></p> <p>5.kontrola grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-DVI- dla biorców oraz anty-A, anty-B, anty-DVI+ dla dawców - odczynniki fabrycznie naniesione na kolumny przez producenta,</p> <p>6.badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie.</p> | | | |
| 45. | Wszystkie odczynniki, karty, kontrole oraz sprzęt (z wyjątkiem płynów systemowych analizatora, kontroli zewnętrznej oraz nakłuwaczy do drenów, sprzętu komputerowego, wirówki do próbek i klimatyzatora) muszą pochodzić od tego samego producenta. | TAK | | |
| 46. | Możliwość pracy na próbkach o średnicy 11-16 mm. | TAK | | |
| 47. | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające informacje o numerze serii i dacie ważności. | TAK | | |
| 48. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych – | TAK | | |
| 49. | Wykonawca dostarcza z aparatem: - czytnik kodów kreskowych, - drukarkę do etykiet (kodów kreskowych) typu Zebra – 1 szt. z zabezpieczeniem 7 000 szt. etykiet. - klimatyzator wraz z montażem, serwisem i przeglądami w czasie trwania umowy, który po zakończeniu trwania umowy stanie się własnością Zamawiającego | TAK | | |
| 50. | Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowania analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych ilości badań. | TAK | | |
| 51. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznych analizatora: - wirówki: kontrola prędkości wirowania, - inkubator: temperatura inkubacji, - system pipetujący: kontrola objętości pipetowania, - odczynników. | TAK | | |
| 52. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. | TAK | | |
| 53. | Analizator z automatycznym systemem kontroli niezgodności bieżąco uzyskiwanych wyników badań z wynikami przechowywanymi w swoim archiwum. | TAK | | |
| 54. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny z kielichem reakcyjnym) w postaci kolorowych zdjęć z możliwością powiększenia pojedynczych mikrokolumn | TAK | | |
| 55. | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu (bez zlecenia) próbki do analizatora bez ingerencji operatora w oprogramowanie. | TAK | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|--|--|
| 56. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora. | TAK | | |
| 57. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora, nawet w trakcie trwających badań | TAK | | |
| 58. | Automatyczne usuwanie zużytych kart, fiolek po odczynnikach i opakowań po diluentach przez analizatory. Kosze na odpady na pokładzie analizatora. | TAK | | |
| 59. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. | TAK | | |
| 60. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek. | TAK | | |
| 61. | Wymiana igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu – analizator wyposażone w automatyczną stację do autokalibracji igieł. | TAK | | |
| 62. | Zabezpieczenie przed kontaminacją – wymagane jednorazowe mikroprobówki do zawieszania krwinek. | TAK | | |
| 63. | Analizator posiadający min. 2 wirówki na pokładzie. | TAK | | |
| 64. | Analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny na karcie. | TAK | | |
| 65. | Wykonawca pokrywa koszty podłączenia analizatora do obustronnej komunikacji istniejącego systemu laboratoryjnego informatycznego szpitala: <i>Infomedica</i> dla Pracowni Serologii i oprogramowania <i>AMMS</i> dla Banku Krwi – oba oprogramowania firmy Asseco. | TAK | | |
| 66. | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt Wykonawcy, w laboratorium Zamawiającego. | TAK | | |
| 67. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń. | TAK | | |
| 68. | System umieszczania prób badanych w analizatorze ograniczający ryzyko kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem badanym (ruchomy, możliwy do wyjęcia poza pokład analizatora statyw do umieszczania probówek z materiałem badanym). | TAK | | |
| 69. | Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań umożliwiające rejestrację badań wykonanych manualnie. | TAK | | |

III. ANALIZATORY - parametry podlegające ocenie

| | | | | |
|-----|---|---------------|--|--|
| 70. | Czas utrzymywania krwinek wzorcowych (grupowe i do PTA) na pokładzie analizatora bez potrzeby wyjmowania. | Podać (godz.) | | Najdłuższy czas - 10 pkt. Najkrótszy czas - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 71. | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temperaturze pokojowej, tj. 18-25°C | TAK/NIE | | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 72. | Zewnątrzlaboratoryjna, międzynarodowa kontrola jakości | TAK/NIE | | Tak - 10 pkt. |

| | | | | |
|---|---|----------------------|--|-------------------------------|
| | 4 razy w roku, potwierdzona certyfikatem z możliwością wpisywania wyników online, od tego samego producenta co oferowane odczynniki oraz sprzęt | | | Nie - 0 pkt. |
| 73. | Analizator wyposażony w funkcję optycznego wykrywania zakorkowanych probówek oraz innych odczynników na etapie ich identyfikacji wykluczając bezpośredni kontakt igły analizatora z korkiem | TAK/NIE | | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| IV. Warunki gwarancji | | | | |
| 74. | Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy. | TAK | | |
| 75. | Okres gwarancji przez okres trwania umowy. | TAK | | |
| 76. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK | | |
| 77. | Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz. | TAK | | |
| 78. | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. | TAK | | |
| 79. | Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. | TAK | | |
| 80. | Wartość analizatorów brutto (podać dla każdego analizatora osobno). W przypadku oferowania systemu zastępczego podać także odrębnie cenę sprzętu w ramach tego systemu. | podać | | |
| 81. | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | podać nr telefonu | | |
| V. ODCZYNNIKI – parametry wymagane | | | | |
| 82. | Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań z uwzględnieniem terminów ważności po dostawie i po otwarciu. | TAK | | |
| 83. | Odczynniki – gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumnienki przez producenta (w tym odczynnik wykrywający kategorię DVI), a krwinki wzorcowe zawieszane w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%. | TAK | | |
| 84. | Termin ważności oferowanych odczynników minimum 9 miesięcy, a dla krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych 5 tygodni licząc od dnia dostawy do Zamawiającego. | TAK | | |
| 85. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności. | TAK | | |
| 86. | Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st.C). | TAK | | |
| 87. | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie. | TAK | | |
| 88. | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – | TAK | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|--|--|
| | zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1%. | | | |
| 89. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu zawierający zarówno przeciwciała anty-D ($\leq 0,05$ IU/ml), jak i anty-Fya. | TAK | | |
| 90. | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4 x w roku dla 2 pracowni z możliwością wprowadzania uzyskanych wyników on-line. | TAK | | |
| 91. | Bezpośredni test antyglobulinowy – zróżnicowanie przeciwciał IgG-IgA-IgM-C3c-C3d, na jednej karcie. Karty wypełnione odczynnikami przez producenta. | TAK | | |
| 92. | Wykonawca zapewni odczynniki do potwierdzania słabych odmian/ekspresji antygeny D mikrometodą. | TAK | | |
| 93. | Grupa krwi AB0 i Rh w systemie manualnym na dwóch seriach odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów anty-A, anty-B i anty-D; izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B. | TAK | | |
| 94. | Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest dostarczyć lodówki przenośne do transportu krwi i jej składników (2szt.), które po zakończeniu umowy staną się własnością Zamawiającego - plastikowe - pojemność 20-30 L - pojemniki termalnie izolowane do transportu krwi w chłodzie. | TAK | | |

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że oferowane analizatory oraz systemy zastępcze (w przypadku oferowania analizatorów niekompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem) są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 8

| L.p | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametry wymagane/ punktacja | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE |
|------------|--|--|---|
| 1. | Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów kontrolnych do wewnętrznej kontroli jakości, pochodzących od niezależnego producenta dla parametrów wymienionych w „Tabela kontroli”. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dedykowanych materiałów kontrolnych pochodzących od producenta analizatorów w ilości nie przekraczającej ogółem 24 testów (do 20% wszystkich testów). | Tak | |
| 2. | Wykonawca zapewnia niezmienność serii kontroli w trakcie trwania umowy dla podstawowych parametrów biochemicznych i immunochemicznych wymienionych odpowiednio w Tabeli kontroli punkt 1.1. oraz 2.1. | Tak | |
| 3. | Wykonawca dostarczy materiał kontrolny umożliwiający jednoczesne wykonanie oznaczeń: Cholesterol całk., HDL, LDL bezp. i Trójglicerydy (ta sama fiolka mat. kontrolnego). | Tak | |
| 4. | Wyniki kontroli dostępne w oprogramowaniu do kontroli chwilę po wykonaniu, z natychmiastową informacją w przypadku błędów oraz z porównaniem międzylaboratoryjnym. | | |
| 5. | Zamawiający wymaga dostarczenia z oferowanym materiałem kontrolnym, oprogramowania do zbierania, analizy i opracowań statystycznych badań w ramach codziennej, wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, zapewniającego udział w programie porównań międzylaboratoryjnych dla parametrów wymienionych w „Tabeli kontroli” dla kontroli wewnętrznej (nie dotyczy materiałów kontrolnych dedykowanych). Wymagane jest dodatkowo, aby oprogramowanie: <ul style="list-style-type: none"> • zostało zainstalowane lokalnie na serwerze szpitalnym Zamawiającego, • pochodziło od tego samego producenta co oferowane materiały kontrolne, a jednocześnie posiadało możliwość wprowadzenia i analizowania wyników kontroli jakości uzyskanych w materiale kontrolnym pochodzącym od dowolnego producenta. • umożliwiała monitorowanie wykonania oznaczeń kontroli jakości dla założonych testów oraz ich | Tak | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| | <p>poprawności tzn. spełnienia założonych kryteriów.</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapewniało automatyczny przesył danych kontroli jakości bezpośrednio z analizatorów. <p>Zamawiający wymaga, aby w okresie trwania umowy Dostawca zapewnił pełną obsługę w/w oprogramowania włącznie z usuwaniem awarii (czas usunięcia awarii do 3 dni).</p> <p>Wymagany termin do uzyskania kompletnego przesyłu danych kontroli z analizatorów do niniejszego oprogramowania – 20 dni od zawarcia umowy.</p> | | |
| WARUNKI GWARANCJI i SERWISU: | | | |
| 1. | Instalacja oprogramowania , uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy | Tak | |
| 2. | Okres gwarancji przez okres trwania umowy | Tak | |
| 3. | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | podać nr telefonu | |
| 4. | Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz. | Tak | |
| 5. | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. | Tak | |
| 6. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | Tak | |
| PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE: | | | |
| 1. | Podać ilość użytkowników mogących jednocześnie korzystać z bazy danych zaoferowanego oprogramowania do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (wymagane dla minimum 7 użytkowników) | > 7 – 5 pkt. = 7 – 0 pkt. | |
| 2. | System raportów z możliwością eksportu danych w formacie PDF, dokumentujących proces kontroli jakości w zgodzie z normą ISO 15189 | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. | |
| 3. | Oprogramowanie posiadające funkcję optymalizacji procesów wewnętrznej kontroli jakości poprzez automatyczny dobór optymalnych reguł Westgarda z wykorzystaniem kart OPS. | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. | |

Uwaga!

Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja cenowa dzierżawy - Zadanie Nr 9

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Producent/model/ rok produkcji (podać) | Ryczałt netto za 1 miesiąc | Stawka VAT | Ryczałt brutto za 1 miesiąc | Ryczałt netto za 24 miesiące | Ryczałt brutto za 24 miesiące |
|---------------|---|--|-------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Zautomatyzowany system do analizy parametrów fizyko-chemicznych i elementów upestacowanych moczu. | | | | | | |
| 2. | Automatyczny analizator zapasowy do pomiaru parametrów fizyko-chemicznych. | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | |

Słownie ryczałt brutto dzierżawy ogółem:

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 9
zautomatyzowanego systemu do analizy parametrów fizyko-chemicznych i elementów upostaciowanych moczu oraz analizatora zapasowego

Zautomatyzowany system do analizy parametrów fizyko-chemicznych i elementów upostaciowanych moczu

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać):

Producent (podać):

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2020 r.):

Analizator zapasowy

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać):

Producent (podać):

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2020 r.):

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametr wymagany/ punktacja | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać |
|--|--|---------------------------------|---|
| I. Moduł do analizy parametrów fizyko-chemicznych | | | |
| 1. | Fabrycznie nowy; rok produkcji nie starszy niż 2020. | TAK, podać | |
| 2. | Metody pomiarowe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fotometria reflektancyjna z zastosowaniem matrycy CCD/CMOS, ▪ Turbidymetryczna, ▪ Refraktometryczna, z automatyczną kompensacją temperatury. | TAK | |
| 3. | Wydajność analizatora – min. 100 próbek/godz. | TAK | |
| 4. | Paski reakcyjne konfekcjonowane w kasetach, stabilne na pokładzie min. 1 tydzień. | TAK | |
| 5. | Paski wykrywające kwas askorbinowy. | TAK | |
| 6. | Obraz reakcji barwnych na pasku wyświetlany na ekranie analizatora dla każdego wyniku, dostępny z poziomu operatora systemu. | TAK | |
| 7. | Automatyczna kalibracja optyki analizatora przed pomiarem każdego paska, bez konieczności używania pasków kalibracyjnych. | TAK | |
| 8. | Możliwość kalibracji różnych serii pasków reakcyjnych za pomocą pasków używanych do badań próbek. | TAK | |
| 9. | Mieszanie moczu za pomocą igły pobierającej próbki. | TAK | |
| 10. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych. | TAK | |
| 11. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK | |
| 12. | Moduł połączony z modułem do analizy elementów upostaciowanych za pomocą mostka będącego jednocześnie buforem dla próbek oczekujących na analizę. | TAK | |

| | | | |
|--|---|------------|--|
| 13. | Zapewnienie uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (parametry fizyko-chemiczne) ogólnopolskiej lub międzynarodowej (co najmniej jeden raz na kwartał) potwierdzonej opracowaniem wyników kontroli i certyfikatem. | TAK | |
| 14. | Codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna na dwóch poziomach (parametry fizyko-chemiczne). | TAK | |
| II. Moduł do analizy elementów upostaciowanych | | | |
| 1. | Fabrycznie nowy; rok produkcji nie starszy niż 2020. | TAK, podać | |
| 2. | Zasada metody – zautomatyzowana mikroskopia (wbudowany mikroskop) z rejestracją cyfrowych obrazów pełnych pól widzenia mikroskopowego. | TAK | |
| 3. | Pomiar w komorach pomiarowych, bez konieczności używania kuwet jednorazowych. | TAK | |
| 4. | Wydajność analizatora – min. 100 próbek/godz. | TAK | |
| 5. | Zdjęcia pełnych pól widzenia rejestrowane przy powiększeniu x10 i x40. | TAK | |
| 6. | Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min. 5 elementów morfotycznych (diagnostycznych). | TAK | |
| 7. | Ocena natywnego moczu, bez wirowania (na zewnątrz lub wewnątrz analizatora). | TAK | |
| 8. | Mieszanie moczu za pomocą igły pobierającej próbki. | TAK | |
| 9. | Klasyfikacja elementów wg kategorii (nie wielkości). | TAK | |
| 10. | Automatyczne procedury kalibracji analizatora i mikroskopu w momencie uruchomienia systemu. | TAK | |
| 11. | Automatyczne dostrajanie ostrości mikroskopu przed wykonaniem zdjęć próbki. | TAK | |
| 12. | Automatyczna klasyfikacja bakterii z podziałem na pałeczki i ziarniaki. | TAK | |
| 13. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych. | TAK | |
| 14. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK | |
| 15. | System wyposażony w wymagany komputer, klawiaturę, mysz, monitor. | TAK | |
| 16. | Zapewnienie uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (badanie osadu) ogólnopolskiej lub międzynarodowej (co najmniej jeden raz na kwartał) potwierdzonej opracowaniem wyników kontroli i certyfikatem. | TAK | |
| III. Półautomatyczny analizator zapasowy do pomiaru parametrów fizyko-chemicznych moczu | | | |
| 1. | Fabrycznie nowy; rok produkcji nie starszy niż 2020. | TAK, podać | |
| 1. | Paski wykrywające kwas askorbinowy. | TAK | |
| 3. | Automatyczna kalibracja optyki analizatora przed pomiarem każdego paska, bez konieczności używania pasków kalibracyjnych. | TAK | |
| 4. | Możliwość kalibracji różnych serii pasków reakcyjnych za pomocą pasków używanych do badań próbek. | TAK | |
| 5. | Automatyczny pomiar barwy moczu. | TAK | |
| 6. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 7. | Czytnik kodów kreskowych dostarczony z analizatorem. | TAK | |
| IV. Podłączenie do LIS | | | |
| 1. | Podłączenie do LIS na koszt Wykonawcy (Asseco) | TAK | |
| V. Serwis i warunki gwarancji | | | |
| 1. | Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy + dodatkowe szkolenie merytoryczne w pierwszym roku trwania umowy w terminie uzgodnionym przez Strony. | TAK | |
| 2. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów i części, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie akcesoria nie podane w ofercie. | TAK | |
| 3. | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | podać nr telefonu | |
| 4. | Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz. | TAK | |
| 5. | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. | TAK | |
| 6. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK | |
| 7. | Możliwość wstawienia aparatu zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. | TAK | |
| 8 | Wartość urządzeń brutto (podać dla każdego urządzenia osobno) | podać | |
| VI. Parametry podlegające ocenie: | | | |
| 1. | Czułość wykrywania glukozy. | Poziom \leq 20 mg/dl – 10 pkt. Poziom $>$ 20 mg/dl – 0 pkt. | |
| 2. | Pojemność mostka łączącego moduł do analizy parametrów fizyko-chemicznych z modułem do analizy elementów upostaciowanych. | 50 próbek i więcej – 10 pkt. 0-49 próbek – 0 pkt. | |
| 3. | Pamięć zdjęć cyfrowych pełnych pól widzenia x10 i x40 dla min. 100 000 próbek | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | |
| 4. | Paski reakcyjne stabilne na pokładzie dłużej niż 10 dni. | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | |

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja cenowa dzierżawy - Zadanie Nr 10

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Producent/model/ rok produkcji (podać) | Ryczałt netto za 1 miesiąc | Stawka VAT | Ryczałt brutto za 1 miesiąc | Ryczałt netto za 24 miesiące | Ryczałt brutto za 24 miesiące |
|---------------|--|--|-------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Czytnik z niezbędnym oprogramowaniem. | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | |

Słownie ryczałt brutto dzierżawy ogółem:

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 10
czytnika z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać):

Producent (podać):

Rok produkcji (podać):

| L.p | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno- użytkowe wyrobu | Parametry wymagane/ punktacja | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE |
|--|---|-------------------------------------|--|
| I. Wymagania dla testu | | | |
| 1. | Zestaw zawierający wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania badania. | TAK | |
| 2. | Wszystkie odczynniki w zestawie są gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu do płukania) | TAK | |
| 3. | Zastosowanie blokera CCD do każdego testu | TAK | |
| 4. | Zastosowanie w testach przeciwciał monoklonalnych | TAK | |
| 5. | Test umożliwiający jednoczesne oznaczenie w 1 próbce min. 290 komponentów alergenowych: min. 115 ekstraktów i 175 molekuł | TAK | |
| II. Wymagania dla czytnika | | | |
| 1. | Data produkcji czytnika nie wcześniej niż 2019 rok | TAK, podać | |
| 2. | Nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego do elektronicznej oceny testów | TAK | |
| 3. | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim | TAK | |
| 4. | Urządzenie kompatybilne z systemem informatycznym zamawiającego (LIS, HIS) | TAK | |
| 5. | Skonfigurowanie czytnika do poprawnej współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego | TAK | |
| III. Serwis i warunki gwarancji | | | |
| 1. | Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy. | TAK | |
| 2. | Okres gwarancji przez okres trwania umowy. | TAK | |

| | | | |
|------------|---|-------------------------------|--|
| 3. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK | |
| 4. | Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz. | TAK | |
| 5. | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. | TAK | |
| 6. | Możliwość wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. | TAK | |
| 7. | Awaryje należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | podać nr telefonu | |
| IV. | Parametry oceniane | | |
| 1. | Możliwość wykonania badania max. ze 100 ul surowicy | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | |
| 2. | Czas wykonania badań do 4 godzin | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | |
| 3. | Czułość pomiaru IgE całkowitego od min. 0,3 Kua/L | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | |

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że oferowany aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny

dot. Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10:

| Kryterium | Ranga |
|----------------------|-------|
| Cena | 60 % |
| Parametry techniczne | 35 % |
| Termin dostawy | 5 % |

dot. Zadań Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6:

| Kryterium | Ranga |
|----------------|-------|
| Cena | 95 % |
| Termin dostawy | 5 % |

dot. Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10:

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej nieodrzuconej}} \times 100 \times 60\%$$

2. Przeliczenie w kryterium „parametry techniczne“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną}}{\text{Największa ilość punktów spośród ocenianych nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times 35\%$$

3. Przeliczenie w kryterium „terminu dostawy“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Termin dostawy oferty badanej}} \times 100 \times 5\%$$

dot. Zadań Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6:

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej nieodrzuconej}} \times 100 \times 95\%$$

2. Przeliczenie w kryterium „terminu dostawy“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Termin dostawy oferty badanej}} \times 100 \times 5\%$$

UWAGA!

Dla Zadań 1, Nr 2, Nr 7, Nr 9 i Nr 10 do przeliczenia kryterium ceny Zamawiający przyjmie łączną kwotę za dostawę i dzierżawę.

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg ww. kryteriów.

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot dostawy | Okres realizacji | Wartość brutto dostawy |
|------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie..... szt.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

WZÓR UMOWY/2021

zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....,
(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

REGON : NIP : BDO:
zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

.....,

reprezentowanym przez:

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

REGON : NIP : BDO:
zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę**, zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy,
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
- specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Załącznik Nr 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia2021 r.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres **od-...- 2021 r. do-...-..... r.**, bądź wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 5 pkt. 1
2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu umowy w przypadku jej niezrealizowania pod względem ilościowym lub wartościowym w obowiązującym terminie umownym.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia w godzinach od 7:00 – 14:00 na koszt własny, własne ryzyko i własnym transportem, do magazynu zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Św. Józefa 53-59, przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 i przy ul. Krasieńskiego 4/4a.
2. Dostawa odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej. W zamówieniu wskazany będzie adres dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym lub asortymentowym na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
 - a) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,
 - b) 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dni.
2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części, wobec której nastąpiło odstąpienie.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części, wobec której nastąpiło odstąpienie.
5. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy u innego Wykonawcy jeśli zwłoka w dostawie przekroczy 6 dni lub dostarczonego przedmiotu obciążonego wadą, a różnicą między ceną zakupu zastępczego, a ceną umowną obciążyć Wykonawcę, z którym podpisana jest umowa.
6. Strony ustalają, że prawo dochodzenia kar z tytułu nieterminowej realizacji umowy przysługuje również po odstąpieniu od umowy.
7. Każda ze stron może żądać odszkodowania, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych KC.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, wynosi 100 % wartości brutto umowy.

§ 5

1. Wartość umowy ustala się na kwotę:netto + ...% VAT = brutto
Słownie brutto:
2. Należność za dostawę płatna będzie w terminie **30 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający prześle na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

4. Ceny jednostkowe usług podane w ofercie obowiązywać będą przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem postanowień określonych w ust. 5.
5. Zgodnie z art. 436 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
 - a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w tym przypadku Wykonawca ma prawo doliczyć do cen netto ustalonych w umowie należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zmiana ta nie będzie wymagała aneksu,
 - b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 - d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
6. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 5 następuje na wniosek jednej ze Stron. Do wniosku Strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga Strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.
7. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 5 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 5 ust. 5 pkt a – d.
8. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowego uregulowania należności od wartości niezapłaconej faktury.
9. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
10. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
 - 1.1. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
 - 1.2. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
 - 1.3. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- 1.4. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- 1.5. okoliczności, o których mowa w pkt 1.1-1.4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Zamawiający przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte wykonanie umowy.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1 może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
 - 4.1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 - 4.2. zmianę sposobu wykonywania dostaw,
 - 4.3. zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

§ 7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy przy czym gwarantuje realizację na poziomie minimum 80% zamówienia podstawowego. Niezrealizowanie pozostałej części nie będzie skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z zastrzeżeniem, że ceny umowne nie ulegną zmianie w przypadku:
 - a) zmiany numeru katalogowego produktu,
 - b) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
 - c) sposobu konfekcjonowania,
 - d) jeżeli wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany, udoskonalony, za zgodą Zamawiającego.
3. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, tj. zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia **prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp)**, tj. zakupu większej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiązujących cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezminionej całkowitej wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 50 % asortymentu z każdej z pozycji przedmiotu umowy, a w pozostałej części zastrzega sobie **prawo opcji** w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.
4. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności i niemożności realizacji zamówienia w tym zakresie, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie okresu realizacji zamówienia (nie dłużej niż do 4 lat) do czasu wykorzystania wartości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem powyższego ograniczenia o 20%, a także z możliwością proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia (cen jednostkowych) w przypadku zmiany cen materiałów (wyrobów) lub kosztów dostawy przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 25% wartości umowy pierwotnej, o czym mowa w art. 440 i 439 ust 2-4 ustawy Pzp.

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - 2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
 - 2.2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
 - 2.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 10

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

§ 11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 12

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY
Umowa Nr
na dzierżawę

zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....
(pełna nazwa Zamawiającego)

reprezentowanym przez:

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Dzierżawcą

a

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem,

reprezentowanym przez:

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

REGON : NIP :

PESEL (dotyczy osoby fizycznej).....

zwanym dalej w treści umowy Wydzierżawiającym

o następującej treści:

§ 1

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków aparat, model, rok produkcji, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia, zwane dalej przedmiotem dzierżawy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - a) Specyfikacja cenowa za dzierżawę – **Załącznik Nr**
 - b) Specyfikacja techniczna sprzętu – **Załącznik Nr**
3. Wydzierżawiający przekaze sprzęt Dzierżawcy w ciągu 10 dni, licząc od daty zawarcia umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w formie papierowej.
4. Wydzierżawiający zobowiązany jest w cenie oferty dostarczyć i uruchomić przedmiot dzierżawy w terminie 3 dni licząc od dnia dostawy i przeszkolić pracowników Dzierżawcy z zakresu jego obsługi.
5. Wartość wydzierżawianego przedmiotu umowy stanowi kwotę: zł brutto.

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od-.....-..... do-.....-.....
2. Strony dopuszczają możliwość aneksowania obowiązywania terminu umowy w przypadku niezrealizowania dostaw odczynników i innych materiałów wynikających z umowy nr w wyznaczonym terminie umownym.

§3

1. Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi.
2. Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.
3. Dzierżawca zobowiązuje się nie przekazywać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać bez pisemnej zgody Wydierżawiającego.
4. Wydierżawiający dokonuje odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.

§4

1. Wydierżawiający zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu dzierżawy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.

§5

1. Wydierżawiający zobowiązany jest świadczyć przez okres trwania umowy dzierżawy serwis techniczny przedmiotu dzierżawy w ramach czynszu dzierżawnego.
 - 1.1. Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta.
 - 1.2. Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godziny.
 - 1.3. Dostępność ciągła serwisu 365 dni w roku przez cały okres trwania umowy.
2. Wydierżawiający zapewnia możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numery kontaktowe:, adres e-mail:
3. Wydierżawiający zobowiązuje się do wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni.
4. Wydierżawiający zobowiązuje się przynajmniej raz w roku dokonać na własny koszt przeglądu serwisowego aparatu.
5. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy w sprawie udzielenia zamówienia, Strony podpiszą odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonywania niniejszej umowy głównej, zgodnie z art. 28 RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§6

1. Wydierżawiający otrzymywał będzie miesięczny ryczałt za dzierżawę w wysokości:
..... zł netto + VAT, tj. zł brutto,
słownie brutto: złotych.
2. Ryczałt ogółem za dzierżawę w okresie trwania umowy wynosi:
..... zł netto + VAT, tj.**zł brutto**
słownie: złotych.
3. Należność za dzierżawę płatna będzie na konto Wydierżawiającego podane na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej przez Wydierżawiającego faktury.

4. Zgodnie z art. 436 ust. 4 ustawy Pzp Dzierżawca dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wydierżawiającemu w przypadku zmiany:
 - 4.1. stawki podatku od towarów i usług, w tym przypadku Wydierżawiający ma prawo doliczyć do cen netto ustalonych w umowie należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zmiana ta nie będzie wymagała podpisania aneksu.
5. Wydierżawiający nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Dzierżawcy na rzecz osób trzecich.
6. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wydierżawiającego bez zgody Dzierżawcy – są nieważne.

§7

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy przedmiotu dzierżawy Dzierżawca może naliczyć Wydierżawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) 0,5% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,
 - b) 3% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dni.
2. Z tytułu nieterminowego zainstalowania przedmiotu dzierżawy Dzierżawca może naliczyć Wydierżawiającemu kary umowne w wysokości 2% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w instalacji.
3. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. a i b oraz ust. 2 Wydierżawiający zobowiązany będzie zapłacić Dzierżawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy dzierżawy.
4. W przypadku nieprzystąpienia (czas reakcji) do usuwania wadliwej pracy przedmiotu dzierżawy w czasie określonym w § 5 ust. 1.1. Dzierżawca ma prawo naliczyć Wydierżawiającemu kary umowne w wysokości 20 zł netto (dwadzieścia złotych) za każdą godzinę zwłoki w czasie reakcji serwisu.
5. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wydierżawiającego lub z winy Wydierżawiającego, Wydierżawiający zobowiązany będzie zapłacić Dzierżawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Dzierżawca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
 - b) Wydierżawiający w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,;
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. Dzierżawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy dzierżawy aparatu w przypadku wcześniejszego zrealizowania umowy dostawy odczynników/testów/materiałów laboratoryjnych i nie będzie to skutkowało roszczeniami

odszkodowawczymi ze strony Wydierżawiającego.

§ 9

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 10

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Dzierżawcy.

§11

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§12

Po wygaśnięciu niniejszej umowy Dzierżawca zobowiązuje się w terminie 14 dni zwrócić Wydierżawiającemu urządzenie w stanie nie pogorszym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 15

W przypadku niezakończoności powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Dzierżawcy.

§ 16

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 17

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Dzierżawcy, a 1 egzemplarz dla Wydierżawiającego.

WYDZIERŻAWIAJĄCY:

DZIERŻAWCA:

OŚWIADCZENIE Wykonawcy
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.

(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu **niezależnie** od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....
.....
(dokładne dane Wykonawcy: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań diagnostycznych, różnych materiałów laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego

oświadczamy zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, że:

1. **nie należymy*** do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. **należymy*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i przedstawiamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu *niezależnie od innego wykonawcy* należącego do tej samej grupy kapitałowej.

.....
(wymienić załączone dowody)

* *niepotrzebne skreślić*

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 i art. 109 ust. 1 pkt 7 - 10
ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.
*(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie
wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania)*

W związku z przystąpieniem naszej firmy
(nazwa Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby):

.....

.....

(dokładne dane: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania
badań diagnostycznych, różnych materiałów laboratoryjnych oraz dzierżawa
analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego**

oświadczamy, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia
(JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp,

są aktualne /
nie są aktualne*

*** UWAGA!** – skreślić niewłaściwe

.....
data

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/
podmiotu udostępniającego Zasoby)