



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław , dn. 08.01.2024

**dotyczy:** ZO/69/AI/23- Dostawa, montaż i uruchomienie stacji opisowej do badań RTG zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Do odpowiedzi z dnia 03.01.2024

Zamawiający podtrzymał wymóg „Potwierdzenia kompatybilności komputera z oferowaną wersją systemu operacyjnego na stronie producenta Systemu Operacyjnego”.

**Pytanie nr 1 - prośba.**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie linku do strony producenta systemu operacyjnego, pod którym jest potwierdzenie kompatybilności zamawianego komputera. Podkreślamy określenie komputera, a nie serwera.**

Zamawiający uczynił tak, wskazując konkretny link, w przypadku wymogu procesora, zainstalowanego w komputerze.

W/w wskazanie linku do potwierdzenia kompatybilności komputera, rozwiązały wszelkie wątpliwości dotyczące wymaganego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. To po stronie Oferenta leży ciężar udowodnienia kompatybilności oferowanego sprzętu z wymogami.

Zamawiający podtrzymał wymóg OPZ dotyczący certyfikatu CE dla całej stacji diagnostycznej, tj. komputera z dedykowaną przez producenta monitora kartą graficzną. Zamawiający nadmieniał również w wyjaśnieniu, co następuje: **„každorazowa ingerencja w dany sprzęt jak naprzykład jego rozbudowa, traktowana jest jako wytworzenie nowego produktu, a tym samym powinien podlegać ponownie wystawieni deklaracji CE”.**

Z najlepszej naszej wiedzy wynika, że nie ma na polskim rynku stacji diagnostycznej składającej się z komputera PC z dedykowaną przez producenta monitora medycznego kartą graficzną mającego certyfikat CE producenta komputera. Dystrybutor może wystawić deklarację (nie certyfikat) zgodności CE zestawu na podstawie rozłącznej deklaracji CE producenta komputera i rozłącznej deklaracji CE producenta karty graficznej. Niemniej, NIE JEST to certyfikat CE na stację/zestaw a jedynie deklaracja zgodności CE zestawu utworzonego z dwóch elementów. Wydanie Certyfikatu CE wymaga odpowiednich badań certyfikowanego zestawu. Deklaracja jest absolutnie jednoznaczna jak dwie rozłączne deklaracje CE na każdy składnik zestawu oddzielnie. Taka deklaracja zgodności nie jest potwierdzona żadnymi testami całego zestawu i jest jedynie oświadczeniem wystawionym w dobrej wierze.



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 2.**

**Czy zatem Zamawiający dopuści i zaakceptuje dwa rozłączne certyfikaty CE dla komputera i karty graficznej dedykowanej do obsługi monitorów medycznych, będącymi dokumentami równoważnymi do deklaracji zgodności CE zestawu i na bazie, których jest wystawiana ta deklaracja?**

Podkreślamy, że ta łączna deklaracja jest wystawiana bez dokonywania żadnych testów i nie wnosi nic więcej niż rozłączne certyfikaty, nie dając żadnych dodatkowych korzyści ani zabezpieczeń dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zaakceptuje dwa rozłączne certyfikaty CE dla komputera i karty graficznej dedykowanej do obsługi monitorów medycznych