



## Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego  
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań

tel. centrala 61 854 90 00

tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72

e-mail: szpital@skpp.edu.pl

**Dyrektor Naczelny dr hab. med. Szczepan Cofta**

Nasz znak EZP/106/19

Poznań, dnia 16.08. 2019 roku

### Szanowni Wykonawcy !

**Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 30 pakietów.**

**Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytanie następującej treści:**

**Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego drenu tlenowego o długości 2 metrów ? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 7 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważną elastyczną przestrzeń martwą o długości 150mm ? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 7 poz.3**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego przestrzeń martwą umożliwiającą regulację przestrzeni martwej od 25 do 40ml ? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 14 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważną maskę krtaniową z wzmocnionym koniuszkiem nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokując ponadto górny zwieracz przełyku, rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa ?



**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 14 poz.1,2**

Czy zamawiający oczekuje, aby maski krtańowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 14 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego resuscytatora jednorazowego dla dorosłych o poniższych cechach :

- Unikalny zawór pacjenta z pojedynczą membraną dla niezawodnego działania,
- Zintegrowany pasek dla komfortu stosowania i wyrównania siły uciśnięć,
- Cienkościenny samorozprężalny worek ułatwiający ocenę oporów i podatności płuc,
- SafeGrip™ - specjalna faktura powierzchni worka gwarantująca pewny uchwyt,
- Łatwe podłączenie manometru oraz zaworu PEEP,
- Warunkowo dopuszczone do stosowania w środowisku MR.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 17 poz.1**

a) Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i dł. 1,8m, z kolankiem z portem luer lock, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia respiratora rozciągliwa do 60 cm +/- 5 cm z możliwością ustawienia dl. 40cm, jednorazowy, z oddzielnym filtrem elektrostatycznym z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty bez DEHP.

b) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,16 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min.” gdyż są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w laboratorium, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach szpitalnych i charakterystyczne dla pacjentów noworodkowych (szczególnie przepływ 4l/min).

**Odpowiedź**

a) Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

b) Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 17 poz.2**

a) Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną o dł. 180 cm, śr 22mm, z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą rozciągalną do 180 cm z 2 litrowym workiem bezlateksowym, rura wydechowa do podłączenia aparatu, czysty mikrobiologicznie bez DEHP.

b) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Opór wdechowy 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,16 H<sub>2</sub>O przy przepływie 10l/min.” gdyż są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w laboratorium i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach szpitalnych.

**Odpowiedź**

a) Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

b) Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 17 poz.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 17 pozycji 5 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 10 dot. pakiet nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „opór wdechowy 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,16 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów” – gdyż są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w laboratorium i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach szpitalnych.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 11 dot. pakiet nr 21 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie jako równoważnego przewodu do tlenoterapii o długości 200cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 12 dot. pakiet nr 4 poz.1**

a) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby produkty były wykonane z materiału wolnego od ftalanu DEHP, a informacja o braku ftalanu DEHP była fabrycznie nadrukowana na etykiecie opakowania jednostkowego?

b). Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na opakowaniu jednostkowym ma być umieszczony piktogram ułatwiający identyfikację produktu?

**Odpowiedź**

a) Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

b) Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 13 dot. pakiet nr 18 poz.1**

a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania miniaturowej (o średnicach: 2,6/4,6), zagiętej z drenem 24 CH o długości 3,5 m. Końcówka bez kontroli ssania z 4 otworami odbarczającymi.

b). Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby dreny wykonane były z tworzywa o twardości wyrażonej w międzynarodowej skali Shore A wyn.  $74 \pm 1$ ?

**Odpowiedź**

a) Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

b) Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 14 dot. pakiet nr 15 poz.2**

a) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy objętość wypełnienia całego produktu ma wynosić 0,28 ml ?

b). Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby bezigłowy przyrząd do przygotowania leków był kompatybilny z każdą fiolką, o dowolnym rozmiarze ?

c). Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kolec mikro (wgnięcie do połowy długości kolca) oznacza kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiołki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwległymi umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości

d). Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby filtr odpowietrzeniowy był wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?

**Odpowiedź**

a) Tak

b) Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego

c) Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego.

d) Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego.

**Pytanie nr 15 dot. pakiet nr 5**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby iglica dostępowa do worka/butelki posiadała dodatkowe skrzydełka, umożliwiające precyzyjną aplikację urządzenia do worka.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 16 dot. pakiet nr 28 poz.5**

- a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej jednorazowej o poj. 1 ml Luer-Lock, bez igły, skalowanej co 0,01 ml, wykonanej z poliwęglanu, sterylizowanej tlenkiem etylenu
- b) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki mają być wyposażone w mechanizm zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu się tłoka

**Odpowiedź**

- a) Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego
- b) Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego

**Pytanie nr 17 dot. pakiet nr 24 poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o obniżonej zawartości protein wynoszącej maksymalnie 39,89 µg/g oraz posiadające lepszy poziom AQL = 0,65. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 18 dot. pakiet nr 24 poz.2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości rękawic Ansell wykonanych z neoprenu, pokrycie powierzchni wewnętrznej – pokrywana poliuretanem oraz silikonowana, elastyczne, bezpudrowe, bezlateksowe, AQL 0,65. Kolor kremowy. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 19 dot. pakiet nr 24 poz.2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości rękawic, wykonanych z neoprenu, pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice polimeryzowane, elastyczne, bezpudrowe, bezlateksowe, AQL 0,65. Kolor zielony. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 20 dot. pakiet nr 24 poz.1-2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w Zadaniu nr 24 Zamawiający wymaga dostarczenia w poz. 1 – 600 000 sztuk rękawic, tj. 300 000 par, z kolei w poz. 2 – 24 000 sztuk, tj. 12 000 par. Prosimy również o informację czy za cenę jednostkową należy przyjąć cenę za 1 parę rękawic (tj. 2 sztuki).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 21 dot. pakiet nr 25 poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, lateksowych, bezpudrowych, pokrycie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej – rękawice polimeryzowane, grubość na palcu – 0,23-0,24 mm, grubość na dłoni – 0,20-0,21 mm, grubość na mankiecie – 0,18-0,19 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, kształt anatomiczny, poziom protein <10 µg/g, mankiet rolowany, opakowanie: koperta zewnętrzna – foliowa, koperta wewnętrzna – papierowa, badania na przenikalność wirusów ASTM F 1671. Rozmiar 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 22 dot. pakiet nr 25 poz.2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości rękawic chirurgicznych Ansell, lateksowych, pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice pokrywane poliuretanem oraz silikonowane, bezpudrowe, przeznaczone do zabiegów

mikrochirurgii, grubość na palcu 0,180 mm, AQL 1.0, sterylizowane radiacyjnie, kolor antyrefleksyjny – brązowy, zawartość protein <30 µg/g, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Rozmiary: 6,0-9,0.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 23 dot. pakiet nr 25 poz.2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, lateksowych, pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice polimeryzowane, bezpudrowe, przeznaczone do zabiegów mikrochirurgii, grubość na palcu 0,18-0,19 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, kolor antyrefleksyjny – brązowy, zawartość protein <20 µg/g, mankiet rolowany. Rozmiary: 6,0-9,0.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 24 dot. pakiet nr 25 poz.1-2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w Zadaniu nr 25 Zamawiający wymaga dostarczenia w poz. 1 – 240 000 sztuk rękawic, tj. 120 000 par, z kolei w poz. 2 – 40 000 sztuk, tj. 20 000 par. Prosimy również o informację czy za cenę jednostkową należy przyjąć cenę za 1 parę rękawic (tj. 2 sztuki).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 25 dot. pakiet nr 26 poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań w kolorze niebieskim, grubość na palcach 0,14 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0, klasa I, kategoria III (informacje naniesione na opakowaniu). Rękawice bezpieczne dla osób z wrażliwą skórą, skłoną do alergii, potwierdzone testem klinicznym wg. zmodyfikowanej metody Draize-95. Rękawice obustronnie polimeryzowane, wewnątrz dodatkowo chlorowane (potwierdzone oświadczeniem producenta). Rozmiary XS-XL. W opakowaniu 100 szt.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 26 dot. pakiet nr 26 poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację czy za cenę jednostkową w Zadaniu nr 26 należy przyjąć cenę za 1 opakowanie rękawic.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 27 dot. pakiet nr 24,25 oraz 26**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie Załącznika nr 2 – Wykazu/opisu przedmiotu zamówienia – czy w rubryce „Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP” należy podać cenę jednostkową brutto czy wartość brutto całej pozycji.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ, należy podać wartość brutto pozycji.

**Pytanie nr 28 dot. pakiet nr 13 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 30 dot. pakiet nr 13 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 31 dot. pakiet nr 13 poz.1**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 32 dot. pakiet nr 13 poz.2**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójplaszczynowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną kłapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 33 dot. pakiet nr 13 poz.2**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 34 dot. pakiet nr 13 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 35 dot. pakiet nr 13 poz.2**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 36 dot. pakiet nr 28 poz.1-4**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 37 dot. pakiet nr 28 poz.1-4**

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawkę bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 38 dot. pakiet nr 28 poz.1**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową odpowiednio do pozycji „posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze białym, bez rozszerzonej skali:

- Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1ml

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 39 dot. pakiet nr 2**

Prosimy o podanie numeru katalogowego linii obecnie stosowanej przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 40 dot. pakiet nr 7 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kolanko podwójnie obrotowe (łącznik obrotowy kątowy), końcówki 15M na 22M/15F, z portem do bronchoskopii i odsysania, podwójnie zatrzaskowy dwustronny port z wewnętrznym termoplastycznym uszczelnieniem, z możliwością podwójnego zastosowania- port do bronchoskopii oraz port do odsysania (3.5mm, 10mm), z przymocowanymi kapturkami zapewniające wymagane bezpieczeństwo?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 41 dot. pakiet nr 7 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną przestrzeń martwą o stałej długości 15 cm, z końcówkami 22F na 22M/15F, wykonany z PCV, gładki w środku?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 42 dot. pakiet nr 7 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną przestrzeń martwą o stałej długości 15 cm, z końcówkami 22F na 22M/15F, ze szczelnymi złączami?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 43 dot. pakiet nr 7 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą o budowie harmonijkowej- umożliwiającą pełną kontrolę ułożenia, o możliwości regulacji długości 5- 15 cm, przestrzeni martwej 25-40 ml, z pamięcią kształtu, ze złączami 22F na 22M/15F?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 44 dot. pakiet nr 18**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, dodatkowa rura do worka o długości 1.8m z workiem 2 l bezlateksowym. wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 xm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 45 dot. pakiet nr 17 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, dodatkowa rura do worka o długości 1.8m z workiem 2 l bezlateksowym. wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 xm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m. Jednorazowy, w zestawie filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, wszystkie elementy (układ oddechowy i filtr) w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 46 dot. pakiet nr 7 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, dodatkowa rura do worka o długości 1.8m z workiem 2 l bezlateksowym. wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 xm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 47 dot. pakiet nr 17 poz.3,4**

Czy Zamawiający dopuści worki oddechowe o pojemności 1l i 2l?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 48 dot. pakiet nr 7 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej oraz intubacyjnej w rozmiarach Ch 12-16 z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy możliwej wymianie samego cewnika co 24 h):

- sterylny-pakowany pojedynczo,
- atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi,
- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz,
- komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta,
- aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni,
- obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki,
- długość 36.5 cm - dla rurek tracheostomijnych i 60 cm dla rurek intubacyjnych,
- zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta,
- dedykowany port do irygacji i płukania,
- łącznik prosty z końcem schodkowym.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 49 dot. pakiet nr 15 poz.6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczeniu igły 18 G 1.2 x 40mm.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 50 dot. pakiet nr 19 poz.1**

a) Czy Zamawiający wymaga strzykawki o poj. 5 ml do przepłukiwania, napełnionej fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9 ml). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Tłok po użyciu całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co powoduje utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania. Okres ważności 3 lata. Sterylizowana parowo.

b) Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki napełnione jałowym roztworem soli fizjologicznej były zgodne z zasadą 13 dyrektywy Rady (Wspólnot Europejskich) 93/42/EWG z dn. 14.06.1993 r dotyczącej



wyrobów medycznych, która mówi:” Wszystkie wyroby zawierające jako integralną część substancję, która, użyta oddzielnie, może być uznana za produkt leczniczy w rozumieniu art. 1 dyrektywy 65/65/EWG i która to substancja zdolna jest do oddziaływania na organizm ludzki działając w sposób pomocniczy względem takich wyrobów medycznych, znajdują się w klasie III”?

**Odpowiedź**

- a) Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego.
- b) Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego.

**Pytanie nr 51 dot. pakiet nr 19 poz.2**

a) Czy Zamawiający wymaga strzykawki o poj. 10 ml do przepłukiwania, napełnionej fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Tłok po użyciu całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co zapobiega wytwarzaniu ciśnienia ujemnego podczas przepłukiwania. Okres ważności 3 lata. Sterylizacja parowa.

b) Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki napełnione jałowym roztworem soli fizjologicznej były zgodne z zasadą 13 dyrektywy Rady (Wspólnot Europejskich) 93/42/EWG z dn. 14.06.1993 r dotyczącej wyrobów medycznych, która mówi:” Wszystkie wyroby zawierające jako integralną część substancję, która, użyta oddzielnie, może być uznana za produkt leczniczy w rozumieniu art. 1 dyrektywy 65/65/EWG i która to substancja zdolna jest do oddziaływania na organizm ludzki działając w sposób pomocniczy względem takich wyrobów medycznych, znajdują się w klasie III”?

**Odpowiedź**

- a) Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego.
- b) Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego.

**Pytanie nr 52**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody, Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 53**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie nr 53 wzoru umowy § 9 ust. 7**

Prosimy Zamawiającego o możliwość przesyłania przy każdorazowej dostawie faktury w postaci pliku pdf lub xml na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma obowiązku posiadania konta na platformie do obsługi e-faktur.

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie nr 55 dot. pakiet nr 2**

Czy Zamawiający oczekuje linii kompatybilnych z czujnikiem M2741A?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 56 dot. pakiet nr 22 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na całej powierzchni, z poziomem protein  $\leq 50\mu\text{g/g}$ ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 57 dot. pakiet nr 26 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze lawendowym, o nieznacznej różnicy w grubości na palcu  $0,12\pm 0,02$  mm, teksturowane na końcach palców?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 58 dot. pakiet nr 26 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane i wewnętrznie chlorowane ale nie zawierające w swej strukturze chloru?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 59 dot. pakiet nr 26 poz.1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu informacji na opakowaniu o dodatkowej powłoce wewnętrznej polimerowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 60 dot. pakiet nr 26 poz.1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia certyfikatem z jednostki niezależnej od producenta o testowaniu dermatologicznym rękawic?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 61 dot. pakiet nr 26 poz.1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu otworu dozującego w opakowaniu, wypełnionego folią?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 62 dot. pakiet nr 26 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie z otworem bez folii, ze specjalnym nowatorskim systemem typu SafeDon™ umożliwiającym pojedyncze dozowanie rękawic, zawsze za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania, a przede wszystkich rękawic w opakowaniu?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 63 dot. pakiet nr 6**

Prosimy o doprecyzowanie czy kocyki do konwekcyjnego ogrzewacza Level1 Equator zgodnie z instrukcją urządzenia mają być wyprodukowane lub zatwierdzone przez producenta ogrzewacza? Tylko w takim przypadku zapewniona jest pełna kompatybilność oraz prawidłowe użytkowanie sprzętu.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 64 dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 kocyki Snuggle Warm tego samego producenta co ogrzewacz Level1 Equator (kompatybilne z ogrzewaczem Equator będącym na wyposażeniu Zamawiającego), w których ciepłe powietrze rozprowadzane jest równomiernie poprzez podłużnie ułożone kanały tubowe, na których spodniej stronie znajdują się otworki wylotowe? Konstrukcja kocyka pozwala na równomierne oddawanie ciepła pacjentowi dzięki unikatowemu rozmieszczeniu otworów, bez dodatkowych zakładki, pasków czy taśm przyklepanych, kocyki posiadają kanały odprowadzające płyn w kierunku góra/dół, z 1-2 otworami do umieszczenia rury grzewczej.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 65 dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1, 2 i 4, 7, 8 kocyki o wymiarach 203x 102 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 66 dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 kocyki o wymiarach 164x 102 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 67 dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 kocyki o wymiarach 203x 76 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 68 dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 kocyki o wymiarach 163x 102 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 69 dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 kocyki o wymiarach 163x 102 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 70 dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 kocyki o wymiarach 203x 102 cm, z 4 perforacjami?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 71 dot. pakiet nr 30**

Czy Zamawiający dopuści igły, które różnią się względem SIWZ:

- z drenem o długości 20,3 cm, oznaczonym jako non-DEHP
- z wygodnymi, odpinanymi uchwytami, co ułatwia przymocowanie igły do ciała Pacjenta w komfortowy sposób
- uchwyty wykonane są z materiału zapewniającego pewne i stabilne umocowanie w membranie portu
- igły w rozmiarach: 19G o dł. 19, 25, 32 [mm] oraz 20 G o dł. 16,19,25,32 [mm]?

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego.

**Pytanie nr 72 dot. pakiet nr 30**

Czy Zamawiający dopuści zaofertowanie w pakiecie 30 igły do portu, zagięta pod kątem prostym, z atrumatycznym szlifem Typu Huber, igła pokryta silikonem co ułatwia przebicie membrany portu, przezroczysty dren 20cm pozbawiony DEHP i lateksu z oznaczeniem grubości igły, skrzydełka oznaczone kolorem odpowiadającym rozmiarowi igły z oznaczeniem rozmiaru na skrzydełkach. Rozmiar skrzydełek : długość z głowica : 22.35 mm, rozpiętość po rozłożeniu :32.26 mm, wysokość głowicy od podstawy : 8,38 mm, z karbowaniem ułatwiającym użycie, maksymalne ciśnienie iniekcji 300 psi, możliwość zastosowania w badaniu MRI. Do 3 tesli. Rozmiar 19G, 20G, 22G długość: 13mm, 19mm, 25mm, 38mm

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego.

**Pytanie nr 73 dot. pakiet nr 18 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie:

Układ oddechowy współosiowy o długości 1,6 typu rura w rurze w skład którego wchodzi :

- rura wewnętrzna 18 mm

- rura zewnętrzna 30mm,
- dodatkowa gałąź o regulowanej długości
- dodatkowa gałąź do worka o długości od 40-200cm
- bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2l
- linia kapno
- łącznik kolanowy , obrotowy 22M/15F
- łącznik prosty 22M/22M
- łącznik tlenowy 22M
- tester szczelności

Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 74 dot. pakiet nr 9**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie z jaką pompą będzie stosowany przedmiot zamówienia ( dreny i zestawy infuzyjne ) z pakietu nr 9 poz.1,2,3

**Odpowiedź**

Przedmiot będzie stosowany z pompą firmy Braun.

**Pytanie nr 75 dot. pakiet nr 18**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 18 analogicznego, wysokiej klasy układu oddechowego firmy Rusch o wadze 250g. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 76 dot. pakiet nr 12 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkretyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 77 dot. pakiet nr 12 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odpowietrznika zaopatrzonego w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii 96 .Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 78 dot. pakiet nr 13 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kropłową długości 62 mm , wolnego od ftalanów (z informacją na opakowaniu jednostkowy) z igła biorczą ściętą trójplaszczynowo wzmocnionego włóknem szklanym z drenem dł. 180 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 79 dot. pakiet nr 13 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z odpowietrznikiem. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 80 dot. pakiet nr 28 poz.2,3,4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 – cz. luer – lock z rozszerzoną skala 5/6 ml, 10/12 ml, 20/22 ml.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 81 dot. pakiet nr 28poz.1,2,3,4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 – cz. luer – lock, których cylinder jest wykonany z polipropylenu, tłok z polietylenu. Tylko część strzykawki cylinder ma bezpośredni kontakt z lekami. W strzykawka trzyczęściowych tłok jest zabezpieczony gumową uszczelką bez lateksową co wpływa na jakość użytkowania strzykawki oraz zapewnia bezpieczne użytkowanie.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 82 dot. pakiet nr 28 poz.5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki sterylizowanej tlenkiem etylenu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu. Spełnia on oczekiwania Zamawiającego.

**Pytanie nr 83 dot. SIWZ część VIII**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę sposobu obliczania wartości brutto w tabelach asortymentowo-cenowych oferty przetargowej – załącznik nr 1 do SIWZ.

Według obecnych zapisów załącznika nr 1 do SIWZ wartość brutto wyliczana jest z mnożenia ilości sztuk przez cenę jednostkową brutto. Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur... (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z póź. zm.) wartość brutto jest wyliczona zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek = wartość brutto.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż podstawową ceną wyjściową do obliczania wartości brutto jest cena jednostkowa netto. Jeżeli Zamawiający będzie chciał wyliczyć cenę jednostkową netto z otrzymanej ceny jednostkowej brutto i porównać ją z otrzymaną ceną jednostkową netto na fakturze, to poprzez zaokrąglenia może dojść do rozbieżności między faktyczną ceną jednostkową netto proponowanego produktu, a tą wyliczoną z ceny jednostkowej brutto.

Zmodyfikowanie formularza cenowego poprzez wprowadzenie kolumny cena jednostkowa netto, %VAT oraz dostosowanie sposobu obliczania wartości brutto do § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur... (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z póź. zm.) pozwoli uniknąć rozbieżności wynikających z matematycznej zasady zaokrąglenia cyfr po przecinku.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 84 dot. wzoru umowy § 2 ust.2**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odpowiedź**

Zamawiający planuje zrealizować umowę w 100% , ale w ostateczności ilość uzależniona będzie od potrzeb.

**Pytanie nr 85 dot. wzoru umowy § 6 ust.2 lit.b)**

Prosimy o wykreślenie z par. 6 ust 2 projektu umowy zapisu w lit. b). Proponowany zapis umowny stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy

pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 86 dot. wzoru umowy § 6 ust.2 ust. 2 lit. c)+ par. 14 ust. 1**

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 87 dot. wzoru umowy § 13 ust. 1 lit. a)**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 13 ust. 1a projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty brutto wskazanej w par. 9 ust. 1” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 88 dot. pakiet nr 30**

Czy Zamawiający ze względu na dużą ilość igieł i uzyskanie najlepszych warunków jakościowo cenowych wyrazi zgodę na dopuszczenie konkurencyjnych igieł do portów o parametrach zbliżonych i przeznaczeniu tożsamym :

Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90°, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 18 cm (całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Duże, elastyczne i wygodne skrzydełka o powierzchni antypoślizgowej dodatkowo. Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Rozmiary: długości od 15, 20, 25, 32, 38, grubości: 19G, 20G, 22G?

#### **Odpowiedź**

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu .Spełnia on oczekiwania Zamawiającego.

**Pytanie nr 89 dot. dot. wzoru umowy § 13 ust. 1 lit. a)**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 1.a § 13 wzoru umowy (cyt.):

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjne na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) 10% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

i nada mu proponowane brzmienie:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjnych na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) 10% niezrealizowanej części kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ .

**Pytanie nr 90 dot. pakiet nr 22**

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe niepodudrowane o poziomie protein <30 µg/g? Reszta parametrów zgodna z SWIZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 91**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie nr 92 dot. dot. wzoru umowy § 2 ust. 2**

Zważywszy na treść § 2 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

**Odpowiedź**

Zamawiający planuje zrealizować umowę w 100% , ale w ostateczności ilość uzależniona będzie od potrzeb.

**Pytanie nr 93 dot. dot. wzoru umowy § 6 ust. 3 pkt.b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 3 pkt b) zapisu na: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian”.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ .

**Pytanie nr 94 dot. dot. wzoru umowy § 6 ust. 13 ust.1 pkt.a**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust 1 pkt a) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ .

**Pytanie nr 95 dot. dot. wzoru umowy § 6 ust. 13 ust.1 pkt.b**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 1 pkt b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ .

**Pytanie nr 96 dot. pakiet nr 29**

Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek z 2 szt. do 1 szt. Próbką w ilości 1 szt. jest wystarczająca do sprawdzenia i ocenienia przez Zamawiającego parametrów jakościowych oferowanego asortymentu a większa ilość próbek naraża Wykonawcę na ponoszenie niewspółmiernie wyższych kosztów związanych z przygotowaniem oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ .

**Pytanie nr 97 dot. wzoru umowy § 6 ust. 3 pkt.b**

Prosimy o modyfikację tego punktu w następujący sposób:

„b) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego wzrośnie, Zamawiający dopuszcza możliwość ~~zwiększenia~~ zwiększenia wynagrodzenia ~~netto~~ brutto Wykonawcy. W takim przypadku ~~ceną brutto~~ ceną netto nie zmieni się, zaś ~~obniżeniu~~ podwyższeniu ulegnie wynagrodzenie ~~netto~~ brutto Wykonawcy. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ .

**Pytanie nr 98 dot. wzoru umowy § 19, ust.2 oraz Załącznik nr 1 do umowy - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Wnosimy o usunięcie par. 19 ust. 2 umowy głównej oraz załącznika nr 1 do umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ .

**Pytanie nr 99 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

Czy wykonywanie przez Wykonawcę umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: „Umowa główna”), której przedmiotem jest zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku, w zakresie któregośkolwiek z pakietów zamówienia publicznego będzie wymagać powierzenia przez Zamawiającego Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych (np. danych osobowych osób zatrudnionych u Zamawiającego w celach innych niż kontaktowe, danych osobowych pacjentów), a jeśli tak to w zakresie których pakietów? Zgodnie z § 19 ust. 2 „Przetwarzanie danych osobowych” punkt 1) projektu Umowy głównej stanowiącej załącznik do SIWZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jedynie wówczas, gdy w związku z wykonywaniem Umowy głównej konieczne będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych do Wykonawcy, zaś z przedmiotu i celu załączonego do SIWZ projektu Umowy głównej nie wynika, aby konieczność takiego powierzenia zachodziła. W takim przypadku, zdaniem Wykonawcy nie zachodziłaby potrzeba zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych według wzoru załączonego do SIWZ. Czy jeśli realizacja Umowy głównej w zakresie danego pakietu/pakietów zamówienia publicznego nie będzie wiązać się z koniecznością powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych (proszę o wskazanie takich pakietów), to czy Zamawiający w zakresie takich pakietów dopuszcza odstępianie od zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ .

**Pytanie nr 100 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

Jakie dokładnie „zwykle” dane osobowe zostaną powierzone Wykonawcy (proszę o określenie rodzaju danych osobowych poprzez ich dokładne wymienienie)? O powyższe informacje, w celu zapewnienia spełniania wymogów z art. 28 ust. 3 akapit 1 RODO, należy uzupełnić zapis § 3 ust. 1 pkt 1) projektu umowy, który w tym momencie pozostaje nieuzupełniony, a wymienione w nim dane zostały wskazane przykładowo.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ .



**Pytanie nr 101 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

Jakie dokładnie „szczególne” kategorie danych osobowych zostaną powierzone Wykonawcy? Proszę o jednoznaczne, wyczerpujące wymienienie takich danych. O powyższe informacje, w celu zapewnienia spełniania wymogów z art. 28 ust. 3 akapit 1 RODO, należy doprecyzować zapis § 3 ust. 1 pkt 2) projektu umowy, który w tym momencie ma charakter otwarty.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 102 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

W jakim dokładnie celu Zamawiający zamierza przekazać dane osobowe Wykonawcy? Proszę o wskazanie wszystkich sytuacji, w których konieczne będzie powierzenie takich danych osobowych w ramach realizacji Umowy głównej. O taką informację należy uzupełnić zapis § 3 ust. 2 projektu umowy, który w tym momencie ma brzmienie zbyt ogólne.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 103 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 3 projektu umowy, w celu zapewnienia spełniania wymogów z art. 28 ust. 3 akapit 1 RODO (wskazanie kategorii osób, których dotyczą powierzone dane osobowe) w ten sposób, że po ustępie drugim zostanie dodany ustęp trzeci w którym wskazane zostanie jakich kategorii osób (np. pacjenci, pracownicy Zamawiającego) dotyczyć będą powierzone dane osobowe?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 104 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 3 projektu umowy, w celu zapewnienia spełniania wymogów z art. 28 ust. 3 akapit 1 RODO w ten sposób, że po ustępie trzecim zostanie dodany ustęp czwarty, w którym wskazane zostanie jakich dokładnie czynności przetwarzania będzie dokonywał Wykonawca?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 105 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 5 lit. a) zdanie drugie projektu umowy w ten sposób, że zostanie mu nadane brzmienie następujące: „Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków,”? Obowiązek uaktualniania stosowanych przez Wykonawcę środków bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych w porozumieniu z administratorem danych jest nieuzasadniony, gdyż zgodnie z RODO podmioty przetwarzające samodzielnie decydują o stosowaniu tychże środków.

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 106 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 6 projektu umowy w ten sposób, że zostanie mu nadane brzmienie następujące: „W sytuacji stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do:

- a) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 36 godzin od stwierdzenia naruszenia, w tym informacji wymaganych na podstawie z art. 33 ust. 3 RODO,
- b) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora w terminie do 7 dni od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych,
- c) jeśli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych i nie zachodzi żadna z okoliczności wyłączeniowych obowiązku dokonania zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, wskazanych w art. 34 ust. 3 RODO – przekazania Administratorowi, na jego żądanie, informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, wymaganych na podstawie art. 34 ust. 2 RODO, w terminie do 7 dni od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.”?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 107 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 7 (w wyniku błędnej adiustacji, zapisowi temu w projekcie umowy nadano błędną numerację tj.: ust. 11 zamiast prawidłowo: ust. 7) projektu umowy w ten sposób, że zostanie mu nadane brzmienie następujące: „Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora – do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 14 dni od otrzymania żądania Administratora.”?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 108 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Czy zapis § 6 ust. 9 (w wyniku błędnej adiustacji zapisowi temu w projekcie umowy nadano błędną numerację tj.: ust. 13 zamiast prawidłowo: ust. 9) projektu umowy należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on dokonywania przez Wykonawcę zawiadomień wyłącznie w zakresie, w jakim wskazane tam okoliczności dotyczą danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego, o których mowa w § 3 ust. 1 projektu umowy?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 109 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 2 projektu umowy, Wykonawca musi uprzedzić Zamawiającego o zamiarze dalszego powierzenia przetwarzania danych podwykonawcom (tj. innym podmiotom przetwarzającym) celem umożliwienia wniesienia Zamawiającemu sprzeciwu co do takich podmiotów. Wskazana w ww. zapisie procedura informowania o innych podmiotach przetwarzających nie spełnia wymogu uzyskania wyraźnej zgody administratora danych na dalsze powierzenie przetwarzania danych, o której mowa w art. 28 ust. 2 RODO, albowiem milczenia administratora polegającego na braku wniesienia przez niego sprzeciwu w określonym terminie, nie można utożsamiać z wyraźną zgodą administratora na dalsze powierzenie. Czy Zamawiający wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych i dodanie do umowy powierzenia listy podwykonawców, którym Wykonawca powierzy do dalszego przetwarzania dane osobowe przekazane mu przez Zamawiającego, a także na dokonanie zmiany treści § 7 ust. 2 projektu umowy, przez nadanie mu brzmienia następującego: „Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie danych osobowych przez Przetwarzającego, jedynie w celu wskazanym w ust. 1 powyżej, podwykonawcom Przetwarzającego, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia (zwanym dalej „innymi podmiotami”). Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, którzy nie są wymienieni w załączniku nr 1 do Umowy Powierzenia, na podstawie uprzedniej ogólnej zgody Administratora i w tym celu zobowiązany jest do poinformowania Administratora w formie pisemnej lub dokumentowej o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy Powierzenia. Administrator w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww. informacji może wyrazić sprzeciw wobec takich zmian, a oświadczenie o sprzeciwie Administratora wymaga zachowania formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. Jeżeli Administrator w ww. terminie nie zgłosi sprzeciwu, zmiany, o których mowa powyżej, uważa się za zaakceptowane przez Administratora.”?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 110 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 7 ust. 3 projektu umowy w ten sposób, że po zdaniu drugim zostanie dodane zdanie trzecie o brzmieniu następującym: „Za każde pisemne polecenie Administratora należy uznać niniejszą Umowę Powierzenia, Umowę główną, a także każde polecenie wydane w ramach ich wykonywania.”?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 111 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 7 ust. 4 projektu umowy w ten sposób, że zostanie mu nadane brzmienie następujące: „Inny podmiot, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w niniejszej Umowie.”?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 112 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 7 ust. 5 projektu umowy w ten sposób, że zostanie mu nadane brzmienie następujące: „Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na innym podmiocie obowiązków ochrony danych.”?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 113 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 ust. 3 projektu umowy, poprzez dodanie w nim minimalnego terminu jaki będzie wskazywany przez Zamawiającego do usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień, który nie będzie krótszy niż 14 dni?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 114 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 11 ust. 1 projektu umowy, poprzez uzależnienie możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy powierzenia przez Zamawiającego od wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Zamawiającego odpowiedniego, co najmniej 14-dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 115 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z zapisem § 11 ust. 2 projektu umowy, rozwiązanie przez Zamawiającego umowy powierzenia bez zachowania terminu wypowiedzenia uprawnia jednocześnie Zamawiającego do rozwiązania w tym trybie Umowy głównej. Postanowienie takie nie odnosi się do zasad przetwarzania danych osobowych i modyfikuje postanowienia Umowy głównej dotyczące okresu obowiązywania tej umowy, co może zostać zakwalifikowane jako nieuprawniona modyfikacja takiej umowy (art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych). Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie zapisu § 11 ust. 2 projektu umowy w całości?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 116 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 19 ust. 2 zatytułowanego „Przetwarzanie danych osobowych” w punkcie 2) tego ustępu w projekcie Umowy głównej stanowiącej załącznik do SIWZ mającego brzmienie: „W przypadku określonym w pkt 1) Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności” w ten sposób, że zostanie mu nadane brzmienie następujące: „W przypadku określonym w pkt 1) Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy ochronę danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.”?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 117 dot. wzoru umowy § 4**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia zgłoszenia” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 118 dot. wzoru umowy § 6 ust.3 lit.b)**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 6 ust. 3 lit.b).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 119 dot. wzoru umowy § 13 ust.1**

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjnych na rzecz Zamawiającego w wysokości:

- a) 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy;
- b) 0,2% wartości brutto niewykonanego lub nienależyście wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależyście wykonanego zamówienia;
- c) 0,2% wartości brutto nienależyście wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, w sposób inny niż poprzez opóźnienie za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto nienależyście wykonanego przedmiotu umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

*[Signature]*  
Apteka  
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego  
UM w Poznaniu  
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań  
mgr farmakologa Beata Zoellner  
specjalista farmacji klinicznej, 117, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szpitala

dr hab. med. *[Signature]* Szczepan Cofta

Dyrektor Szpitala

Referent

*[Signature]*  
Oprac. Beata Zoellner



salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 000000185

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, Osiedle Rusa 55

