

Dreźnie, dnia 16 sierpnia 2022 roku

**Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych do iniekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/13/2022, 2022/BZP 00302508/01 z dnia 11.08.2022 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą*, udziela następujących wyjaśnień i wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytanie 1

pakiet 9 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania 9 poz. 1-3 wkluc centralnych i utworzenie odrębnego pakietu. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości ofert, a tym samym uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. do pytania 1

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 2

pakiet nr 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie wkluc centralnych brandu Arrow wg opisu: sterylny zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik dwuświatłowy 7F, skład: rozszerzadło, igła punkcyjna 18 G/6,35cm, prowadnica z nitinolu (jedna końcówka J, druga miękka prosta, umieszczona w poszewce), strzykawka 5ml, system mocowania skrzydelka ruchomy, igła prosta bez zaworu bocznego, widoczny w promieniach RTG, dostępne rozmiary: 7Fr/14,18Ga/16cm oraz 7Fr/18,14Ga/20cm.

Odp. do pytania 2

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 9 poz. 1 na sterylny zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik dwuświatłowy 7F, skład: rozszerzadło, igła punkcyjna 18 G/6,35cm, prowadnica z nitinolu (jedna końcówka J, druga miękka prosta, umieszczona w poszewce), strzykawka 5ml, system mocowania skrzydelka ruchomy, igła prosta bez zaworu bocznego, widoczny w promieniach RTG, dostęp do rozmiarów: 7Fr/14,18Ga/16cm oraz 7Fr/18,14Ga/20cm.

Pytanie 3

Pakiet 9 poz.2

Prosimy o dopuszczenie wkluc centralnych brandu Arrow wg opisu: sterylny zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik trzyświatłowy 7F, skład: rozszerzadło, igła punkcyjna 18 G/6,35cm, prowadnica z nitinolu (jedna końcówka J, druga miękka prosta, umieszczona w poszewce), strzykawka 5ml, system mocowania skrzydelka ruchomy, igła prosta bez zaworu bocznego, widoczny w promieniach RTG, dostępne rozmiary: 7Fr/16,18,18Ga/16cm oraz 7Fr/16,18,18Ga/20cm.

Odp. do pytania 3

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 9 poz. 2 na sterylny zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik trzyświatłowy 7F, skład: rozszerzadło, igła punkcyjna 18 G/6,35cm, prowadnica z nitinolu (jedna końcówka J, druga miękka prosta, umieszczona w poszewce), strzykawka 5ml, system mocowania skrzydelka ruchomy, igła prosta bez zaworu bocznego, widoczny w promieniach RTG, dostęp do rozmiarów: 7Fr/16,18,18Ga/16cm oraz 7Fr/16,18,18Ga/20cm.

Pytanie 4

Pakiet 9 poz.3

Prosimy o dopuszczenie wkluc centralnych brandu Arrow wg opisu: sterylny zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik czteroświatłowy 8,5F, skład: rozszerzadło, igła punkcyjna 18 G/6,35cm, prowadnica z nitinolu (jedna końcówka J, druga miękka prosta, umieszczona w poszewce), strzykawka 5ml, system mocowania skrzydelka ruchomy, igła prosta bez zaworu bocznego, widoczny w promieniach RTG, dostępne rozmiary: 8,5Fr/16,14,18,18Ga/16cm oraz 8,5Fr/16,14,18,18Ga/20cm.

Odp. do pytania 4

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 9 poz. 3 na sterylny zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik czteroświatłowy 8,5F, skład: rozszerzadło, igła punkcyjna 18 G/6,35cm, prowadnica z nitinolu (jedna końcówka J, druga miękka prosta, umieszczona w poszewce), strzykawka 5ml, system mocowania skrzydełka ruchomy, igła prosta bez zaworu bocznego, widoczny w promieniach RTG, dostęp do rozmiarów: 8,5Fr/16,14,18,18Ga/16cm oraz 8,5Fr/16,14,18,18Ga/20cm.

Pytanie 5

Pakiet 1, poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odp. do pytania 5

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 5 na strzykawki konfekcjonowane po 80szt. w opakowaniu, z przeliczeniem ilości oraz wpisaniem oferowanej ilości oraz wielkości opakowania w kolumnie "j.m."

Pytanie 6

Pakiet 1, poz. 9-10

Proszę o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Odp. do pytania 6

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 7

Pakiet 6, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z PVC.

Odp. do pytania 7

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 8

Pakiet 6, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z PVC.

Odp. do pytania 8

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 9

Pakiet 6, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 55mm w części przezroczystej.

Odp. do pytania 9

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 10

Pakiet 6, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62 mm

Odp. do pytania 10

Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie 1 poz. 3 przezroczysta komora kroplowa winna mieć wysokość minimum 60mm.

Pytanie 11

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny skalowane co 0,05ml z dołączaną igłą w rozmiarze 0,45x13mm?

Odp. do pytania 11

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 12

Pakiet 1, pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Odp. do pytania 12

Zamawiający nie stawia w ww. zakresie dodatkowych wymagań.

Dopuszcza się złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 2-5 na strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej.

Pytanie 13

Pakiet 1, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą pomiarową?

Odp. do pytania 13

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 14

Pakiet 5, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV?

Odp. do pytania 14

Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie 5 poz. 1-3 przedmiotem zamówienia nie są przyrządy do przetoczeń.

Pytanie 15

Pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości min. 50mm?

Odp. do pytania 15

Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie 5 poz. 3 przedmiotem zamówienia nie są przyrządy do przetoczeń.

Pytanie 16

Pakiet 2 poz.9

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 9 z pakietu 2 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przeloży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odp. do pytania 16

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 17

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 3 :

3. W przypadku uchybień terminów określonych w:

a) §2 ust.1 Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanego bieżącego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego bieżącego zamówienia.**

b) §3 ust.7 Zamawiającemu uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości **0,5%** wartości brutto zareklamowanego bieżącego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego bieżącego zamówienia.**

Odp. do pytania 17

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 18

Pakiet 6 poz. 1-3

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

Pakiet 6, poz. 1-3 Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. do pytania 18

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 19

Pakiet 6 poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odp. do pytania 19

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 20

Pakiet 6 poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. do pytania 20

Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie 6 poz. 2-3 wymaga, aby oznaczenia dotyczące zawartości ftalanów były na każdym opakowaniu. Nie stawia się wymagań co do sposobu prezentowania tej informacji.

Pytanie 21

Pakiet 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10cm?

Odp. do pytania 21

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 22

Pakiet 6, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. do pytania 22

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 23

Pakiet 6, poz. 3

Czy zamawiający dopuszcza tym samym wycenę w osobnej pozycji? (z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT)

Odp. do pytania 23

Zamawiający wyjaśnia, że dla prawidłowej wyceny w pakiecie 6 poz.. 3 Wykonawca może w treści załącznika nr 1 do oferty wprowadzić dodatkową pozycję asortymentową (np.: 3a), jeżeli worek do ochrony podawanego płynu ma winną stawkę VAT.

Pytanie 24

Pakiet 1, poz. 6-8

Czy zamawiający wydzieli poz.6-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. do pytania 24

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia i wprowadzone zmiany SWZ zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/650300> dnia 16.08.2022 r.