

**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/2117/1187/24

Data: 11.06.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup diagnostycznego sprzętu medycznego na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak Sprawy 1830/2024 w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu nr LTPL00022, pn. „Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

PYTANIE nr 1

Dotyczy Pakietu nr 2 Rektoskop, do optyki TEO/TATME - Czy w pkt. opisującym optykę nie doszło do omyłki pisarskiej i optyka powinna mieć kąt patrzenia 30°, średnicę 5,5 mm, długość 50 cm, a przyłączy do światłowodu powinno być pod kątem 45° do optyki?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 11.06.2024 r. Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem