

ZAŁĄCZNIK nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 1

| LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU | | Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia |
|-----|---|---|---|---------|-------|------------------------|---|----------------|---|--|
| 1. | Macerator do utylizacji zużytych naczyń jednorazowego użytku wykonanych z pupły celulozowej | Ładowność/ cykl: 1 basen lub kaczka lub większa ładowność | | szt. | 3 | | | | | Producent : Model / Typ : |
| | | Odprowadzanie ścieku: rura odpływowa 50 mm lub 100 mm | | | | | | | | |
| | | Zużycie wody na 1 cykl : max do 12 litrów | | | | | | | | |
| | | Czas 1 cyklu: max do 60 sekund | | | | | | | | |
| | | Silnik jednofazowy, 230 V – 50 Hz, 13A | | | | | | | | |
| | | Rura doprowadzająca wodę: ¾" | | | | | | | | |
| | | Bęben i głowica tnąca wykonane ze stali nierdzewnej | | | | | | | | |
| | | Obudowa (ściany) wykonana ze stali nierdzewnej, panel główny wykonany z tworzywa sztucznego o właściwościach ograniczających wzrost mikroorganizmów lub macerator w całości wykonany ze stali kwasoodpornej, pokrytej powłoką antybakteryjną. | | | | | | | | |
| | | Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego lub metalu zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne | | | | | | | | |
| | | Fabrycznie nowy, Rok produkcji : 2023 r. | | | | | | | | |

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

ZAŁĄCZNIK nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 2

| lp. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU | | Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia |
|-----|---|--------------------------------|---|---------|-------|------------------------|---|----------------|---|---|
| 1. | Nosze główne z transporterem zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 i PN EN 1789 dla ambulansów transportowych | w zestawie nosze i transporter | | szt. | 1 | | | | | Producent : |

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

ZAŁĄCZNIK nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 3

| LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU | | Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia |
|--|----------------------------------|--|---|---------|-------|------------------------|---|----------------|---|--|
| 1. | Podnośnik kąpielowo-transportowy | udźwig od min. 175 kg | | szt. | 2 | | | | | Producent : Model / Typ : |
| automatyczny, zasilany elektrycznie | | | | | | | | | | |
| wieszak z czterema punktami do zawieszenia uprząży/nosidła | | | | | | | | | | |
| uchwyty do prowadzenia podnośnika | | | | | | | | | | |
| sterowanie pilotem, bezprzewodowym lub na kablu | | | | | | | | | | |
| umożliwia podnoszenie pacjenta z łóżka, wózka lub podłogi | | | | | | | | | | |
| min 4 kółka jezdne, z czego min. 2 z hamulcami | | | | | | | | | | |
| wyposażony w przycisk awaryjnego wyłączenia | | | | | | | | | | |
| konstrukcja umożliwia składanie i rozkładanie podnośnika bez użycia narzędzi | | | | | | | | | | |
| z regulacją rozstawu osi | | | | | | | | | | |
| możliwość opuszczenia pacjenta przy braku zasilania | | | | | | | | | | |
| wewnętrzna ładowarka akumulatora | | | | | | | | | | |
| w zestawie nosidło/uprząż ze wsparciem głowy i pleców, z materiału przepuszczającego wodę ułatwiającego kąpiel pacjenta, | | | | | | | | | | |
| możliwość prania w temp. Min 60°C - 1 szt. | | | | | | | | | | |
| wymienny akumulator bez użycia narzędzi | | | | | | | | | | |
| instrukcja obsługi w języku polskim | | | | | | | | | | |
| wyrób medyczny | | | | | | | | | | |
| fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | | | | | | | | | | |
| 2. | Uprząż | uprząż/nosidło ze wsparciem głowy i pleców, z materiału przepuszczającego wodę ułatwiającego kąpiel pacjenta, możliwość prania w temp. Min 60oC, | | szt. | 4 | | | | | Producent : Model / Typ : |
| pasujące do podnośnika z poz nr 1 | | | | | | | | | | |
| fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wartość netto | | Wartość brutto | |
| RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 3 | | | | | | | | | | |

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP