

Konin, dnia 22.12.2021 roku

WSZ-EP-42/1208/2021

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-42/2021

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 6

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści sondy do żywienia z medycznego PCV nie zawierające ftalanów z miękką nasadką i korkiem. kodowane kolorystycznie, koniec dystalny zamknięty, dwa otwory boczne, przezroczyste, cieniujące w RTG

Rozmiar Ch 16,18,21 długość 125cm?

Zamawiający dopuszcza powyższe sondy i związku z tym zmienia zapisy załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie numer 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 10

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 1 dopuści:

Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/7 cm, nitinolowy przewodnik typu „J”, 3-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące. W rozmiarach: 7,5Fr/18,18,14Ga/16 cm , 7,5 Fr/18,18,14 Ga/20 cm

Zamawiający dopuszcza powyższy zestaw i związku z tym zmienia zapisy załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie numer 10 poz. 1

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 2 dopuści:

Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/7 cm, nitinolowy przewodnik typu „J”, 4-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące. W rozmiarach: 8,5Fr/18,18, 16,14 Ga/16 cm 8,5Fr/18,18, 16,14 Ga/20 cm

Zamawiający dopuszcza powyższe zestawy i związku z tym zmienia zapisy załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie numer 10.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 11

Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści:

system bezigłowy z dwuświatłową poliuretanową przedłużką o długości 10cm każda, objętość wypełnienia 0,34 ml, średnica ww.1,50 x zew.2,50mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie?

Zamawiający dopuszcza powyższy system i związku z tym zmienia zapisy załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie numer 11.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.