

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowy bez negocjacji na dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych elektrod grafitowych prętowych i dyskowych, kubeczków wysokotemperaturowych i podłoża szklanego.

Nr postępowania 12/Z-34/7131/PN/2022/D

### ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

**Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25), zmienia treść SWZ w następujący sposób:**

Pkt. 1. 2. w pierwszej kolumnie w Tabeli nr 1 w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz w Formularzu technicznym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ (Elektrody grafitowe) otrzymuje brzmienie:

*„Elektrody dyskowe NSN 5977-00-464-8496 są materiałami eksploatacyjnymi dla spektrometrów emisyjnych z rotacyjną elektrodą dyskową typu SPECTROIL M. Wykonane z wysokiej czystości grafitu. Całkowity maksymalny poziom zanieczyszczeń wszystkich pierwiastków nie przekracza 2 ppm.”*

Pkt. 8.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

*„Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **28.04.2022 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert.”*

Pkt. 10.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

*„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://itwl.platformazakupowa.pl/pn/itwl do dnia **30.03.2022 r. do godziny 11:00.**”*

Pkt. 10.7 SWZ otrzymuje brzmienie:

*„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 30.03.2022 r. o godzinie 11:15**”*

**Prosimy o uwzględnienie niniejszej zmiany SWZ przy opracowywaniu oferty.**

.....  
(podpis)