

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190151-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Włocławek: Materiały medyczne
2023/S 065-190151**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 040-114987)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Krajowy numer identyfikacyjny: 888 - 31-17-873

Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49

Miejscowość: Włocławek

Kod NUTS: PL619 Włocławski

Kod pocztowy: 87-800

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: mgr Justyna Kwiatkowska – Inspektor Działu Zamówień Publicznych.

E-mail: justyna.kwiatkowska@szpital.wloclawek.pl

Tel.: +48 544129670

Faks: +48 544129432

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

DOSTAWA APARATÓW DO PRZETOCZEŃ, STRZYKAWEK I INNEGO DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY

Numer referencyjny: DZP/ 15/2023

II.1.2) Główny kod CPV

33140000 Materiały medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do przetoczeń, strzykawek i innego drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach od nr 2.1 do 2.28 SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/03/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 040-114987](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Powinno być:

Wymagania dla Części nr 1:

1. Zamawiający wymaga, aby przyrządy do przetaczania określone w pozycji 1 wyposażone były w odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994% oraz wirusów (VFE) min. 99,99964% (potwierdzone wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty).
2. Zamawiający wymaga dla asortymentu określonego w pozycji 4, 5, 6 strzykawek z końcówką Luer-Lock.
3. Zamawiający wymaga, aby strzykawki określone w pozycji 8, 9 pochodziły od jednego producenta.
4. Zamawiający wymaga, aby strzykawki określone w pozycji 8, 9 były wkalibrowane w menu pompy wskazanej dla tych pozycji w SWZ.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Czujnik typu Camino do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego

Powinno być:

Przetwornik ICP typu MIKROSENSOR CODMAN

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 22

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu dokładny opis wymagań dla przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.22 do SWZ.

Powinno być:

Wymagania dla portów naczyniowych:

1. Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru w ramach zapasu konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby po podpisaniu umowy, dostawa początkowego zapasu konsygnacyjnego w zakresie Części nr 22 nastąpiła w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował początkowy zapas konsygnacyjny w ilości 4 kompletów.
4. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r., poz. 974)

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 12/04/2023

Czas lokalny: 08:00

Powinno być:

Data: 19/04/2023

Czas lokalny: 08:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.

Oferta musi zachować ważność do:

Zamiast:

Data: 10/07/2023

Powinno być:

Data: 17/07/2023

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 12/04/2023

Czas lokalny: 08:30

Powinno być:

Data: 19/04/2023

Czas lokalny: 08:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**