



SPECJALISTYCZNY SZPITAL

im. E. Szczeklika w Tarnowie

Znak: AE/ZP-27-26/21

Tarnów, 13-08-2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz.1,2** – Prosimy o potwierdzenie czy w pozycji Nr 1 i 2 należy zaoferować igły do biopsji szpiku z metalowym przyłączem luer-lock do podłączenia strzykawki?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz.1** - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji 1 igieł do biopsji histopatologicznej z możliwością regulacji w zakresie 15 mm i 22 mm, spełniających pozostałe wymagania SWZ. Igły o które wnioskujemy były już dostarczane do Zamawiającego w ramach dostaw z poprzednich umów przetargowych.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1** - Ze względu na to, że typowa kaniula neonatologiczna nie posiada bocznego portu, czy Zamawiający wymaga kaniuli bez portu, ze zdejmowalnym dodatkowym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1** - Czy Zamawiający wymaga kaniuli neonatologicznej 24 G posiadającej 4 paski radiocieniujące ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2-6** - Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylnych posiadających 4 paski radiocieniujące ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2,3 poz.1** - Ze względu na to, że typowa kaniula neonatologiczna 24 G i 26 G, nie posiada bocznego portu, czy Zamawiający wymaga kaniuli bez portu, ze zdejmowalnym dodatkowym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologicznej w G 26 Przepływu 10 ml/min?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2,3 poz.1** - Czy Zamawiający wymaga kaniuli neonatologicznej 24 G i 26 G posiadających 4 paski radiocieniujące?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylnych posiadających 4 paski radiocieniujące?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 6** - Czy Zamawiający wymaga Strzykawki do pomp 20 ml z podwójnie uszczelnionym tłokiem ?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2- 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek 2 ml, 5 ml, 10 ml i podanie ceny za opakowanie 100 szt.?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek 20 ml i podanie ceny za opakowanie 80 szt.?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 7-8** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Strzykawki do pomp ze skalą 50ml biała / bursztyn?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 9** - Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janeta 100 ml z podwójnym reduktorem?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 9** - Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?
16. **Dotyczy. pkt. 23.9 i 23.10 – Projektowanych postanowień umowy** - Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru projektowanych postanowień umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?
17. **Dotyczy. pkt. 23.14 i 23.16 – Projektowanych postanowień umowy**- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 23.14 i 23.16:



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

PKO Bank Polski 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641



Dot. pkt. 23.14 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii towaru

b) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii towaru

c) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki - w przypadku nieusunięcia wad towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii towaru
W zakresie dostaw zwykłych naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie (maksymalnie 3 dni robocze) dni roboczych od daty zgłoszenia. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa pkt.23.14 SWZ nie może przekroczyć 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Dot. pkt. 23.16 - W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

18. **Dotyczy Projektowanych postanowień umowy**- Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1** – Prosimy o dopuszczenie zestawów do cystostomii 10F, składający się z następujących elementów: kateter Pigtail, igła rozwijalna, kołnierz mocujący, skalpel.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie zestawów do cystostomii 12F, składający się z następujących elementów: kateter Pigtail, igła rozwijalna, kołnierz mocujący, skalpel.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 3** - Prosimy o dopuszczenie zestawów do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 6F, składający się z następujących elementów: kateter Pigtail 6F x 26 cm, igła dwuczęściowa 18G x 20 cm, opaska zaciskowa, kołnierz.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 4** - Prosimy o dopuszczenie zestawów do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 12F, składający się z następujących elementów: kateter Pigtail 12F x 26 cm, igła dwuczęściowa 18G x 20 cm, opaska zaciskowa, kołnierz.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 5** - Prosimy o dopuszczenie Zestawów do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 12F, składający się z następujących elementów: kateter Pigtail 12F x 26 cm, igła dwuczęściowa 18G x 20 cm, opaska zaciskowa, kołnierz.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1**- Czy Zamawiający dopuści worek ileostomijny jednoczęściowy, przezroczysty, otwarty, płytka hydrokoloidowa, zapobiegająca podrażnieniom, odpływ zamykany na rzep, z filtrem, płytka z podziałką, możliwość docięcia 10-55 mm
25. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści worek ileostomijny, jednoczęściowy, przezroczysty, otwarty, płytka hydrokoloidowa, chroniąca przed działaniem wilgoci, odpływ zamykany na rzep, z filtrem, płytka z podziałką, możliwość docięcia 10-76 mm
26. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści płytkę stomijną, do systemu dwuczęściowego, hydrokoloidowa, zapobiegającą podrażnieniom, z podziałką, rozmiary 40 docięcie 10-35 mm, 50 docięcie



40-45 mm, 60 docięcie 10-55 mm i 70 docięcie 10-65 mm, kompatybilna z workami w tych samych rozmiarach (poz. 3).

27. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści worek kolostomijny, przezroczysty lub cielisty, zamknięty, kompatybilny z płytą z poz. 2, pojemność 550 ml
28. Czy Zamawiający zgodzi się na realizację zamówień w trybie pilnym do 2 dni (w zakresie pakietu 30)? Ze względu iż nasz magazyn mieści się na Węgrzech nie jesteśmy w stanie zapewnić szybszej dostawy.
29. **Dotyczy Projektowanych postanowień umowy pkt.23.2** - Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z każdą dostawą dokumentów dopuszczających jak deklaracje zgodności i certyfikaty jakości (wymienione w p. 23.2 SWZ). Technicznie nie jest to możliwe, gdyż magazyn nie jest zaopatrzony w tego typu dokumenty. Jesteśmy w stanie przedłożyć wymagane dokumenty osobno, nie z towarem, na każde żądanie Zamawiającego.
30. **Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.
31. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Jesteśmy także w stanie dostarczyć fakturę elektroniczną (format pdf) na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 poz. 1 i 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowania igły do biopsji szpiku z metalowym przyłączem luer-lock do podłączenia strzykawki. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 25 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie igieł do biopsji histopatologicznej z możliwością regulacji w zakresie od 15mm do 22mm, spełniających pozostałe wymagania SWZ.

Ad. 3

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad. 4

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 nie wymaga ale dopuszcza również aby zaoferowana kaniula neonatologiczna 24G posiadała 4 paski radiocieniujące. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Ad. 5

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 2 - 6 nie wymaga ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule dożylnie posiadały 4 paski radiocieniujące. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Ad. 6

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1 podtrzymuje zapis SWZ. Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 3 poz. 1 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad. 7

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad. 8

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1 nie wymaga ale dopuszcza również aby zaoferowana kaniula neonatologiczna 24G posiadała 4 paski radiocieniujące. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 3 poz. 1 nie wymaga ale dopuszcza również aby zaoferowana kaniula neonatologiczna 26G posiadała 4 paski radiocieniujące. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Ad. 9

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 4 poz. 1 nie wymaga ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule dożylnie posiadały 4 paski radiocieniujące. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.



Ad. 10

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 9 poz. 6 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie Strzykawek do pomp 20 ml z podwójnie uszczelnionym tłokiem. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Ad.11

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 9 poz. 2 dopuszcza również wycenę za opakowanie handlowe 100 sztuk w ilości 421 opakowań. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 9 poz. 3 dopuszcza również wycenę za opakowanie handlowe 100 sztuk w ilości 876 opakowań. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 9 poz. 4 dopuszcza również wycenę za opakowanie handlowe 100 sztuk w ilości 836 opakowań. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Ad.12

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 9 poz. 5 dopuszcza również wycenę za opakowanie handlowe 80 sztuk w ilości 1470 opakowań. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Ad.13

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 9 poz. 7 dopuszcza również zaoferowanie Strzykawek do pomp ze skalą 50 ml pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 9 poz. 8 dopuszcza również zaoferowanie Strzykawek do pomp ze skalą 50 ml pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad.14

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 9 poz. 9 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SWZ.

Ad.15

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 9 poz. 9 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SWZ.

Ad.16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach w pkt.23.9 i pkt. 23.10 SWZ.

Ad.17

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach w pkt. 23.14 SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach w pkt. 23.16 SWZ.

Ad.18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach SWZ.

Ad.19

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 15 poz. 1 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad.20

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 15 poz. 2 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad.21

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 15 poz. 3 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad.22

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 15 poz. 4 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad.23

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 15 poz. 5 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad.24

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie worka ileostomijnego jednoczęściowego, przezroczystego, otwartego, z płytką hydrokoloidową zapobiegającą podrażnieniom, odpływ zamykany na rzep, z filtrem, płytka z podziałką, możliwość docięcia 10- 55 mm.

Ad.25

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie worka ileostomijnego jednoczęściowego, przezroczystego, otwartego, z płytką hydrokoloidową chroniącą przed działaniem wilgoci, odpływ zamykany na rzep, z filtrem, płytka z podziałką, możliwość docięcia 10- 76 mm.

Ad.26

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie płytki stomijnej, do systemu dwuczęściowego, hydrokoloidowej, zapobiegającej podrażnieniom, z podziałką, rozmiary 40 docięcie 10-

35 mm, 50 docięcie 10-45 mm, 60 docięcie 10-55 mm, 70 docięcie 10-65mm, kompatybilnej z workami w tych samych rozmiarach (pozycja 3).

Ad.27

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie worka kolostomijnego, przezroczystego lub cielistego, zamkniętego, kompatybilnego z płytką z pozycji 2, o pojemności 550 ml.

Ad.28

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Ad.29

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ w zakresie pkt. 23.2.

Ad.30

Zamawiający określił wymagane ilości asortymentu z Pakietu Nr 30 w Formularzu Cenowym, Załącznik Nr 1 do SWZ. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie pełnych opakowań handlowych (worki stomijne pakowane po 30 szt. w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 szt. w opakowaniu handlowym), pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę wymaganej ilości asortymentu podanej przez Zamawiającego w formularzu cenowym.

Ad.31

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 dopuszcza również możliwość wysłania faktury osobno nie wraz z towarem, pod warunkiem niezwłocznego wysłania faktury faksem lub w formie skanu na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy oraz dostarczenie oryginału faktury do Zamawiającego w ciągu 48 godzin.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

DYREKTOR
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta