



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel. : 47 710 41 00 fax: 47 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



DZP.2344.31.2021

Białystok, 08.09.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

Pakiet nr 1

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi strzykawki. Oferowane przez nas strzykawki są w opakowaniu folia-papier, przez część przezroczystą (foliową) widać rozmiar strzykawki, ponadto zamieszczony jest wyraźny opis rozmiaru na części papierowej. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu a'100 szt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 1 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada samodomykający się koreczek portu bocznego z trzpieniem powyżej krawędzi, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku. Port umiejscowiony w osi skrzydełek. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy oraz elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszywania. Nazwa producenta na opakowaniu. Parametry przedstawiają się następująco:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm
Zielony	18 G	1,3 x 45
	18 G	1,3 x 32
Różowy	20 G	1,1 x 32
	20 G	1,1 x 25
Niebieski	22 G	0,9 x 25

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy pakietu nr 1.

Pakiet nr 1 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu badań laboratoryjnych.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy pakietu nr 1.

Pakiet nr 38 poz. 4,5

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby koreczki i kaniule pochodziły od tego samego producenta. Koreczki, które oferujemy są w pełni kompatybilne z kaniulami stosowanymi na rynku jednorazowego sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 18

Proszę o doprecyzowanie: Resektoskopów jakiego producenta używa Zamawiający (Storz, Olympus, Wolf)?

Odpowiedź: Storz.

Pakiet nr 21 poz. 1

Czy zamawiający dopuści:

Jednorazowa igła iniekcyjna do ostrzyknięć endoskopowych. Długość robocza narzędzia 2300 mm. Długość igły :5mm. Średnica igły 19G, 22G, 25G. Posiada osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału biopsyjnego endoskopu . Uchwyt dostosowany do obsługi jedną ręką z blokadą z dobrze słyszalnym kliknięciem informującym o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki . Każda igła zapakowana oddzielnie w pakiet sterylny.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 21 poz. 2

Czy zamawiający dopuści:

Pętłe elektrochirurgiczne , kształt owalny , średnica pętli : 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36mm. Wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47mm . Długość narzędzia 2300mm do kanału roboczego minimum 2,8mm. Jednorazowa, zapakowana w pojedyncze pakiety.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 24

Czy zamawiający dopuści Balon do usuwania i rewizji dróg żółciowych. Trójkanałowy, trzystopniowy, dobrze widoczny w rtg. Dostępny z ujściem kontrastu powyżej lub poniżej balonu, współpracujący z przewodnikiem 0,035" i długością przewodnika 450cm.. Balon o kwadratowych ramionach. Wielkość balonu: 9/12/15mm, 12/15/18mm, 15/18/21mm. W zestawie wymagane strzykawki zapewniające bezpieczną inflację balonu do określonej średnicy. Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 26 poz. 1

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe igły iniekcyjne. Krótki kąt ścięcia, dostosowany do badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Długość robocza 2300mm. Średnica ostrza igły 23G -25G. Długość igły 3mm – 6 mm. Dostosowane do kanału roboczego 3,2 mm. Pakiety sterylne, do bezpośredniego użycia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 26 poz. 2

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe igły iniekcyjne. Kąt ścięcia, dostosowany do badań górnego odcinka przewodu pokarmowego. Długość robocza 2300mm. Średnica ostrza igły 21G -25G. Długość igły 4mm – 6 mm. Dostosowane do kanału roboczego 2,8 mm. Pakiety sterylne, do bezpośredniego użycia

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26 poz. 3

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe igły iniekcyjne. W teflonowej osłonce, wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły, oraz w blokadę wybranej pozycji. Z możliwością swobodnego wysuwania i chowania igły przy mocno wygiętym endoskopie. Średnica ostrza igły 21G-23G, długość ostrza 4-6mm, długość 230 cm. Pakiety sterylne gotowe do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 26 poz. 4

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe klipsy hemostatyczne. Klips dwuramienny załadowany do zestawu, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, posiadające mechanizm rotacji klipsa. Współpracujące z kanałem roboczym endoskopu min 2,8 mm, i długości pozwalającej na stosowanie w gastroskopach i kolonoskopach (min 195cm i 230cm). Pakiety sterylne, do bezpośredniego użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 27 poz. 1

Czy zamawiający dopuści: Sfinkterotom trójkanałowy: oddzielne kanały do przewodnika, drutu tnącego, podawania kontrastu. Końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ustawienia noża i oceny odległości, oraz znacznik widoczny w promieniach RTG. Długość narzędzia 200cm. Długość noska : 5mm i cięciwy 20mm, 25mm, 30mm. Nosek 2mm i 20mm i cięciwa 25mm, 30mm. Nosek 0mm i cięciwa 20mm, 25mm, 30mm. Część cięciwy pokryta warstwą izolacyjną zapobiegającą poparzeniom tkanki nie będącej celem papilotomii. Dostosowany do przewodnicy 0,035, wyposażony w mandryn stabilizujący dystalną część narzędzia Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm . Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia, jedna sztuka w opakowaniu

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 27 poz. 2

Czy zamawiający dopuści: Sfinkterotom trójkanałowy: oddzielne kanały do przewodnika, drutu tnącego, podawania kontrastu. Końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ustawienia noża i oceny odległości, oraz znacznik widoczny w promieniach RTG. Długość narzędzia 200cm. Długość noska: 5mm i cięciwy 20mm, lub 30mm. Część cięciwy pokryta warstwą izolacyjną zapobiegającą poparzeniom tkanki nie będącej celem papilotomii. Średnica przewodnicy 0,025,

wyposażony w mandryn stabilizujący dystalną część narzędzia Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia, jedna sztuka w opakowaniu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 28

Czy zamawiający dopuści Jednorazowy nóż igłowy, posiadający oddzielne kanały do: kontrastu, przewodnika, igły. Z możliwością wysuwania igły 4-6mm. Współpracujący z przewodnikiem 200cm. Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 30 poz. 1

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem, długość robocza 230cm , długość włosia 20mm , średnica 5mm , dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm. Pakowane pojedynczo , zbiorcze opakowanie do 50 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 30 poz. 2

Czy zamawiający dopuści: Pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100 szt

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 1

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe szczypce biopsyjne, o zwiększonej pojemności łopatek, z systemem umożliwiającym otwieranie bez względu na sposób zagięcia, z podwójnymi otworami szczękach. Średnica szczęk 2,3 mm. Długość 180 i 230 cm. Pokryte powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu przy znacznym jego zagięciu. Współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31 poz.2

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe szczypce biopsyjne. Długość robocza 230 mm, średnica szczęk 2,3 mm, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. Łyzeczki elipsoidalne z ząbkami z możliwością biopsji stycznej i możliwością otwarcia szczypiec w każdym zagięciu. Bez igły. Osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną i markerami sygnalizacyjnymi.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 3

Czy zamawiający dopuści: Jednorazowe szczypce biopsyjne. Długość robocza 180 i 230 cm. Średnica szczęk 2,3 mm, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. Łyzeczki z ząbkami i z okienkiem z możliwością biopsji stycznej i otwarcia szczypiec w każdym zagięciu. Bez igły i z igłą. Kształt łyżeczek okrągły i elipsoidalny. Osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną i markerami sygnalizacyjnymi.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 32

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 4 i dopuści Prowadnica jednorazowa . Srednica 0,025"lub 0,035" (do wyboru według potrzeb). Długość 4500mm . Końcówka prosta lub zakrzywiona , pokryta powłoką hydrofilną 60mm , widoczną w promieniach RTG . Końcówka umożliwi pomiar za pomocą znaczników , znacznik spiralny. Prowadnica pokryta powłoką hydrofilną. Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia , w opakowaniu 2 sztuki .

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43 poz. 2

Czy zamawiający dopuści:

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku. Długość narzędzia 1800 mm oraz 2300 mm , dostosowane do kanału roboczego min. 2,8 mm. Łyzeczki owalne oraz typu "aligator" z igłą lub bez , łyżeczki uchylne z możliwością biopsji stycznych , o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach wykonane ze stali nierdzewnej. Posiadające teflonową osłonkę bezpieczną dla kanałów biopsyjnych endoskopów . Szczypce zapakowane oddzielnie w pakiety sterylizowane metodą ETO .

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43 poz. 3

Czy zamawiający dopuści:

Pętle elektrochirurgiczne. Wykonane z plecionego drutu , średnica drutu 0,47mm . Srednica pętli 10, 15 ,24mm,36mm - do wyboru przez zamawiającego , długość robocza 230cm. Kształt pętli owalny. Opakowanie sterylne , gotowe do użycia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43 poz. 4

Czy zamawiający dopuści:

Jednorazowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Wymiary otworu głównego 22x27mm, wykonany z polipropylenu, taśma mocująca tekstylna. Ustnik i taśma mocująca bez zawartości lateksu. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie, opakowanie po 100 szt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. załącznika 1

Prosimy Zamawiającego o informację czy w formularzu cenowym podając „szacunkowa wielkość zamówienia” ma na myśli ilość sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające pojedyncza kryzę na korpusie strzykawki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające pojedynczą skalę?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające przewężenie na tłoku?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające rozszerzenie o 10% tj. 2ml – 2,2ml, 5ml – 5,5ml, 10ml – 11ml, 20ml - 22ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren CH 24 o średnicy wewn. 5,6mm i średnicy zewn. 8mm o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren CH 30 o średnicy wewn. 7mm i średnicy zewn. 10mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową o pojemności użytkowej 300ml i max. pojemności 900ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kateter o długości 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 35 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,03mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 38 poz. 1-5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby kaniule i koreczki były tego samego producenta, jednakże zapewniające kompatybilność oraz szczelność połączeń?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 38 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści kaniule o następujących parametrach:

- posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przysycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka – twardey blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 38 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koreczek posiadający trzpień powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem 40ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem 10ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 61

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie igły bez wzdłużnego rowkowania, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 61

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie również długość nici 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 61 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści szew o profilu podtrzymywania tkankowego po 43 dniach ok. 70%, pozostałe parametry zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 62

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie siatkę przepuklinową, sterylną, niewchłaniającą, monofilamentową, wykonaną z polipropylenu o grubości 0,60 mm +/-10%, wielkości porów 1,2-1,4 mm i grubości nici 0,15-0,20 mm, pakowane w zewnętrzne opakowanie papierowe i wewnętrzne pojedyncze papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 62

Czy Zamawiający dopuści siatki o rozmiarze odpowiednio:

- poz. 1- 6x11 cm
- poz. 2 - 8x12 cm
- poz. 3 - 8x15 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 1-2

Czy Zamawiający może doprecyzować jednostkę miary, którą postępuje się w pakiecie numer 8 (sztuka, opakowanie zbiorcze)?

Odpowiedź: Sztuka.

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowania foliowego.

Pakiet nr 2 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 38 poz. 4-5

Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 38 poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 38 poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 38 poz. 4

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 50

Czy Zamawiający w Pakiecie 50 w pozycji 1 dopuści zgłębniki o długości 90-120cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły o długości roboczej wyłącznie 2300 mm, długość igły wyłącznie 4 mm oraz 6 mm, śr. wyłącznie 21 G oraz 23 G, o kącie ścięcia igły wyłącznie 23,5 stopni? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle o grubości drutu 0,3 mm oraz 0,41 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pętle wyłącznie o kształcie owalnym, o długości roboczej 230 cm, o średnicach 10 mm, 15 mm, 25 mm oraz 32 mm, wykonane z drutu o standardowo giętkiego, z możliwością użycia elektrokoagulacji? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle o długości roboczej 230 cm, wykonane wyłącznie z drutu średnio giętkiego, średnice 15 mm oraz 25 mm, kształt wyłącznie owalny, z możliwością użycia elektrokoagulacji?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 23 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pętle o długości narzędzia 230 cm, o średnicy 15 mm oraz 25 mm, z możliwością użycia elektrokoagulacji? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 23 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji pętlę z siatką nylonową do usuwania polipów oraz ciał obcych, o średnicy ostonki 2,4 mm, średnica pętli 25 mm oraz 35 mm, długość narzędzia 230 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 24

Czy Zamawiający dopuści balon w kształcie jabłka, w zestawie z jedną wyskalowaną strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom z narzędziem o długości 180 cm, długość noska wyłącznie 5 mm, długość cięciwy 20 mm, 25 mm oraz 30 mm, bez mandrynu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom o długości 180 cm, długość nosa wyłącznie 5 mm, kompatybilny z przewodnicą 0,035'' bez mandrynu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów o długości roboczej 250 cm, średnica włosa 6/6 mm długość główki szczotki 20 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do gniazd dostosowane do kanału roboczego minimum 2,8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczypce z pojedynczymi otworami w szczękach, średnica szczęk 3,0 mm, długość wyłącznie 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczypce o długości roboczej 230 cm, średnica szczęk 2,3 mm, łyżeczki owalne? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczypce o długościach roboczych 160 cm oraz 230 cm, średnica szczęk 2,3 mm, kształt łyżeczek wyłącznie owalny? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczypce o długościach roboczych 160 cm oraz 230 cm, w osłonce polietylenowej, sterylizowane tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ustnik z gumką tekstylną, opakowanie po 100 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 2

Odnosnie Pakietu nr 2 w poz. 2 „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 2 wymaga „Sterylniej szczoteczki typu wachlarz.... „ o włoskach bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona część posiada włoski położone prostopadle do trzonu, co umożliwia jednoczesne pobranie zwiększonej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji? Czy Zamawiający wymaga szczoteczki wachlarz typ Combi?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 11

Czy zamawiający w Pakiecie 11 pozycja 1 zamiast produktu wskazanego w SWZ dopuści: Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 10mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon (wytrzymałość na rozerwanie 0,78 kg/cm²), wielkość otworu około 6,2 cm. Długość robocza 35-37 cm. Pojemność 275 ml. Pragnę zaznaczyć, że jest to produkt obecnie używany w Państwa szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11

Czy zamawiający wymaga, aby worki do pobierania próbek wskazane w Pakiecie 11 poz. 1 miały możliwość kilkukrotnego wysuwania i wsuwania ich w trzon przy utrzymaniu właściwości worka (jest to istotne, jeżeli po włożeniu worka do pacjenta, okazuje się, że jeszcze trzeba wykonać część zabiegu, lub też w przypadku, gdy okaże się niemożliwe wyciągnięcie próbki przez jeden trokar, w którym obecnie jest worek, a możliwe i bezpieczne dla pacjenta jest wyciągnięcie próbki przez inny). Pragnę zaznaczyć, że produkty z taką funkcjonalnością były używane w Państwa szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 13

Czy zamawiający w Pakiecie 13 pozycja 3 miał na myśli trokar o średnicy 12mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ (w dalszej części wymaganych parametrów wskazane jest, że trokar ma mieścić narzędzia od 5 do 12mm, stąd nasze pytanie o doprecyzowanie)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w pakiecie nr 13 poz. 3 trokaru o średnicy 12mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet nr 17

Czy zamawiający w Pakiecie 17 pozycja 2 dopuści klipsownicę zawierającą 16 klipsów (zamiast 18), pozostałe parametry zgodne z SWZ? Jest to produkt obecnie używany w Państwa szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 17

Czy zamawiający w Pakiecie 17 pozycja 3 dopuści trokar bezprzostkowy posiadający jedną redukcję mieszczącą narzędzia w zakresie 5-15 mm (zamiast dwie: 10-15 - 5-12)? Jest to produkt obecnie używany w Państwa szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10

„W związku z zakończeniem produkcji, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z Pakietu 10 poz. nr 2, 3, 4 w celu umożliwienia złożenia oferty. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o naniesienie zmian w formularzu asortymentowo-cenowym.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 3 pozycje 5 i 8 do oddzielnego zadania?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 1 dopuści sondy o długości 90 cm lub 125 cm do wyboru przez zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 4 dopuści zgłębnik o długości ok 25 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 45

Czy Zamawiający w pakiecie 45 dopuści zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, PEG wykonany z miękkiego, elastycznego silikonu o długości ok 80 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierający jod), dobrze tolerowany przez organizm, nie alergizujący, zakończenie od strony żołądka zapewniające dobre uszczelnienie gastrostomii, pewne jej mocowanie zapobiegające przypadkowemu wysunięciu gastrostomii, a jednocześnie umożliwiające celowe usunięcie gastrostomii metodą trakcji, bez wykonania endoskopii, dwudrożny port implementowany do dystalnego końca cewnika, średnica gastrostomii: 14F, 20F i 24F do wyboru przez Zamawiającego,

sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer, sterylne, pakowany pojedynczo.

W skład zestawu wchodzi tacka z akcesoriami: przewodnik do przeciągania cewnika ok 175 cm, pętla do przeciągania zestawu, igła typu trokar, skalpel, nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki bez otworu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 18

Prosimy o doprecyzowanie z jakim resektoskopem mają być kompatybilne oferowane elektrody. Czy jest to resektoskop monopolarny, czy bipolarny, oraz kto jest producentem?

Odpowiedź: Z retroskopem monopolarnym Storz i retroskopem bipolarnym Storz.

Pakiet nr 18

Z uwagi na to, że elektrody do resektoskopu pakowane są w opakowania zbiorcze po 6 szt. i ceny poszczególnych rodzajów elektrod różnią się od siebie, prosimy o doprecyzowanie, ile sztuk elektrod poszczególnych rodzajów elektrod Zamawiający potrzebuje.

Odpowiedź: 24 szt. - monopolarne i 6 szt - bipolarne.

Pakiet nr 18, 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia z terminem dostawy do 10 dni roboczych od daty wysłania zamówienia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara laparoskopowego używanego dotychczas w Państwa szpitalu z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 11mm, z kaniulą karbowaną, dwustopniowym zaworem płynnym umożliwiającym insuflację i desuflację. Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara laparoskopowego używanego dotychczas w Państwa szpitalu z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 12mm, z kaniulą karbowaną, dwustopniowym zaworem płynnym umożliwiającym insuflację i desuflację. Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara optycznego o średnicy 5-11 mm; długość 100 mm z dwustopniowym zaworem płynnym umożliwiającym insuflację i desuflację, z radioprzeziernym,

bezkonwertowym rękawem, jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 30 poz. 1 jednorazowych, nie sterylnych szczoteczek do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierających dwie szczoteczki na jednej osłonce, dających możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu; na końcu dalszym szczoteczek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem, o następujących parametrach: średnica cewnika 1,75 mm, długość całkowita 2300 mm, dwie jednakowe główki o średnicy włosa 5/5 mm i długości 20/20 mm na obu końcach, odpowiednio dla kanałów o średnicy 2,8-4,2 mm, pakowanych pojedynczo, zbiorcze opakowanie 50 szt.?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 30 poz. 2 jednorazowych szczoteczek do czyszczenia gniazd endoskopów, pakowanych pojedynczo, nie sterylnych, dwustronnych, o następujących wymiarach: długości włosa główek odpowiednio: 20 i 31,5 mm, średnica włosa szczotek odpowiednio: 5,2 i 11 mm oraz długości całkowitej 158 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 56

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje przedstawienia próbek do pakietu jw. zgodnie z zapisem pod tabelą formularza asortymentowego. W SWZ nie ma informacji odnośnie wymagania próbek, kryterium oceny ofert również nie obejmuje jakości.

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem XIV pkt 25 SWZ oraz zapisami konkretnych pakietów w załączniku nr 1 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek wraz z ofertą.

Pakiet nr 56 poz.4

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego czy kompatybilnego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papieru oryginalnego.

Pakiet nr 56 poz.5

Prosimy o informację czy ww papier ma być z nadrukiem czy bez nadruku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem.

Pakiet nr 56 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie ww papieru w rozmiarze 210x295x150 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj 27 szt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 56 poz. 10

Prosimy o dopuszczeni papieru o wymiarach 80x25 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj 240 szt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 55 poz.6

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający oczekuje 10 kompletów elektrod (20szt)-elektrody do defibrylacji są zawsze pakowane po 2szt w opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 10 sztuk.

Pytanie dot. projektu umowy par.3 ust.1

Prosimy o wskazanie przybliżonej ilości dostaw w miesiącu-pozwoli nam to na dokładniejsze oszacowanie kosztów realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego nie jest on w stanie jednoznacznie określić ilości dostaw w miesiącu, realizacja umowy odbędzie się zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Pakiet nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową igłę iniekcyjną do ostrzyknięć endoskopowych. Długość robocza narzędzia 2300 mm. Długość igły : 4mm, 5mm, 6mm. Średnica igły 23G, 25G. Posiada osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału biopsyjnego endoskopu . Uchwyt dostosowany do obsługi jedną ręką z blokadą z dobrze słyszalnym kliknięciem informującym o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki . Każda igła zapakowana oddzielnie w pakiet sterylny?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne , kształt owalny , średnica pętli : 10mm, 15mm, 25mm. Wykonana z plecionego drutu o grubości 0,40 mm. Długość narzędzia 2300mm do kanału roboczego minimum 2,8mm. Jednorazowa, zapakowana w pojedyncze pakiety?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 23 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku w pozycji 1,2,3. Długość robocza 230cm, średnica osłonki 2,3mm. Średnica otwartej pętli: 6mm, 10 mm, 15 mm, 20mm, 25mm - kształt owalny. Pętle z do polipektomii na zimno i na gorąco. Pakowano pojedynczo w sterylnych pakietach?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 23 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści narzędzie do usuwania polipów i ciał obcych. W postaci pętli wykonanej z drutu oraz siatki nylonowej. Długość 230 cm, średnica pętli 25 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 23 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści narzędzie do usuwania polipów i ciał obcych. W postaci koszyka czterodrutowego długość 230 cm, średnica 2,3 mm, średnica koszyka 25 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1,2,3 pętle o następujących parametrach:

- Długość 230 cm
- Pętla owalna
- Średnica 2,3 mm
- Średnica pętli: 6, 10, 15, 20, 25 mm
- Średnica drutu: 0,40 mm

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy pakietu nr 26.

Pakiet nr 26 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Dedykowana do kanału roboczego 2,8 mm, długość ramienia 15mm lub 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stopni (do wyboru przez Zamawiającego), długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednią wyceną ilości.

Pakiet nr 26 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków o następujących parametrach:
Z opaskami do podwiązywania żyłaków przetyku



rączka z bębniem nawijającym kardridż



cewnik




igła irygacyjna

Multi Band Ligator do endoskopowego podwiązania żyłaków przetyku składa się z:

- Cylinder lufy z ultra przezroczystego poliwęglanu z wysokiej jakości elastycznymi taśmami podwiązyjącymi
- Rączka z bębniem nawijającym zapewniającym płynny ruch dla dokładnego rozłożenia opaski
- Dostępne w dwóch wersjach: zwolnienie opasek z mechanizmem kliknięcia lub bez
- Cewnik
- Igła do nawadniania

zestaw: 1 bęben, 6 opasek
do endoskopu \varnothing 9,5 ~ 13,0 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pakiet nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa kulka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem, długość robocza 230cm, wymiary szczoteczek:

1. Średnica 10 mm, długość włosia 5 mm, długość szczoteczki 30 mm;

2. Średnica 5 mm, długość włosia 3 mm, długość szczoteczki 20 mm;

Średnica drutu 1,7 mm. Pakowane pojedynczo, zbiorcze opakowanie do 50 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczoteczki do czyszczenia gniazd endoskopów o następujących parametrach:

- Długość szczoteczki z rączką: **100 mm**
- Średnica szczoteczki: **10 mm**
- Długość włosia: **5 mm**
- Długość przewodu: **50 mm**
- Długość szczoteczki: **40 mm**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczypce biopsyjne, o zwiększonej pojemności łopatek, z systemem umożliwiającym otwieranie bez względu na sposób zagięcia. Średnica szczęk 3,0 mm. Długość 230 cm. Pokryte powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu przy znacznym jego zagięciu. Współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, długość miseczki 4,5 mm, maksymalne rozwarcie 10 mm, kat rozwarcia 90°?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczypce biopsyjne. Długość robocza 230 mm, średnica szczęk 2,3 mm, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. Łyżeczki owalne z ząbkami z możliwością otwarcia szczypiec w każdym zagięciu. Bez igły. Osłonka z tworzywa sztucznego pokryta PTFE?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 31 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczypce biopsyjne. Długość robocza 230 cm. Średnica szczęk 2,3 mm, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. Łyżeczki z ząbkami i z okienkiem z otwarcia szczypiec w każdym zagięciu. Bez igły i z igłą. Kształt łyżeczek owalny. Osłonka z tworzywa sztucznego pokryta PTFE?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Dedykowana do kanału roboczego 2,8 mm, długość ramienia 15mm lub 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stopni (do wyboru przez Zamawiającego), długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, średnica 2,3 mm, dedykowane do kanału roboczego 2,8 mm, dostępne w długościach: 1800mm, 2300mm (łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą) oraz dostępne w długościach: 2300mm (łyżeczki aligator z igłą lub bez), osłonka z tworzywa sztucznego pokryta PTFE, sterylizowane metodą gazową „EO”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Pętłe elektrochirurgiczne do szybkich cięć . Wykonane z mocnego monofilamentowego drutu , średnica drutu 0,4mm . Średnica pętli 10, 15 mm - do wyboru przez zamawiającego , długość robocza 230cm . Kształt pętli owalny. Opakowanie sterylne , gotowe do użycia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 30mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 10 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie, opakowanie po 100 szt.?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3c do SWZ poprzez dodanie § 4 ust. 3a o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe zapisy.

Pytanie dot. wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3c do SWZ poprzez dodanie § 4 ust. 10 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności towaru pozostającego w depozycie.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe zapisy.

Pytanie dot. wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3c do SWZ poprzez nadanie § 5 ust. 2 następującego brzmienia: „Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera całkowite wynagrodzenie związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłat celnych, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), koszty pakowania, ubezpieczenie na czas transportu, koszt transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu towarem.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe zapisy.

Pakiet nr 38 poz. 1-3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 38 poz. 1 -3 dopuści kaniulę dożylną bezpieczną wykonaną z poliuretanu, ostrą, ze skrzydełkami mocującymi, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, przezroczystą z 6 zatopionymi paskami kontrastującymi w rtg, posiadającą automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą, z mechanizmem zapobiegającym wyciekowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, z przezroczystą komorą kontrolną. Korek i skrzydełka kodowane kolorystycznie. Nazwa producenta na koreczku. Koreczek z trzpieniem minimalnie powyżej krawędzi korka. Pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister. Rozmiary:

18G 1,3x45mm. o przepływie 100ml/min. i 1,3x32mm. o przepływie 105ml/min.,

20G 1,1x32mm o przepływie 61ml/min. i 1,1x25mm o przepływie 65ml/min.,

22G 0,9x25mm. o przepływie 36ml/min.?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 38 poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 38 poz. 4 dopuści koreczek z trzpieniem minimalnie powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 38 poz. 4-5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 38 poz. 4 i 5 dopuści wycenę za op. a'100sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie dot. zapisów swz i ogłoszenia

Prosimy o podanie jaki jest termin składania ofert w niniejszym postępowaniu? (w ogłoszeniu został podany 03.09, w swz 02.09)

Odpowiedź: Zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia termin składania ofert to 15.09.2021 r.

Pytanie dot. zapisów SWZ i umowy

Prosimy o podanie, których pakietów dotyczy umowa użyczenia i depozytu?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1.

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny z łamaną główką, w rozmiarach: 21, 24, 26, 29 lub 32 mm, o długości 18 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10 poz. 2

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera liniowego z nożem, w rozmiarze 60 mm, 3,8mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10 poz. 3

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy 60 mm, załadowany ładunkiem o wysokości otwartych zszywek 3,5 lub 4,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10 poz. 4

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek liniowy 60 mm, o wysokości otwartych zszywek 3,5 lub 4,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10 poz. 11

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler laparoskopowy liniowy tnący ładowny z możliwością zginania (do 45° z systemem artykulacji non-stop) do kilkukrotnego użytku z obrotowy trzonem (360°), średnica 12 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 43 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wymiary otworu głównego 21x26,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 43 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ustnik wykonany z polietylenu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 43 poz. 4

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 4 z Pakietu nr 43 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel do USG w butelce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 58

Czy w pakiecie 58 w pozycji 2 Zamawiający dopuści kasetki do bardzo drobnych wycinków posiadające dwie wewnętrzne komory wyraźnie oddzielone od pozostałej części kasetki? Reszta parametrów bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 100 x 160 mm zamiast siatki w rozmiarze 80 x 160 mm?

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. wzoru umowy

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź: Zamawiający określił minimalną ilość (procent) w projekcie umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 2 lit. b) i c) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę

do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 34 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie igieł amerykańskiej firmy Hologic. Igiły do biopsji mammotomicznej w rozmiarze 12G i 9G, z możliwością podania znieczulenia w trakcie biopsji bez konieczności wyciągania igły z piersi, możliwość podania ręcznie i automatycznie. Podgląd ostatnio pobranych próbek. Igiły z rotacyjnym systemem noża tnącego. Trokarowe ostrze do wprowadzania igły. Możliwość wyboru igieł z komorą pełną 20mm i komorą 12mm. Zintegrowany z igłą system zarządzania próbkami składający się z koszyka na próbki. Igiła wspomagana dwiema osiami podciśnienia.

Dopuszczenie w/w igieł zapewni uczciwą konkurencję oraz otrzymanie przez Zamawiającego atrakcyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. SWZ

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. SWZ

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych.

Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia.

Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu wirusa COVID-19 i związanych z obecną sytuacją działań służb sanitarnych wielu państw mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach. Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez Firmę Hologic z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty

i podpisaniu umowy przez Strony. Należy pamiętać również o czasie transportu, który

w przypadku poczty kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa nawet 10 dni roboczych.

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy

Dotyczy ust. 8 § 4 projektu umowy dostawy

Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. SWZ

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy

W nawiązaniu do ust.1a § 8 Projektu Umowy zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru.

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy

W nawiązaniu do ust.1b § 8 Projektu Umowy zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 0,5% wartości brutto towarów wadliwych za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad.

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie dot. SWZ

Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w/w punktach będzie naliczał karę umowną od wartości częściowego zamówienia, a nie od wartości całego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kary naliczane będą od wartości częściowego zamówienia.

Pytanie dot. SWZ

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. SWZ

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. SWZ

W związku z tym, że Zamawiający wymaga użyczenia sprzętu do biopsji piersi proszę o dodanie właściwego wiersza w formularzu cenowym w pakiecie 34.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego rozciągalnego, mikrobiologicznie czystego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obwodu oddechowego w wersji mikrobiologicznie czystej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 23 poz. 3

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obrotowych pętli do polipektomii jednorazowego użytku, długość narzędzia 240cm, średnica osłonki 2,4mm. Wyposażone w mechanizm obrotowy umożliwiający obrót pętli o 360st w wybranym kierunku Wykonane z plecionego średnio giętkiego drutu. Średnica pętli 13mm, 20mm, kształt owalny. Pętle ze wskazaniem do polipektomii na zimno (bez użycia prądu), zawartej w instrukcji narzędzia, pakowano pojedynczo w sterylnych pakietach ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 23 poz. 4

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie narzędzia do usuwania obciętych polipów oraz ciał obcych. Średnica osłonki 2.5 mm; długość robocza 230 cm; średnica otwarcia 3 cm x 5.5 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm , pakowanych po 5 sztuk?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26 poz. 2

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jednorazowych igieł iniekcyjnych, kąt ścięcia, dostosowany do badań górnego odcinka przewodu pokarmowego, długość robocza 200 cm, średnica ostrza igły 23G i 25G długość igły 4mm i 6 mm, dostosowane do kanału roboczego 2,8 mm, pakiety sterylne, do bezpośredniego użycia ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 26 poz. 3

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jednorazowych igieł iniekcyjnych, kąt ścięcia, dostosowany do badań górnego odcinka przewodu pokarmowego, długość robocza 240 cm, średnica ostrza igły 23G i 25G długość igły 4mm , dostosowane do kanału roboczego 2,8 mm, pakiety sterylne, do bezpośredniego użycia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 58 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej do przeprowadzania materiałów ze zintegrowanym wieczkiem (bez zawiasu) z 224 otworami na wieczku i 208 otworami w podstawie o wymiarach 1x1 mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 58 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej - ze zintegrowanym wieczkiem (bez zawiasu), bez dodatkowej komory na materiał dedykowana do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów tkankowych z otworkami kwadratowymi o wymiarach

0,38 x 0,38 mm zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 3, 5, 6, 8, 9, 16, 17, z pakietu 59 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59 poz. 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie Hematoksyliny wg. Harisa o pojemności 1000 ml.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59 poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie Orange G, o pojemności 1000 ml.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59 poz. 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie Papanicolaou EA50 o pojemności 1000 ml.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59 poz. 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie medium do zamykania preparatów o pojemności 500 ml.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59 poz. 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie medium do zamrażania skrawków w kriostacie o pojemności 100 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 20 poz. 2

Prosimy o wyłączenie tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 34

Czy Zamawiający dopuści sprzęt biopsyjny bez rękojeści RTG? Wyjaśniamy, że w szpitalu wykonywane są biopsje pod obrazowaniem USG, aby wykonać biopsje próżniową pod obrazowaniem RTG, potrzebny jest mammograf z przystawką stereotaktyczną do której przymocowuje się rękojeść RTG. Procedurę wykonuje przeszkolony lekarz radiolog oraz technik. Na dzień dzisiejszy szpital nie ma technicznej możliwości, aby wykonać tego typu procedurę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 34

Czy Zamawiający dopuści rękojeść biopsyjną Mammotome EX? Proponowane rozwiązanie posiada dłuższą komorę biopsyjną 25mm oraz wykonanie procedury 2 razy szybciej w porównaniu z dostępnymi rozwiązaniami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. SWZ

Zamawiający w SWZ odwołuje się do formularza cenowego – załącznika nr 9 tymczasem brak tego załącznika w dokumentach postępowania. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zrezygnował z tego załącznika?

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił załącznik nr 9 na stronie prowadzonego postępowania, tj. komunikat publiczny z dnia 02.09.2021 r.

Pytanie dot. SWZ

Zamawiający opublikował załącznik nr 1 - asortyment. Czy Zamawiający wymaga złożenia tego załącznika (wypełnionego) wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia uzupełnionego załącznika nr 1 lub załącznika nr 9 w oparciu o asortyment i ilości z załącznika nr 1.

Pytanie dot. SWZ

Zamawiający odwołuje się w SWZ do obowiązku złożenia przedmiotowych środków dowodowych tymczasem brak w SWZ informacji jakich przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający wymaga. Prosimy o wyjaśnienie ww. rozbieżności. Czy i jakich przedmiotowych środków dowodowych wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami znajdującymi się w załączniku nr 1.

Pytanie dot. SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 3 miejsc po przecinku.

Pytanie dot. wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 200 zł.

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy.

Pakiet nr 58 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek z wieczkiem na zawiasie, z 168 otworami w podstawie i 164 otworami w przykrywce, otwory o wymiarach 1x1mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 58 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek z wieczkiem ze sprężystym zamknięciem, z 56 otworami w podstawie i 62 otworami w przykrywce, otwory o wymiarach 1x5mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ksylenu w pojemniku o pojemności 5L.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parafiny o tt. 56 – 58°C.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie hematoksyliny wg Harrisa w jednym opakowaniu 1L.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o podanie wielkości opakowania odczynnika w g.

Odpowiedź: 50 g.

Pakiet nr 59 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odczynnika Orange G w jednym opakowaniu 1L.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odczynnika Papanicolau EA50 w jednym opakowaniu 1L.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o podanie wielkości opakowania odczynnika w ml / sumarycznej oczekiwanej ilości.

Odpowiedź: 100 ml.

Pakiet nr 59 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie medium do zamykania preparatów w opakowaniu o pojemności 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości (3 op.)

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 59 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie medium do zamykania preparatów w opakowaniu o pojemności 118 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający będzie wymagał strzykawkę pochodzących od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pakiet nr 1 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 2 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki o całkowitej długości 19 cm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 14 poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem o pojemności 25 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel do EKG w butelkach o pojemności 250 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 54 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści żel do USG w butelkach o pojemności 250 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 54 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści żel do USG sterylny w saszetkach 20 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakietu nr 64 poz. 7-9

Czy Zamawiający wymaga, aby kraniki i rampy z pozycji 7-9 wykonane były z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków i tłuszczów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie dot. SWZ

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek wymagana temperatura wynosi 10-35oC), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Za nieprawidłowe warunki transportu, prowadzące do uszkodzenia towaru odpowiada Wykonawca. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji w przypadku, gdy zostanie dostarczony mu towar wadliwy. Wyżej wymienione przepisy prawa powinny być przestrzegane przez Wykonawcę indywidualnie.

Pytanie dot. SWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: Jak wyżej.

Pytanie dot. SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu

odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Jak wyżej. Zamawiający nie stawiał wymagań dotyczących transportu w niniejszym postępowaniu.

Pytanie dot. SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Jak wyżej.