



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 38/23

Poznań, dnia 17.01.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy**  
**- platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-142/22** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę aparatury badawczej i kontrolnej na potrzeby jednostek naukowych katedry i zakładu elektroradiologii oraz katedry i zakładu patofizjologii UMP z podziałem na 3 części.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Załącznik nr 3.3 do SWZ pkt.1 - Czy zamawiający dopuści urządzenie nie nowe ale odnowione fabrycznie „refurbished” i przeznaczone do ponownej sprzedaży jak nowe, posiadające pełną gwarancję producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie urządzenia odnowionego, zgodnie z zapisem nr 1 OPZ.

**Pytanie 2**

Dotyczy umowy § 2, 10 – zwracam się z prośbą o usunięcie zapisów. Producent urządzenia nie zapewnia tego rodzaju gwarancji, a więc Wykonawca nie jest w stanie spełnić warunków. Żeby je spełnić musiałby odpowiednio skalkulować ostateczną cenę oferty, co znacząco podniesie jej cenę, a więc istnieje realna możliwość odrzucenia oferty z powodu przekroczenia założonej przez Zamawiającego kwoty na realizację. Dla Zamawiającego może to oznaczać mniejszą konkurencyjność lub nierozwiązanie pakietu oraz konieczność powtórzenia postępowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów § 2 ust. 10 wzoru umowy. W przypadku ujawnienia się wad, które czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku, Wykonawca ma obowiązek naprawy a gdy okaże się ona niemożliwa (np. z uwagi na charakter wady) ma obowiązek dostarczenia zamawiającemu nowego przedmiotu umowy wolnego od wad.

**Pytanie 3**

Dotyczy § 2, 13 wnoszę o odstępianie od zapisu. Producent określa warunki serwisu oraz upoważnia do tego konkretne osoby. W momencie dokonania naprawy przez inny niż autoryzowany serwis, urządzenie traci gwarancję, ponieważ Wykonawca w ten sposób zostaje pozbawiony możliwości określenia istoty wady, co więcej, nie jest w stanie stwierdzić, czy nie doszło do uszkodzenia urządzenia podczas nieautoryzowanego serwisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów § 2 ust. 13.

**Pytanie 4**

Dotyczy § 2, 8 oraz 9 - Zwracam się z prośbą o wydłużenie czasu naprawy do 21 dni, Wykonawca nie jest w stanie zapewnić naprawy w ciągu 5 lub 14 dni, a tym samym nie jest w stanie spełnić warunku udziału w postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.1 ustawy Pzp modyfikuje zapisy projektowanych postanowień umowy w § 2 ust. 8 i 9, które otrzymują brzmienie:

8. *Naprawa gwarancyjna musi być wykonana w terminie – maksymalnie 21 dni liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii lub usterce.*

9. Maksymalny czas usunięcia awarii lub usterki u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 21 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii ustercie, to jest od otrzymania na piśmie bądź mailem zawiadomienia o awarii, ustercie lub wadzie przedmiotu umowy. Okoliczność w postaci ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować.

#### **Pytanie 5**

Dotyczy § 2, 7 – zwracam się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 h. Wykonawca nie jest w stanie warunku, a tym samym nie jest w stanie spełnić warunku udziału w postępowaniu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.1 ustawy Pzp modyfikuje zapisy projektowanych postanowień umowy w § 2 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Termin podjęcia naprawy przedmiotu umowy wyznacza się na maksymalnie 72 godziny od daty przyjęcia zgłoszenia.

#### **Pytanie 6**

Dotyczy § 4, 1 – zwracam się z prośbą o naliczania kar od wartości pakietu, którego kary dotyczą lub o zapewnienie podpisania osobnych umów dla każdego pakietu.

#### **Odpowiedź:**

Wysokość kar umownych odnoszą się do wartości przedmiotu umowy. Jeżeli zamówienie składa się z kilku części to na każdą z części zawierana jest odrębna umowa. Do każdej części będzie podpisana osobna umowa.

#### **Pytanie 7**

Dotyczy § 4, 3 – zwracam się z prośbą o obniżenie łącznej wartości kar do poziomu 30%, który jest standardem na rynku, ponieważ w pełni zabezpiecza interes Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający ma możliwość dochodzić odszkodowania na zasadach KC.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 4 ust. 3 wzoru umowy.

#### **Pytanie 8**

**Pakiet 2 i 3:** Zwracam się z prośbą o wykreślenie zapisu w paragrafie 1 punkt 6. umowy jak na przykładzie: Po dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca dokona jego instalacji, uruchomienia, przeszkolenia personelu i sprawdzenia poprawności funkcjonowania w obecności przedstawicieli Zamawiającego w ustalonym z Zamawiającym nieprzekraczalnym terminie 2 dni od dnia dostawy. Prosimy o wyłączenie warunku przebycia szkolenia zaraz po instalacji i uruchomieniu. Szkolenie może się odbyć w innym dogodnym terminie zgodnie z zapisem w Umowie paragraf 1. Pkt.8 i nie powinno być warunkiem niezbędnym do dokonania odbioru. Dwa dni na zorganizowanie instalacji jest zdecydowanie za mało powinno się ono odbyć najwcześniej w kolejnym tygodniu po dostawie.

#### **Odpowiedź:**

Przeszkolenie pracowników zamawiającego składa się na przedmiot umowy. Odbiór przedmiotu umowy może zostać dokonany dopiero po przeszkoleniu pracowników. § 1 ust. 8 stanowi wyjątek w sytuacji, gdy szkolenie w terminie określonym w § 1 ust. 6 nie będzie mogło się odbyć z przyczyn dotyczących Zamawiającego.

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**