

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych w podziale na zadania” - znak sprawy: 30/PN/2023/BK

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i **dokonuje zmian zapisów SWZ:**

Pytania do zadania nr 11

Pozycja 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów posiadających serwetę wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795-1:2019) o odporności na penetrację płynów w strefie niewzmocnionej (zgodnie z EN 20811) > 150cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 134kPa i mokro min 132 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Odporność na penetrację płynów w strefie krytycznej (zgodnie z EN 20811) > 204 cm H₂O. Odporność na rozerwanie w na mokro w obszarze krytycznym min 339 kPa (zgodnie z EN 13938-1) i odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym min 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządziła: Bogumiła Kalinowska