

DATA	OPIS USTERKI Usterka usunięta (+) Usterka nieusunięta (-) (WYPELNIĆ TECHNIKI)	DATA	OPIS WYKONANYCH PRAC (WYPELNIĆ SERWIS)
23.V.23	<p>Wymiana sześciu zygmatowych (45t.) Oraz komplet sześciu mierz (100tka). Urządzenie sprawne.</p> <p>Althea Polska Sp. z o.o. Głowa Marcin Inżynier/serwisu</p>	23.08.2023	<p>Rezerwa techniczna gwarant bez komplect do 23.12.2023 Agencja swoj</p> <p>SK-MED SYSTEMS SP. Z O.O. ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań</p> <p>Paweł Koryś Inżynier/serwisu</p> <p>Tel: 503 675 565 e-mail: serwis@sk-ms.pl</p>
9.10 2023	<p>Uszkodzenie kontrolera kolimatora Aparat mesprawy stolary</p>		

DATA	OPIS USTERKI Usterka usunięta (+) Usterka nieusunięta (-) (WYPELNIĆ TECHNIKI)	DATA	OPIS WYKONANYCH PRAC (WYPELNIĆ SERWIS)
		0.10. 2023	<p>Wymiana Colimitor Control Board</p> <p>Sprawdzenie parametrów działania.</p> <p>Skonieczono głosiący pracę silnika</p> <p>CTM 4 latimotom z tulejama wymiana.</p> <p>Wytłomienie w kominacji oraz płukanie</p> <p>skrzyni sprężony</p> <p>Adrian Kuc Inżynier Serwisu</p>
		21.11 2023	<p>Wymiana Generatora Jedli HV Tomk</p> <p>no okres testowy. system sprężony</p> <p>Althea Polska sp. z o.o. Rafał Borucki Kierownik Serwisu</p>
		22.12 2023	<p>Recepta technicy sprężony</p> <p>Postęp przepęd do 22.04.2024</p> <p>Agencja Sprężony</p> <p><i>[Signature]</i></p>

DATA	OPIS USTERKI Usterka usunięta (+) Usterka nieusunięta (-) (WYPELNIŁA TECHNIK)	DATA	OPIS WYKONANYCH PRAC (WYPELNIŁA SERWIS)
22.04 2024		22.04 2024	<p>Przebieg techniczny opaska Dot. przebiegu do 22.08. 2024</p> <p>Przebieg z przebiegiem opaska</p> <p>SK-MED SYSTEMS SP. Z O.O. ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań</p> <p>Paweł Kopyś Inżynier Serwisu Tel: 503 675 565 e-mail: serwis@sk-ms.pl</p>
14.06 2024	Wykonano kody specjalizowane terminografu, tablice kody & obrotów		<p>Medical Quality sp. z o.o. Przemysław Andrzejczak Główny specjalista ds. testów kontroli jakości</p> <p><i>[Signature]</i></p>
20.06 2024	Diagnostyka steru poprawa mocowania obrotowy steru. Regulacja przepięcia napędu kodów steru system sprawy.	22.08 2024	<p>Althea Polska sp. z o.o. <i>[Signature]</i> Rafał Borucki Inżynier Serwisu</p> <p>Przebieg techniczny opaska Dot. przebiegu do 22.08. 2024</p> <p>Przebieg z przebiegiem opaska</p> <p>SK-MED SYSTEMS SP. Z O.O. ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań</p> <p>Paweł Kopyś Inżynier Serwisu Tel: 503 675 565 e-mail: serwis@sk-ms.pl</p>

DATA	OPIS USTERKI Usterka usunięta (+) Usterka nieusunięta (-) (WYPELNIĆ TECHNIK)	DATA	OPIS WYKONANYCH PRAC (WYPELNIĆ SERWIS)
02.09 2024	Wymyślenie i napędu kradli stator. zabezpieczenie potężności napędu i lepiej do przynależ Aparat sprawną		ALTHEA Polska sp. z o.o. Stolorz