

OGŁOSZENIE

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 06/PN/2022

(art. 135 pzp)

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,
w trybie PODSTAWOWYM,

zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej „ppz”,

wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy

na: **DOSTAWĘ GAZÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO**

Z dnia: **06-06-2022r.**

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓLKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓLKA AKCYJNA

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.

TEL./FAX 58.777.66.73

Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl

Adres strony internetowej: www.szpitaletczewskiesa.pl

KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689

UWAGA: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe środki dowodowe dotyczą jedynie zaoferowanych gazów dla celów medycznych Zamawiającego. Wózki do transportu butli, dozowniki, ustniki, butle itp. mają być dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym i wraz z gazami dla celów medycznych stanowiącymi przedmiot zamówienia (bez przedkładania z ofertą dodatkowych dokumentów odnośnie ww.)

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butli aluminiowej o pojemności wodnej 11L z mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50%, objętość gazu 3,23 m³ (3230 l), ciśnienie 170 bar.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości butli ze względu na różną objętość gazu w butlach 10l i 11l , w celu uzyskania porównywalnych ofert, a mianowicie: 20 (ilość butli w postępowaniu) x 2,8 m³(objętość gazu w butli 10l)= 56 m³ (gaz w m³) 56 m³ / 3,23 m³(objętość gazu w butli 11l) = 18 butli

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza butle aluminiowe i butle o pojemności 11l., o objętości 3,23 m³, ciśnienie 170 bar i jako konsekwencja zaoferowania ww. Wykonawca musi przeliczyć stosowanie ilości butli, aby oferta była porównywalna. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY STOSOWNE PRZELICZENIA ZAWRZEĆ POD TABELĄ ASORTYMENTOWO – CENOWĄ I W TABELI ZMIENIĆ ODPOWIEDNIO DANE ZGODNIE Z OFERTĄ WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY NIE MOŻE MIEĆ WĄTPLIWOŚCI CO DO DANYCH ZAWARTYCH W TABELI A TYM SAMYM CO DO PRZELICZEŃ! ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA POWYŻSZE PRZELICZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ZAPYTANIU.

Pytania 2.

2.1. Pakiet nr 3 - co2 med.

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o możliwość dostawy butli do Magazynu Szpitala lub specjalnie do tego wyznaczonej rampy.

2.2. Pakiet nr 6 -

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o możliwość dostawy butli do Magazynu Szpitala lub specjalnie do tego wyznaczonej rampy.

2.3. Pakiet 6 -

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

2.4. Pakiet 6 -

Czy Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i na potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty instrukcję obsługi producenta?

2.5. Pakiet 6 -

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędnych do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem) mają być konfekcjonowane w jednym opakowaniu jednostkowym ?

2.6. Pakiet nr 8 - podtlenek azotu

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o możliwość dostawy butli do Magazynu Szpitala lub specjalnie do tego wyznaczonej rampy.

2.7. Pakiet nr 8 - podtlenek azotu

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie w zał. 3 do SWZ (arkusz cenowy) dodatkowych pozycji:

- dzierżawa butli;
- transport butli.

2.8. Do wzoru umowy:

§ 1.6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania, rozładunku oraz wniesienia (w tym także napełnienia zbiornika) PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na własny koszt i ryzyko do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego, w Tczewie:

- a) przy ulicy 30-go Stycznia 57/58, lub/i
- b) przy ulicy 1 Maja 2, lub/i
- c) przy ulicy Paderewskiego 11

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o możliwość dostawy butli do Magazynu Szpitala lub specjalnie do tego wyznaczonej rampy (zamiast do ww. lokalizacji).

Odpowiedź:

Ad. 2.1. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę do Magazynu Szpitala

Ad. 2.2. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę do Magazynu Szpitala

Ad. 2.3. Zamawiający zawarł w SWZ (cz. IX) rodzaje dokumentów jakich wymaga. Karta Charakterystyki musi zawierać wszystkie elementy, które jest zobowiązany zamieścić w tego typu dokumencie jego wystawa (producent). Wymagania, co do przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w zał. nr 3 do SWZ. Proszę postępować zgodnie z zapisami SWZ.

Ad. 2.4. Zamawiający oczekuje urządzenia bez konieczności ingerencji w jego strukturę. Wykonawca musi tak skalkulować cenę oferty, aby Zamawiający nie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. Wymagane dokumenty

Ad. 2.5. Opakowanie do decyzji Wykonawcy.

Ad. 2.6. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę do Magazynu Szpitala

Ad. 2.7. Te koszty muszą być wliczone w cenę gazu. Postępować zgodnie ze SWZ

Ad. 2.8. Zapis powyższy jest zapisem ogólnym, który zostanie dostosowany na etapie sporządzenia umowy, w zależności od oferowanego pakietu. W przypadku dostawy butli wyrażamy zgodę na dostarczanie ich do Magazynu Szpitala.

Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński