



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 3 lipca 2024 r.

znak sprawy: AGZ.272.6.2024

Korekta uzasadnienia odrzucenia oferty w części 25

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.05.2024 r., nr 2024/BZP 00336832/01*

Zamawiający Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie, w nawiązaniu do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 9, 12, 15, 18, 19, 25 i 26 z dnia 2.07.2024 r. poprawia treść uzasadnienia odrzucenia oferty nr 6, Wykonawcy Argenta Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań:

jest

Oferta Wykonawcy Argenta Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W poz. 1 załącznika 1A do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia - Kalkulacja ceny oferty” pod podanym przez Wykonawcę numerem katalogowym 12823838 na stronie internetowej producenta Analytikjena widnieje produkt, który posiada intensywność światła 1350/1200 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$, podczas gdy Zamawiający wymaga intensywności światła 400/610 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$. Wobec powyższej rozbieżności Zamawiający pismem z dnia 14.06.2024 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 21.06.2024 r., Wykonawca nie złożył żadnych wyjaśnień.

Wobec powyższego oferta została odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

winno być

Oferta Wykonawcy Argenta Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W poz. 1 załącznika 1A do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia - Kalkulacja ceny oferty” pod podanym przez Wykonawcę numerem katalogowym 12823838 na stronie internetowej producenta Analytikjena widnieje produkt, który posiada intensywność światła 1350/1200 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$, podczas gdy Zamawiający wymaga intensywności światła 400/610 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$.

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
<https://www.gov.pl/web/wsse-krakow> e-mail: wsse.krakow@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555
sekretariat Dyrektora tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: 12 41 62 093
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767



znak sprawy: AGZ.272.6.2024

Wobec powyższej rozbieżności Zamawiający pismem z dnia 14.06.2024 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 21.06.2024 r., Wykonawca dostarczył pismo, w którym potwierdził, że zaoferowany produkt posiada intensywność światła 1350/1200 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$

Wobec powyższego oferta została odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Alina Jamka

**Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym**