

L. dz. DZP-291-3908-2-1005/2022

Kraków, dnia 02.12.2022 r.

Do

Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa i montaż wyposażenia aparaturowego na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie , nr zamówienia DZP-291-3908-2/2022.**

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Zadanie nr 1 - urządzenie do ultrafiltracji, odwróconej osmozy i mikrofiltracji mleka i serwatki

Pytanie:

Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia? Jeśli tak to jaki wymiar przedłużenia okresu realizacji Państwo akceptujecie?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił termin realizacji dla Zadania nr 1 pismem z dnia 28.11.2022 r. Termin dostawy/termin wykonania zamówienia do 150 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy

Pytanie:

Czy warunki płatności tj. 100% płatności 30 dni po odbiorze urządzenia, podlega dyskusji? Czy istnieje możliwość uzyskania zaliczki, np. po uprzednim wniesieniu

przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące płatności wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Załącznikach.

Pytanie:

W odniesieniu do załącznika 1A technicznego, wg punktu 3. a) i b) moduły mają być przystosowane do zamontowania: pkt. a) "1 szt. membrany polimerowej do spiralnie zwijanej o średnicy umożliwiający użycie membran o granicach rozdziału z zakresu MF, UF, NF lub RO", pkt. b) "1 szt. membrany ceramicznej do MF, UF i NF" Nie zostało doprecyzowane czy moduły membranowe mają być wyposażone w membrany? Jeśli tak to jakie mają to być membrany i ile szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dla pkt. 3 a) - 1 szt. membrany do ultrafiltracji (UF) mleka i serwatki i dla pkt 3 b) - 1 szt. membrany do mikrofiltracji (MF) mleka.

Zamawiający w załączeniu przekazuje Załącznika 1a do SWZ.

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie wyznaczonego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

- Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 16.12.2022 r. do godziny 15:00.
- Otwarcie ofert nastąpi 16.12.2022 r. o godzinie 15:30.
- Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 15.03.2023 r.

Kanclerz

/-/ mgr Tomasz Szanser

.....
(podpis)

