



Gdańsk, dnia 12 listopada 2024 r.

D10.251.99.E.2024

WYKONAWCY UBIELAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp na **dostawę wyrobów medycznych dla Stacji Dializ, rękawic medycznych oraz różnych wyrobów medycznych jednorazowych**

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 428 z dnia 8 listopada 2024 r.:

Pytanie 428: dot. części nr 36

pkt. 7, pkt. 14 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0, 17 mm. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu spełnienia normy EN 388 ponieważ po wejściu w życie Rozporządzenie (UE) 2016/425 jest to norma niewymagana dla rękawic diagnostycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu spełnienia normy EN388. Zamawiający nie dopuszcza rękawic o grubości na palcu 0,17mm.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Wiceprezes ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządziła Ewa Dudziak – sekretarz komisji przetargowej