



Olsztyn, dn. 16 stycznia 2024 r.

Nr sprawy 1/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę opatrunków, opatrunków specjalistycznych i artykułów sanitarnych

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zestaw 1 :

1. Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w wadze min. 1,90g?

Odpowiedź: Zamawiający.

3. Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy w wadze min. 2,79g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy w wadze min. 5,21g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy w wadze min. 1,08g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. Zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy w wadze min. 1,56g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

7. Zadanie 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy w wadze min. 0,48g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

8. Zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane pojedynczo 17 nitkowe 12 warstwowe w wadze min. 0,58g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

9. Zadanie 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane pojedynczo 17 nitkowe 12 warstwowe w wadze min. 1,25g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

10. Zadanie 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

11. Zadanie 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

12. Zadanie 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

13. Zadanie 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

14. Zadanie 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 2,82g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

15. Zadanie 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

16. Zadanie 1, pozycja 26, 27

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,05g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

17. Zadanie 1, pozycja 28, 29

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,80g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

18. Zadanie 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,50g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

19. Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

20. Zadanie 4, pozycja 1, 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

21. Zadanie 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

22. Zadanie 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyklepic na tkaninie o jednolitej strukturze?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

23. Zadanie 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyklepic z porowatej przezroczystej folii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

24. Zadanie 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

25. Zadanie 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

26. Zadanie 4, pozycja 4-5

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek sterylny?

Odpowiedź: Tak.

27. Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek wykonany z foli ze wzmocnionymi włókniną od wewnątrz skrzydełkami w rozmiarze 5,8x8cm?

Odpowiedź: Tak, tolerancja wymiarów +/-10%.

28. Zadanie 4, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw 2 :

PAKIET 13 poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów pakowanych po 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ogólnej wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Dotyczy załącznika wzoru umowy - § 3 ust. 6

2. Czy wobec pakietów nr 11 i 13 (tampony hemostatyczne) Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktów z minimalnym 12-miesięcznym terminem ważności? Utrzymanie 3/4 całego okresu ważności produktu, jaki gwarantuje producent, jest niezwykle trudne do zrealizowania, w szczególności, gdy produkcja wyrobów mieści się poza granicami naszego kraju, a Wykonawca zaopatruje się do kilku razy w ciągu roku. Termin 12 miesięcy wydaje się być również zasadny z perspektywy działalności, którą prowadzi Zamawiający i specyfiki realizacji dostaw wobec bieżącego zapotrzebowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zestaw 3 :

Pakiet 4 poz. 6

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiaru wymaganego opatrunku.

Odpowiedź: Ok. 6x8cm. Tolerancja wymiarów +/-10%.

Pakiet 4 poz. 8

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z włókniny poliestrowej. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 5 poz. 1

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przezroczystego opatrunku z PU do kaniul obwodowych, rozmiar 6 x 7 cm z wycięciem, z ramką, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy I sterylnej, opakowanie typu papier-papier.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 5 poz. 2, 4

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, paroprzepuszczalnego opatrunku do wkłuc centralnych 10,2x11,4 cm, z zaokrąglonymi rogami, z krótkimi wycięciami w kształcie V na dwóch bokach przyległych, z przezroczystym okienkiem z folii poliuretanowej 6,4x7,9 cm umożliwiającą inspekcje miejsca wkłucia, (z warstwą klejącą na bazie akrylu naniesioną wzorem podobnym do diamentu), ze wzmocnionym włókniną obrzeżem stabilizującym, oraz z laminowanym, włókninowym, wzmocnionym w miejscu wycięcia V dodatkowym paskiem stanowiącym zabezpieczenie przeciwległe, z metką z nadrukiem data godzina i ramką ułatwiającą aplikację. Zapewnia dopasowanie do ciała i stabilizację kaniul do 7 dni, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM1671, paroprzepuszczalność w części foliowej opatrunku MVTR min.2300-3685 g/(m²xdzień). Opakowanie jednostkowe torebka papierowa typu peel pouch. Opakowanie zbiorcze karton 50 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny klasy I s.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 5 poz. 3

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, paroprzepuszczalnego opatrunku do mocowania wkłuc 10,2x15,6 cm z zaokrąglonymi rogami z profilowanym wycięciem w kształcie trójlistnej koniczyny, z przezroczystym okienkiem z folii poliuretanowej 6,6x6,6 cm umożliwiającym inspekcje miejsca wkłucia (z warstwą klejącą na bazie akrylu naniesioną wzorem podobnym do diamentu) ze wzmocnionym, włókniną obrzeżem stabilizującym oraz z laminowanym, włókninowym, wzmocnionym w miejscu wycięcia w kształcie trójlistnej koniczyny dodatkowym paskiem stanowiącym zabezpieczenie przeciwległe, z metką z nadrukiem data/godzina i ramką ułatwiającą aplikację. Zapewnia dopasowanie do ciała i stabilizację kaniul do 7 dni, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM1671, paroprzepuszczalność w części foliowej opatrunku MVTR min. 2300-3685 g/(m²x24g). Opakowanie jednostkowe torebka papierowa typu peel pouch. Opakowanie zbiorcze karton 25 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny klasy I s.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 5 poz. 5

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca chirurgicznego w rozmiarze 2,5x9,14 cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw 4 :

Zadanie 1, poz. jałowe z gazy

1. Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie 1, poz. z gazy niejałowe

2. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie 1, kompresy 2,5,7-11,26-30

3. Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej – dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych :

dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%);

dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g(+/-5%);

dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g(+/-5%)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie 1, poz. 12

4. Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową sterylną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie 1, poz. 1-2,5,7-12,26-30

5. Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,5,7-12,26-30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie 2

6. Czy zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe- rolkę 100 mb.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

7. Zadanie 8, poz. 1-4

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 opakowanie po 10 mb w stanie spoczynku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw 5 :

SWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednak w takim przypadku musi to wynikać bezpośrednio z umowy Konsorcjum lub na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

Pytania dotyczące treści umowy:

2. Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający przewidział tego typu sytuacje w Projekcie umowy § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 2 pkt 1

Przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 1, poz. 13-19

4. W związku z faktem, że wyroby oferowane w wyżej wymienionych pozycjach są wyrobami nieinwazyjnymi, sklasyfikowanymi w klasie I, prosimy o odstąpienie od warunku klasyfikacji w klasie IIA.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 1, poz. 13

5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej, będącej wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 1, poz. 12

6. Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie serwety 17-nitkowej? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 1, poz. 25

7. Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie serwety 17-nitkowej? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 6, poz. 5

8. Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie tamponu do tamponady w rozmiarze 3 cm x 4 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw 6 :

1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 3, pozycja 3) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 3, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 3, pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw 7 :

Zadanie 19

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę j.m. ze sztuk na opakowania wraz z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań, przy czym

poz. 1-4 i 6-14 to opatrunki w opakowaniach a'10 szt.
poz. 5 to opatrunki w opakowaniach a' 5 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 19 poz. 8 i 12

2. Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający miał na myśli opatrunek w rozmiarze 10x12cm?
Prosimy o możliwość zaoferowania opatrunku w tym wymiarze.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka i zarówno w poz. 8 jak i 12 chodzi o opatrunek 10x12cm.

Do umowy § 3. Dostawa asortymentu pkt 6

3. Czy Zamawiający dopuści dostawy asortymentu z terminem przydatności do użycia nie krótszym niż 2/3 terminu nadanego ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings