

Konin, 05.01.2024 r.

WSZ-EP-39/23/58/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa dializatorów i wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ”, nr sprawy WSZ-EP-39/2023

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 6

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający, celem uzyskania konkurencyjnej oferty, dopuści w pakiecie nr 1 pozycji 1-2 dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchni 1,4 m², współczynnik ultrafiltracji 21 ml/h x mmHg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 2:

Czy Zamawiający, celem uzyskania konkurencyjnej oferty, dopuści w pakiecie nr 1 pozycji 1 dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchni 1,4 m², współczynnik ultrafiltracji 21 ml/h x mmHg?

Zamawiającego:

Zamawiający wyraża nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 3:

Czy Zamawiający, celem uzyskania konkurencyjnej oferty, dopuści w pakiecie nr 1 pozycji 2 dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchni 1,6 m², współczynnik ultrafiltracji 23 ml/h x mmHg?

Zamawiającego:

Zamawiający wyraża nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 4:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji 4-5 dopuści: dializatory wysokoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchniach: Poz. 4-5 - 1,8 m², współczynnik ultrafiltracji 60 ml/h x mmHg?

Zamawiającego:

Zamawiający wyraża nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 5:

Czy Zamawiający, celem uzyskania konkurencyjnej oferty, zgodzi się na składanie ofert częściowych w zakresie zadania numer 4, lub czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu?

Zamawiającego:

Zamawiający wyraża nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 6:

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na składanie ofert częściowych w zakresie zadania nr 5 tj. część 1 składająca się z pozycji 1-4, część 2 składająca się z pozycji 5-6, lub czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie dializatorów wysokoprzepływowych do oddzielnego pakietu?

Zamawiającego:

Zamawiający wyraża nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 7:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycji 5-6 dopuści: dializatory wysokoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES) sterylizowane radiacyjnie, o następujących powierzchniach: 1,8m², 2,0m²?

Zamawiającego:

Zamawiający wyraża nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.