

Zamawiający  
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 621 25 81  
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.66.....<sup>2383</sup>/2024

Tarnów, dnia 09.09.2024 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 66/2024

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.09.2024 r. Zamawiający wyjaśnia:

Termin dostawy

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy dla asortymentu z zakresu 6, w celu umożliwienia złożenia oferty Wykonawcom oferującym wysokiej klasy wyroby produkowane poza granicami kraju.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Umowa § 5 ust. 1 lit. b)

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wartości 0,2 % wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak, niż 10% wartości umowy brutto. Tę samą karę stosuje się w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Umowa § 6 ust. 3

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych dla asortymentu z zakresu 6, z uwagi na fakt, iż producenci oferowanych mebli medycznych nie wymagają przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji, jest to prosty sprzęt, nie aparatura medyczna.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis umowy § 6 ust. 3

Umowa § 6 ust. 6

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu naprawy do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, a w przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych elementów w terminie max. Do 20 dni roboczych od dnia stwierdzenia przyczyny awarii.

Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 6

1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji mebli z zakresu 6. Oferowane stoliki są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych mebli przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zakres 6

1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na realizację potencjalnej dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Odpowiedź: Zamawiający

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zakres nr 6 – Pozycja 1 Stolik Mayo 1 szt.

1. Poz.1 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o konstrukcji ze stali nierdzewnej AISI304.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

2. Poz.4 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika z regulacją w zakresie 830-1170 mm.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza

3. Poz.5 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika ze stabilną podstawą z czterema podwójnymi kółkami w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

4. Poz. 6 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o wymiarach 700x500x830-1170 mm.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza

5. Poz. 7 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie blatu o wymiarach 700x500 mm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

6. Poz. 8 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie blatu o powierzchni użytkowej wynoszącej 690x490 mm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Zakres nr 6 – Pozycja 2 Stoliki instrumentariuszek 2 szt.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

1. Poz.1 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o konstrukcji ze stali nierdzewnej AISI304.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza

2. Poz.3 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o wymiarach całkowitych 970x670x900 mm (z blatem o wym. 900x600 mm).

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza

3. Poz.3 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o wymiarach całkowitych 1270x670x900 mm (z blatem o wym. 1200x600 mm).

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

4. Poz.4 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika bez szyn instrumentalnych.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza

5. Poz.5 \_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika z kołami w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm, w tym 2 z blokadą.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Otrzymują: Adresat  
a/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

SPECJALISTA  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnowie

mgr Karolina Strzałba

KIEROWNICZKA  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnowie

mgr Anna Hajnos